

Cencora Piotr Cencora
Ul. Wólczańska 27/12
90-607 Łódź

AVANOS (dawniej HALYARD)-KATALOG

Numer katalogowy:

Ch. 5	195-5 (dwa sterylne łączniki Y)	Długość 30,50cm
Ch.6	196-5 (trzy sterylne łączniki Y)	Długość 30,50cm
Ch. 7	197-5 (trzy sterylne łączniki Y)	Długość 30,50cm
Ch. 8	198-5 (trzy sterylne łączniki Y)	Długość 30,50cm
Ch. 10	1910-5 (trzy sterylne łączniki Y)	Długość 40,50cm
Ch. 12	1912-5 (trzy sterylne łączniki Y)	Długość 40,50cm

Sterylny zestaw do odsysania w systemie zamkniętym na 24 godz do odsysania z rurek intubacyjnych.

Cewnik posiada otwór centralny i dwa otwory boczne.

Cewnik posiada marker powyżej otworów bocznych w kierunku otworu centralnego.

Nie posiada zastawki odseparowującej go od pacjenta.

Końcówka komory płuczącej zakończona jest małym otworem centrującym cewnik.

Przed zaworem wytworzenia podciśnienia znajduje się przezroczysta komora wizualizacji odsysanej wydzieliny.

Posiada zabezpieczenie przed zamknięciem światła cewnika na końcu cewnika od strony zaworu generującego podciśnienie.

Cewnik skalowany jest cyframi (pełny cm) i kolorami (oznaczenie połowy cm).

Cewnik posiada port do płukania z drenem dł. minimum 5 cm, obrotowy (minimalizacja ryzyka traumatyzacji pacjenta) z zastawką jednokierunkową.

Cewniki ssące wolne są od DEHP.

Wszystkie wymienione elementy w jednym opakowaniu producenta, sterylne

System jest sterylizowane radiacyjnie.

System jest zgodny z definicją zawartą w Normie PN EN ISO 8836:2014

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE 1 SZT.

OPAKOWANIE HANDLOWE 20 SZT.

Numer katalogowy:

Ch. 5	202-5 (sterylny łącznik)	Długość 30,50cm
Ch. 6	206-5 (sterylny łącznik)	Długość 30,50cm
Ch. 7	207-5 (sterylny łącznik)	Długość 35,50cm
Ch. 8	208-5 (sterylny łącznik)	Długość 35,50cm
Ch. 10	210-5 (sterylny łącznik)	Długość 40,50cm

Sterylny zestaw do odsysania wydzieliny z płuc w systemie zamkniętym do użytku na 24 godziny z kolankiem do odsysania z rurek tracheostomijnych.

Cewnik posiada otwór centralny i dwa otwory boczne.

Cewnik posiada marker powyżej otworów bocznych w kierunku otworu centralnego.

Nie posiada zastawki odseparowującej go od pacjenta.

Końcówka komory płuczącej zakończona jest małym otworem centrującym cewnik.

Przed zaworem wytworzenia podciśnienia znajduje się przezroczysta komora wizualizacji odsysanej wydzieliny.

Posiada zabezpieczenie przed zamknięciem światła cewnika na końcu cewnika od strony zaworu generującego podciśnienie.

Cewnik skalowany jest cyframi (pełny cm) i kolorami (oznaczenie połowy cm).

CENCORA PIOTR CENCORA

UL. WÓLCZAŃSKA 27/12; 90-607 ŁÓDŹ

NIP: PL 726-216-32-21

TEL: 42 298 52 61/ FAX: 42 298 52 28

mail: cencora@cencora.pl

Cencora Piotr Cencora
Ul. Wólczańska 27/12
90-607 Łódź

AVANOS (dawniej HALYARD)-KATALOG

Cewnik posiada port do płukania z drenem dł. minimum 5 cm, obrotowy (minimalizacja ryzyka traumatyzacji pacjenta) z zastawką jednokierunkową.

Cewniki ssące wolne są od DEHP.

Wszystkie wymienione elementy w jednym opakowaniu producenta, sterylne

System jest sterylizowane radiacyjnie.

System jest zgodny z definicją zawartą w Normie PN EN ISO 8836:2014

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE 1 SZT.

OPAKOWANIE HANDLOWE 20 SZT.

Nr katalogowy: 1900

Zestaw MAC (cewnik wielokrotnego dostępu) do podawania surfaktantu w systemie zamkniętym na 24 godz., sterylne, Rozmiar Ch5 w zestawie znajdują się trzy sterylne łączniki Y (do rurek intubacyjnych 2.5; 3.0; 3.5) zapakowane są razem z cewnikiem w jedno opakowanie producenta.

Cewnik posiada otwór centralny

Cewnik posiada czarny znacznik na końcu dystalnym.

Zestaw nie posiada zaworu odseparowującego cewnik od pacjenta.

Zestaw zawiera zatyczkę zabezpieczającą cewnik przed momentem podłączeniem do łącznika Y, biała zatyczka do zabezpieczenia jednego światła w łączniku Y po odłączeniu cewnika ,

Cewnik jest skalowany cyframi (oznaczenie pełny cm) w zakresie 5-25cm i kolorami (oznaczenie połowa cm) , oznaczenie kolorem w zakresie 12,5-23,5 cm.

Miejsce do podłączenia strzykawki z zakończeniem typu Luer Lock zabezpieczone jest zatyczką.

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE 1 SZT.

OPAKOWANIE HANDLOWE 5 SZT.

Nr katalogowy:

Ch. 6	1221	Długość 20 cm
Ch. 8	1222	Długość 21cm
Ch. 10	1223	Długość 22 cm

Cewnik do odsłuzowania pacjenta.

Cewnik posiada zakończenie proksymalne kompatybilne z wnętrzem niebieskiego (prostego) łącznika kontroli ssania (z zestawu 12606).

Cewnik nie zawierający lateksu.

Pakowany po 5 szt. w opakowanie foliowe pojedyncze.

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE 5 SZT.

OPAKOWANIE HANDLOWE 250 SZT.

Nr katalogowy: 12606

Zestaw niesterylne do drenów współpracujących z cewnikami do odsysania w systemie zamkniętym dla noworodków
Komplet stanowi:

łącznik Y (w jednej płaszczyźnie) o konstrukcji: jeden koniec żeński (lejek), dwa końce męskie, oraz łącznik prosty z wbudowaną zastawką ssącą z bezkontaktową kontrolą ssania (łączniki kompatybilne z cewnikami 19X-5; 19XX-5, 20X-5 itp).

Zestaw łączników umożliwia rozgałęzienie drenów na ssaku.

Rozdwojenie drenów umożliwiające odsysanie w systemie zamkniętym i toaletę jamy ustnej i nosowej bez przełączania (rozłączania) drenu .

Oba elementy pakowane są razem w jedno opakowanie.

Zastawka ssąca posiada automatyczne zamknięcie uniemożliwiające pozostawienie otwartego ssania.

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE 1 KOMPLET.

OPAKOWANIE HANDLOWE 25 KOMPLETÓW.