



**Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu**

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1

**Dotyczy: postępowania nr 305/2024/TP/DZP pt. „Dostawa aparatury badawczej i laboratoryjnej na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania:

### Część nr 9 – Wagosuszarka laboratoryjna

#### **Pytanie nr 1**

Czy zamawiający dopuści wagosuszkarkę z maksymalnym obciążeniem naważenia 60g i średnicą szalki 95mm z halogenowym promiennikiem ciepła ale z maksymalna temperatura suszenia do 200°C ?

Rozwiązanie takie pozwalana cieńsze i bardziej równomierne rozłożenie analizowanego materiału na większej powierzchni oraz możliwością suszenia w wyższej temperaturze co przyczynia się do szybszego i dokładniejszego pomiaru.

#### **Odpowiedź.**

*Zamawiający nie dopuszcza wagosuszek o wskazanych wyżej parametrach.*

#### **Pytanie nr 2**

Czy zamawiający może sprecyzować wymagane wymiary samego urządzenia? Wymiary opakowania nie są bezpośrednią cechą zamawianego urządzenia.

#### **Odpowiedź.**

*Wymiary urządzenia: (W x D x H) [mm]: minimalne: 330 x 200 x 185; maksymalne: 340 x 210 x 200. W związku z powyższym Zamawiający zmienia załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.*

Łączę wyrazy szacunku,

**ZASTĘPCA KANCLERZA**

*mgr Adriana Faraś-Bąk*

(podpisano elektronicznie)



**UNIWERSYTET  
WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE**

mgr  
**Adriana Faraś-Bąk**

ZASTĘPCA KANCLERZA

---

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Filipiuk

Tel. 89 524 51 81

e-mail: [agnieszka.filipiuk@uwm.edu.pl](mailto:agnieszka.filipiuk@uwm.edu.pl)

Odpowiedzi udzielił: Tomasz Bałabański

**UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE**

ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

tel. (89) 523 37 66, (89) 523 33 44      [adriana.faras@uwm.edu.pl](mailto:adriana.faras@uwm.edu.pl)

fax (89) 523 43 66

[www.uwm.edu.pl](http://www.uwm.edu.pl)