

**ZAKUP I DOSTAWA INHALATORÓW ULTRADŹWIĘKOWYCH  
I PNEUMATYCZNYCH DLA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE  
WROCLAWIU**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –**

**INHALATORY ULTRADŹWIĘKOWE I PNEUMATYCZNE**

**Wyrób medyczny musi być nowy, nieuszkodzony pochodzący z bieżącej produkcji.**

**SPECYFIKACJA INHALATORA**

- **Inhalator** (4 szt.) z kompletnym zestawem, w tym: ustnik, nebulizator, przewód powietrzny 2 maski: mała i duża -dobrze wyprofilowane, szczelnie przylegające –bez dodatkowych otworów ( do każdego inhalatora )

W tym / rodzaj inhalatora/:

**1. Ultradźwiękowe - 2 szt.**

W tym z pracą w trybie:

- ciągła i przerywana 30 min/30 min
- Przenośne max do 1.5 kg wagi
- Zasilane 230 V/50 Hz
- Głośność 40-60 dbA
- Przepływ roboczy 5-7 L/min
- Z alarmem poziomemu płynu
- **Certyfikowany wyrób medyczny**
- Bezpieczny w użyciu
- Instrukcja obsługi
- Termin gwarancji
- Wizerunki sprzętu /fotografie/

**2. Pneumatyczne - 2 szt.**

W tym z pracą w trybie:

- ciągła i przerywana 30 min/30 min
- Przenośne max do 1.5 kg wagi
- Zasilane 230 V/50 Hz
- Głośność 40-60 dbA
- Przepływ roboczy 5-7 L/min
- Z alarmem poziomemu płynu
- **Certyfikowany wyrób medyczny**
- Bezpieczny w użyciu
- Instrukcja obsługi

- Termin gwarancji
- Wizerunki sprzętu /fotografie/

### **3. USTNIK JEDNORAZOWEGO UŻYTKU-SPECYFIKACJA**

- **ustnik** - jednorazowego użytku -**dopasowany do danego urządzenia**  
100 szt. do inhalatora ultradźwiękowego ,  
100 szt. do inhalatora pneumatycznego  
Razem 200szt.)
  - **ustniki - jednorazowego użytku**
  - **PAKOWANE- KAŻDY ODDZIELNIE**

### **4. SÓL FIZJOLOGICZNA-SPECYFIKACJA**

- **Sól fizjologiczna** jednorazowego użytku (300 szt.)
- Pojemność – 5 ml