

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 05.07.2023 r.

Sprawa ZP/20/2023

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na „Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą 9 aparatów do hemodializy” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00281885/01 z dnia 29.06.2023 r.

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim udostępnia treść zapytań wykonawców wraz z wyjaśnieniami zamawiającego:

Prosimy o:

1. Dopuszczenie w Pakiecie nr 5: koncentraty kompatybilne z aparatami, w pojemnikach na minimum 5 godzin hemodializy, w rozcieńczeniu 1+34.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL
w Ostrowcu Świętokrzyskim
DYREKTOR NACZELNY
Dariusz Tumulec

Piotr Koleski