

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Filtry laboratoryjne do preparatyki ubogleukocytarnego KKCz (2000 szt.)

1. pojemnik odbiorczy oznakowany kodem produktu, numerem serii, data ważności i znakiem CE,
2. pojemnik transferowy połączony integralnie z filtrem,
3. bardzo wysoka skuteczność usuwania leukocytów – po filtracji zawartość leukocytów w składniku musi wynosić poniżej 1×10^6 ,
4. strata erytrocytów mniejsza niż 15%,
5. filtry wyposażone w system odpowietrzania typu by-pass lub system analogiczny funkcjonalnie do układu by-pass umożliwiający filtrację w układzie zamkniętym w postaci dwóch króćców odpowietrzających z filtrami antybakteryjnymi,
6. czas filtracji <15 minut,
7. filtry nie mogą uwalniać do krwi substancji fizycznych ani chemicznych oraz nie mogą powodować hemolizy,
8. metoda sterylizacji zapewnia okres ważności 3 lata.