

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu: Inwestycja: A2.4.1 Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Przedsięwzięcie: Centrum Kompetencji Mikroelektronika i Fotonika, Nr umowy KPOD.01.18-IW.03-0011/23



F2/25/2025/ZP

Warszawa, dnia 02.04.2025 r.

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę urządzenia do naświetlania.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 6 i art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przekazuje teść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1.

dotyczy wymagań i parametrów technicznych,

8.6 TSA: 2 Obiektywy 10x, odległość pracy minimum 12mm z cyfrowym powiększeniem obrazu.

Czy Zamawiający zaakceptuje odległość pracy 10,6mm?

Mniejsza wartość odległości pracy nie ma negatywnego wpływu na wyniki procesu.

Odpowiedź:

Zamawiający **dokonuje zmiany** zapisu w Załączniku nr 1 do SWZ w pkt 8.6, którego dotychczasowe brzmienie:

"TSA: 2 Obiektywy 10x, odległość pracy minimum 12mm z cyfrowym powiększeniem obrazu"

otrzymuje brzmienie:

" TSA: 2 Obiektywy 10x, odległość pracy minimum 10,6mm z cyfrowym powiększeniem obrazu "

Pytanie 2.

dotyczy wymagań i parametrów technicznych,

8.16 Jednorodność natężenia promieniowania co najmniej 2.5%

Czy Zamawiający dopuści jednorodność $\leq 3\%$?

Strona 1 z 2

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje **zmiany zapisu** w Załączniku nr 1 do SWZ w pkt 8.16, którego dotychczasowe brzmienie:

" Jednorodność natężenia promieniowania co najmniej 2.5% "

otrzymuje brzmienie:

" Jednorodność natężenia promieniowania $\leq$ 2.5% "

Uwaga!

- Zmiany zostały wprowadzone w dostępnych załącznikach w formacie Word jako - Aktualne załączniki
- Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert.
- Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Strona 2 z 2

