



WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KRAKOWIE

Kraków, dnia 3 kwietnia 2024 r.

znak sprawy: AGZ.272.3.2024

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na: „Dostawę odczynników chemicznych”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 19.03.2024 r., 2024/BZP 00250436/01.*

Odpowiedź na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wraz z informacją o przedłużeniu terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z **art. 284 ust. 2** ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym Zamawiający udostępniła treść zapytań oraz udziela następujących wyjaśnień:

Wniosek nr 1:

Część 10 poz. 5. Producent wycofał z produkcji produkt T03180QC. W zamian za ten produkt oferuje zamiennik o numerze katalogowym TBK00TRM i opisie TBK007RM – kwas benzoesowy, kofeina, acesulfam-K, sacharyna, rodzaj próbki: napój cola, wielkość próbki 150ml, data ważności 15.12.2024. Czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie zamiennika lub wyłączy pozycję 5 z części 10?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dokona oceny zgodności produktu na etapie oceny złożonych ofert. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie poz. 5 z części 10.

Wniosek nr 2:

Część 2, poz. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie produktu o poniższej specyfikacji?

Wojewódzka Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Krakowie
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76
www.gov.pl/web/wsse-krakow e-mail: wsse.krakow@sanepid.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /wssekrakow/skrytka
centrala tel.: (+48) 12 25 49 400, 12 25 49 555
sekretariat Dyrektora tel.: (+48) 12 25 49 500, fax: 12 41 62 093
REGON: 000297394 / NIP: 677-10-27-767

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dokona oceny zgodności produktu na etapie oceny złożonych ofert.

Wniosek nr 3:

Część 2, poz. 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie produktu o podanej specyfikacji (specyfikacja w załączeniu)?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dokona oceny zgodności produktu na etapie oceny złożonych ofert.

Wniosek nr 4:

Część 2, poz. 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie produktu o podanej specyfikacji (specyfikacja w załączeniu)?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dokona oceny zgodności produktu na etapie oceny złożonych ofert.

Wniosek nr 5:

Część 2, poz. 11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie produktu o podanej specyfikacji (specyfikacja w załączeniu)?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dokona oceny zgodności produktu na etapie oceny złożonych ofert.

Wniosek nr 6:

Część 2, poz. 13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie produktu o podanej specyfikacji (specyfikacja w załączeniu)?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dokona oceny zgodności produktu na etapie oceny złożonych ofert.

Wniosek nr 7:

Część 2, poz. 14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie produktu o podanej specyfikacji (specyfikacja w załączeniu)?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dokona oceny zgodności produktu na etapie oceny złożonych ofert.

Wniosek nr 8:

Część 2, poz. 28. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie produktu o podanej specyfikacji (specyfikacja w załączeniu)?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dokona oceny zgodności produktu na etapie oceny złożonych ofert.

Wniosek nr 9:

Część 2, poz. 31, 32. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie produktu o podanej specyfikacji (specyfikacja w załączeniu)?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dokona oceny zgodności produktu na etapie oceny złożonych ofert.

Wniosek nr 10:

Część 8, poz. 1, 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie butelek wykonanych z polipropylenu?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dopuszcza butelki wykonane z polipropylenu. Stosowne zmiany należy wnieść w kalkulacji ceny oferty (Załącznik 1A) lub w formularzu oferty (Załącznik 1, pozycja 8 – „Uwagi”).

Wniosek nr 11:

Część 12, poz. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie produktu o poniższej specyfikacji?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dokona oceny zgodności produktu na etapie oceny złożonych ofert.

Wniosek nr 12:

Część 12, poz. 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie produktu o poniższej specyfikacji?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dokona oceny zgodności produktu na etapie oceny złożonych ofert.

Wniosek nr 13:

Część 12, poz. 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie produktu o poniższej specyfikacji?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dokona oceny zgodności produktu na etapie oceny złożonych ofert.

Wniosek nr 14:

Część 13, poz. 10. Matrycą wzorca o podanym numerze referencyjnym jest woda z dodatkiem 0,1 % NaOH, a nie sam 0,1 % NaOH. W związku z tym czy nie nastąpiła omyłka pisarska? Prosimy o wyjaśnienie.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że matrycą jest wodny roztwór o stężeniu 0,1% NaOH.

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany w Załączniku 1A do SWZ (opis przedmiotu zamówienia – kalkulacja ceny oferty, część 13, poz. 10).

Zmieniony Załącznik 1A do SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wniosek nr 15:

Część 19, poz. 7. Producent wzorca o podanym numerze referencyjnym gwarantuje czystość wzorca min. 93,3 +/- 0.1 %. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wzorca o takiej czystości z zachowaniem pozostałych parametrów?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że omyłkowo podał wartość czystości wzorca 95%, winno być min. 93%.

Zamawiający działając na podstawie **art. 286 ust. 1** ustawy Pzp dokonuje zmiany w Załączniku 1A do SWZ (opis przedmiotu zamówienia – kalkulacja ceny oferty, część 19, poz. 7).

Zmieniony Załącznik 1A do SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wniosek nr 16:

Część 19, poz. 8. Producent wzorca o podanym numerze referencyjnym gwarantuje czystość wzorca min. 91.0 +/- 0.3 %. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wzorca o takiej czystości z zachowaniem pozostałych parametrów?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że omyłkowo podał wartość czystości wzorca 95%, winno być min. 91%.

Zamawiający działając na podstawie **art. 286 ust. 1** ustawy Pzp dokonuje zmiany w Załączniku 1A do SWZ (opis przedmiotu zamówienia – kalkulacja ceny oferty, część 19, poz. 8).

Zmieniony Załącznik 1A do SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wniosek nr 17:

Część 19, poz. 9. Producent wzorca o podanym numerze referencyjnym gwarantuje czystość wzorca min. 88.1 +/- 0.1 %. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wzorca o takiej czystości z zachowaniem pozostałych parametrów?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że omyłkowo podał wartość czystości wzorca 95%, winno być min. 88%.

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany w Załączniku 1A do SWZ (opis przedmiotu zamówienia – kalkulacja ceny oferty, część 19, poz. 9).

Zmieniony Załącznik 1A do SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wniosek nr 18:

Część 22, poz. 1, 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie produktu o podanej specyfikacji (specyfikacja w załączeniu)?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dokona oceny zgodności produktu na etapie oceny złożonych ofert.

Wniosek nr 19:

Część 22, poz. 3, 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie produktu o podanej specyfikacji (specyfikacja w załączeniu)?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dokona oceny zgodności produktu na etapie oceny złożonych ofert.

Wniosek nr 20:

Część 22, poz. 5, 6, 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie produktu o podanej specyfikacji (specyfikacja w załączeniu)?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dokona oceny zgodności produktu na etapie oceny złożonych ofert.

Wniosek nr 21:

Część 22, poz. 8, 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie produktu o podanej specyfikacji (specyfikacja w załączeniu)?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dokona oceny zgodności produktu na etapie oceny złożonych ofert.

Wniosek nr 22:

Część 22, poz. 10, 11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie produktu o podanej specyfikacji (specyfikacja w załączeniu)?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dokona oceny zgodności produktu na etapie oceny złożonych ofert.

Wniosek nr 23:

Część 22, poz. 12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie produktu o podanej specyfikacji (specyfikacja w załączeniu)?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dokona oceny zgodności produktu na etapie oceny złożonych ofert.

Wniosek nr 24:

Część 24, poz. 4, 5. Matrycą wzorców o podanych numerach jest 0,08 mol/dm³ HNO₃, a nie roztwór wodny. Czy nie nastąpiła omyłka pisarska? Prosimy o wyjaśnienie.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że w specyfikacji zapisano „roztwór wodny” co jest zgodne z zapisami w certyfikatach odpowiednich wzorów. W szczegółowym opisie CRM-u w wyżej wymienionych certyfikatach jest informacja, że jest to wodny roztwór wapnia zakwaszony HNO₃. W związku z powyższym nie nastąpiła pomyłka pisarska.

Wniosek nr 25:

Część 24, poz. 5. Stężenie wzorca o podanym numerze wynosi 35,7 mmol/l CaCO₃ (2000d st. niemieckich) a nie 35,7 mmol/l CaCO₃ (200d st. niemieckich). Czy nie nastąpiła omyłka pisarska? Prosimy o wyjaśnienie.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że omyłkowo podał stężenie wzorca. Winno być: 200^od st. niemieckich.

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany w Załączniku 1A do SWZ (opis przedmiotu zamówienia – kalkulacja ceny oferty, część 24, poz. 5).

Zmieniony Załącznik 1A do SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wniosek nr 26:

Część 24, poz. 6. Matrycą wzorca o podanym numerze jest 0,02 mol/dm³ HNO₃ a nie roztwór wodny. Czy nie nastąpiła omyłka pisarska? Prosimy o wyjaśnienie.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że w specyfikacji zapisano „roztwór wodny” co jest zgodne z zapisami w certyfikatach odpowiednich wzorów. W szczegółowym opisie CRM-u w wyżej wymienionych certyfikatach jest informacja, że jest to wodny roztwór jonów żelaza zakwaszony HNO₃. W związku z powyższym nie nastąpiła pomyłka pisarska.

Wniosek nr 27:

Część 25, poz. 1, 2, 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie produktu o podanej specyfikacji (specyfikacja w załączeniu)?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dokona oceny zgodności produktu na etapie oceny złożonych ofert.

Wniosek nr 28:

Część 25, poz. 4, 5, 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie produktu o podanej specyfikacji (specyfikacja w załączeniu)?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dokona oceny zgodności produktu na etapie oceny złożonych ofert.

Wniosek nr 29:

Część 25, poz. 7, 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie produktu o podanej specyfikacji (specyfikacja w załączeniu)?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dokona oceny zgodności produktu na etapie oceny złożonych ofert.

Wniosek nr 30:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 10.04.2024 r.? W przypadku tak obszernej ilości produktów Wykonawca potrzebuje czasu w celu dobrania najlepszych produktów spełniających specyfikację. Ponadto wydłużenie terminu składania ofert pozwoli wziąć udział w postępowaniu większej ilości co zwiększy konkurencyjność.

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu upływa dnia 9.04.2024 r. o godz. 8:00, a oferty zostaną otwarte w dniu 9.04.2024 r. o godz. 8:05.

Wniosek nr 31:

Część 11. Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na butelki w rozmiarze 125 mL zamiast 100 mL w części 11?.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dopuszcza butelki o objętości 125 ml pod warunkiem zapewnienia zamawianej ilości z zachowaniem ceny dla wymaganej objętości tj. dla 100 ml. Dodatkowa objętość, czyli 25 ml nie będzie miała wpływu na ocenę oferty. Stosowne zmiany należy wnieść w kalkulacji ceny oferty (Załącznik 1A) lub w formularzu oferty (Załącznik 1, pozycja 8 – „Uwagi”).

Ponadto Zamawiający informuje, że działając na podstawie **art. 284 ust. 3** ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu upływa dnia **9.04.2024 r. o godz. 8:00**, a oferty zostaną otwarte w dniu 9.04.2024 r. o godz. 8:05.

Odpowiedź na powyższe wnioski stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Zastępca Dyrektora Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie
ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Alina Jamka

Pismo wydane w postaci elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym