

Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce, Dział Zamówień Publicznych
tel. 41 36 74 280

strona www: <http://www.onkol.kielce.pl/>

e-mail: zampubl@onkol.kielce.pl / justyna.magdziarz@onkol.kielce.pl

IZP.2411.150.2024.JM

Kielce, dn. 02.07.2024 r.

WSZYSZY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. postępowania na zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych dla Działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytania dotyczącego zapisów SWZ wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 pakiet 9 pozycja 16

1.Czy Zamawiający w pakiecie 9 pozycja 16 dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływow (High Flow), z poliurteanu, bez otworów bocznych, o średnicy 11 Fr lub 13 Fr o długości 15 cm do wyboru przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 2 pakiet 9 pozycja 16

Jakich ramion wymaga Zamawiający prostych, czy zagiętych ?

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyślizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,98 mm x 700 mm/0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G

- rozszerzadło 11Fr/ 13 Fr
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- opakowanie zawiera 3 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający preferuje ramiona proste cewnika przy spełnieniu pozostałych warunków SWZ

Pytanie 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 9 poz. 16 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie

Pytanie 4 Pakiet 12

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści produkt o charakterystyce technicznej : zamknięty system do nawilżania o pojemności 350 ml napełniony sterylną wodą do terapii oddechowej i zawierający mikrodyfuzory . Produkt wolny od DEHP, PVC, lateksu, konserwantów i niepirogenny. W zestawie czysta głowica-adapter łącząca reduktor (przepływomierz) z pojemnikiem (pakowana osobno). Woda spełnia normę sterylności USP 71 . Wyjałowiony przy użyciu techniki obróbki aseptycznej ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści taki produkt

Pytanie 5 Pakiet 12

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści produkt o charakterystyce technicznej : zamknięty system do nawilżania o pojemności 500 ml napełniony wodą do terapii inhalacyjnej umożliwiający prowadzenie terapii przez 35 dni (oświadczenie Producenta) sterylizowany radiacyjnie. W zestawie głowica-adapter łącząca reduktor (przepływomierz) z pojemnikiem (pakowana osobno). Zatyczka umożliwiająca zabezpieczenie otworu wylotowego po usunięciu wążów tlenowych zintegrowana fabrycznie z pojemnikiem . Jakość wody spełniająca normę USP 43 . Pojemnik wyposażony w dyfuzory znajdujące się w podstawie pojemnika : Ilość otworów dyfuzora ≥ 14 , średnica otworu $\geq 0,2$ mm . Dyfuzory umożliwiają przepływ tlenu przez całą objętość wody .

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści taki produkt.

Pytanie 6 Pytanie 1 pakiet 9

prosimy by Zamawiający udzielił zamówienia odrębnego lub dopuści możliwość składania ofert częściowych, albo usunął pozycję 8-19 jako nietożsamą? Umożliwi to Zamawiającemu stosowanie przepisów ustawy, dzięki temu Zamawiający uzyska zgodność z art. 99 ust. 1 i 4 PZP w zw. Z art. 16 pkt. 1-3 PZP. Zostaną rozwiane wątpliwości w zakresie naruszenie art. 16 ust. 1-3 ustawy PZP tj. zasady równego traktowania wykonawców oraz prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób utrudniający uczciwą konkurencję w zakresie ewentualnego naruszenia

1.art. 99 ust. 1 do 4 ustawy PZP tj. poprzez określenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję i jest sprzeczny z obowiązkami jakie nakłada na Zamawiającego ustawodawca w w/w zakresie

2.art. 134 ust. 1 pkt.4 ustawy PZP poprzez wadliwe sporządzenie specyfikacji warunków zamówienia w części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia

3.Krajowa Izba Odwoławcza w uchwałą z dnia 2 stycznia 2015 r., KIO/KD 113/14

Pakiet 9 zawiera produkty różne skierowane do różnych segmentów wykonawców, cewniki i laryngoskopy nie są grupami podobnymi łączenie ich w w ramach jednej części jest rażące zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o natychmiastowe podjęcie działań naprawczych w celu zapewnienia uczciwej konkurencji w postępowaniu przetargowym. Pragniemy zaznaczyć, że naruszenie zasad równego traktowania i uczciwej konkurencji przez Zamawiającego może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych.

W świetle powyższych faktów, żądanie nasze jest oparte na przepisach dotyczących zamówień publicznych, które mają na celu zapewnienie uczciwych, przejrzystych i konkurencyjnych postępowań przetargowych. Prosimy o powstrzymanie się od działań utrudniających konkurencję oraz stworzenie dostawcom możliwość przedstawienia swoich rozwiązań równoważnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i SWZ Rozdział II .punkt 1

Odpowiedź:

W opisach przedmiotu zamówienia zawarte są określenia typowe, powszechnie stosowane w produktach wielu producentów dedykowanych anestezjologii i intensywnej terapii, np. „strzykawka raulersona” jest dla zamawiającego strzykawką służącą do bezkrwawej lokalizacji i identyfikacji naczynia oraz umożliwiającą wprowadzenie przewodnicy bez odłączania igły od strzykawki, czy „oko murphyego” jest zlokalizowanym bocznie i w ścianie dystalnej części rurki intubacyjnej dodatkowym otworem, igła touhy jest igłą przeznaczoną do identyfikacji przestrzeni zewnątrzoponowej (użycie nazw własnych lub patentów dopuszcza rozwiązania równoważne o ile są zgodne z SWZ). Zamawiający ma prawo do dokładnego określenia cech, rozmiarów i opisów asortymentu, który podlega zamówieniu ze względu na wieloletnie kliniczne pozytywne doświadczenie w użytkowaniu sprzętu o podanych parametrach. Zamawiający nie zgadza się z opinią, że pozycje 8-19 pakietu 9 są nietożsame z pozostałymi. Zamawiający nie widzi potrzeby rozdzielania grup produktów w pakiecie na podstawie ich bliżej nieokreślonego podobieństwa ale dopuszcza, nie wymagając jednocześnie takiego rozwiązania, o ile będzie to powiązane ze spełnieniem SWZ, podaniem nazwy producenta i numeru katalogowego każdego produktu będącego przedmiotem zamówienia.

Pytanie 7

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 12, pozycji 1 sterylną wodę, ze sterylnym łącznikiem, możliwość stosowania do 70 dni o pojemności 500 ml z zastawką upustową o czułości 282 cm H₂O?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści takiego produktu.

Pytanie 8

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 12 pozycji 2 sterylną wodę, ze sterylnym łącznikiem, możliwość stosowania do 70 dni o pojemności 500 ml z zastawką upustową o czułości 282 cm H₂O?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści takiego produktu.

Pytanie 9

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 12, pozycji 1 sterylną wodę 350 ml, z mikrobiologicznie czystym łącznikiem, możliwość stosowania do min. 30 dni, z zastawką upustową o czułości 282 cm H₂O?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści takiego produktu.

Pytanie 10 Pakiet 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 26Gx90mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 11 Pakiet 1 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 25Gx90mm z prowadnicą?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 12 Pakiet 1 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 27Gx90mm z prowadnicą?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 13 Pakiet 1 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 22Gx90mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 14 Pakiet 1 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 25Gx90mm z prowadnicą?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 15 Pakiet 1 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści poniższy zestaw:

W skład zestawu wchodzi:

- Strzykawka niskooporowa o pojemności 10ml
- Cewnik epiduralny 20G o długości 100cm z 4 znacznikami głębokości oraz 3 otworami bocznymi, wykonany z miękkiego materiału, z nitką radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG. Skalowany co 1cm (od 6cm do 17cm od strony dystalnej).
- Specjalna miękka, atraumatyczna końcówka pokryta w całości znacznikiem radiocieniującym zapobiega uszkodzeniom naczyń i tkanek oraz zwiększa bezpieczeństwo wprowadzania cewnika.
- Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy
- Igła Touhy z mandrynem w rozmiarze 18G (różowa) lub 16G (biała) o długości 90mm, skalowana co 1cm, wykonana ze stali nierdzewnej ze strzałkami na skrzydełkach wskazującymi prawidłowe ułożenie igły przy wkłuciu
- Płaski filtr epiduralny 0,2µm odporny na ciśnienie 8 bar, z oznaczonym kierunkiem przepływu, obrotowym żeńskim łącznikiem luer-lock od strony cewnika epiduralnego oraz męskim łącznikiem luer-lock od strony strzykawki zabezpieczony fabrycznie koreczkiem
- Łącznik do cewnika epiduralnego
- Piankowy stabilizator cewnika pokryty hipoalergicznym klejem z systemem zatraskowym zapobiegającym przypadkowemu wysunięciu cewnika z ciała pacjenta chroniąc jednocześnie cewnik przed zamknięciem światła w miejscu jego wprowadzenia do ciała
- Piankowy stabilizator filtra umożliwiający umocowanie filtra w dowolnym miejscu na ciele pacjenta
- Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny ?



Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 16 Pakiet 1 pozycja 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie wyżej wymienionej pozycji lub wydzielenie do osobnego pakietu, w celu zwiększenia konkurencyjności oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na takie postępowanie.

Pytanie 17 Pakiet nr 1, pozycja nr 2-3 –

Czy zamawiający dopuści igły z prowadnicą?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 18 Pakiet nr 1, pozycja nr 2 - 7 –

Czy zamawiający dopuści igły wyposażone w lejek posiadający „szkiełko” powiększające w celu uwidocznienia wycieku płynu?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 19 Pakiet nr 1, pozycja nr 5 –

Czy zamawiający dopuści igły z prowadnicą?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 20 Pakiet nr 1, pozycja nr 6 –

Czy zamawiający dopuści igły o długości 88mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 21 Pakiet nr 1, pozycja nr 6 –

Czy zamawiający dopuści igły ze szlifem Pencil Point o długości 120mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 22 Pakiet nr 1, pozycja nr 6 –

Czy zamawiający dopuści igły ze szlifem Pencil Point o długości 120mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 23 Pakiet nr 1, pozycja nr 7 –

Czy zamawiający dopuści igły ze szlifem Pencil Point o długości 120mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 24 Pakiet nr 1, pozycja nr 7 –

Czy zamawiający dopuści igły z prowadnicą?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 25 Pakiet nr 1, pozycja nr 8 –

Czy zamawiający dopuści cewnik 21G?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 26 Pakiet nr 1, pozycja nr 8 –

Czy zamawiający dopuści system mocowania do skóry w postaci przylepca?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 27 Pakiet nr 1, pozycja nr 9 –

Czy zamawiający odstąpi od wymogu wycenienia pozycji 9 jeśli igły w rozmiarach 25G i 26G posiadają prowadnicę w komplecie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest zainteresowany takim rozwiązaniem.

Pytanie 28 Pakiet nr 6, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści filtr mechaniczny o parametrach:

Rodzaj filtracji: mechaniczna

Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%

Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%

Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie

Przestrzeń martwa: 70ml
Waga: 36,5 g
Objętość oddechowa: 150-1500ml
Skuteczność nawilżania: -
Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
Złącza: 22M/15F-22F/15M
Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
Opakowanie: papier/folia
Jałowy: tak

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 29 Pakiet nr 6, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak



Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 30 Pakiet nr 6, pozycja nr 2 –

Czy zamawiający dopuści objętość oddechową 150-300 ml?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 31 Pakiet nr 6, pozycja nr 3 –

Czy zamawiający dopuści martwą przestrzeń 11ml?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 32 Pakiet nr 6, pozycja nr 3 –

Czy zamawiający dopuści objętość oddechową 35-100ml?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 33 Pakiet nr 6, pozycja nr 8 –

Czy zamawiający dopuści mankiety w kształcie walca?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 34 Pakiet nr 6, pozycja nr 9 –

Czy zamawiający dopuści port do tlenu o średnicy wewnętrznej 4mm i zewnętrznej 5mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 35 Pakiet nr 6, pozycja nr 10-11 – Czy zamawiający dopuści rurkę dooskrzelową o opisie:

- Wykonana z medycznego PVC,
- Otwór Murphy'ego o zaokrąglonych krawędziach
- Dwa delikatne mankiety niskociśnieniowe
- Gładkie ścianki rurki ułatwiające stosowanie cewnika do odsysania
- Gładkie zakończenia rurki oraz połączenie mankietów z rurką
- Odpowiednio wyprofilowany kształt
- Linia rtg na całej długości rurki
- Dodatkowe znaczniki rtg określające położenie obu mankietów
- Prowadnica wykonana z aluminium
- Skalowana co 2cm
- Baloniki kontrolne znakowane typem mankietu
- Bez lateksu
- W zestawie złącza do rurki dooskrzelowej
- 2 cewniki do kontrolowanego odsysania, skalowane co 1cm, o odpowiednim rozmiarze do światła wewnętrznego rurki
- Jałowa, jednorazowego użytku
- Opakowanie papier/folia

O rozmiarach jak w swz.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 36 Pakiet nr 7, pozycja nr 1 –

Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy z rurami o długości 2m, złącza 15f/22m-22m?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 37 Pakiet nr 7, pozycja nr 2–

Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy z rurami o długości 1,6m, dodatkowa rura 1m długości, złącza 15f/22m-22m?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 38 Pakiet nr 7, pozycja nr 3–

Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy z rurami o długości 1,8m, dodatkowa rura 1,2m długości, złącza 15f/22m-22m o czasie stosowania do 72h przy codziennej wymianie filtra?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 39 Pakiet nr 7, pozycja nr 4–

Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy rozciągliwy wykonany z PP+EVA z rurami o długości 1,6m, dodatkowa rura 1m długości, złącza 15f/22m-22m?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 40 Pakiet nr 7, pozycja nr 6-7 –

Czy zamawiający określi czy wymaga linii krótko czy długoterminowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określi tego parametru nie znając definicji krótko i długoterminowości znanej Pytającemu.

Pytanie 41 Pakiet nr 10 pozycja nr 1 –

Czy zamawiający dopuści zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej o składzie: szczoteczki do zębów z odsysaniem z 2 otworami ssącymi, z manualną zastawką ściętą pod kątem 45o do regulacji siły odsysania i chropowatą gąbką na górnej powierzchni pokrytą dwuwęglanem sodu, gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu z odsysaniem z 2 otworami ssącymi, z manualną zastawką ściętą pod kątem 45o do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką, 10 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w rozrywanej saszetce z perforacją, saszetkę z 3ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z wyciągiem z aloesu oraz rumianku oraz gąbki-aplikatory?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści taki zestaw, ale go nie wymaga.

Pytanie 42 Pakiet nr 10, pozycja nr 1 –

Czy zamawiający dopuści zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej o składzie: 1 cewnik typu Yankauer z miękką końcówką o długości roboczej minimum 14 cm, uniwersalny uchwyt ssący z suwakową regulacją siły ssania, 1 łącznik "Y" do układu ssącego, szczoteczki do zębów z odsysaniem z 2 otworami ssącymi, z manualną zastawką ściętą pod kątem 45o do regulacji siły odsysania i chropowatą gąbką na górnej powierzchni pokrytą dwuwęglanem sodu, gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu z odsysaniem z 2 otworami ssącymi, z manualną zastawką ściętą pod kątem 45o do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką, 10 ml bezalkoholowego

płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w rozrywanej saszetce z perforacją, saszetkę z 3ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z wyciągiem z aloesu oraz rumianku oraz gąbki-aplikatory?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści taki zestaw ale go nie wymaga.

Pytanie 43 Pakiet nr 13, pozycja nr 1 -3 – Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o opisie:

Posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora

Posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika

(port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem

zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 5-10 ml NaCl

Posiada zamykany port do podawania leków z końcówką

Luer (MDI)

Posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację

wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest

uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP

oraz infekcji krzyżowej

Posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka

zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu

Regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły

ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz średnicą oraz informacją „UP”

Blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego

obrót o 90° lub 180°

Posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie

przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu

System wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne

rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia

elementów

Cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką,

zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną

obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas

przepłukiwania

Cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone

naprzemianległe oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm

Oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika,

na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie

z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy

systemu z rękawem ochronnym

W zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany

zestawu w języku angielskim oraz łącznik martwa przestrzeń rozciągliwy do długości 135mm
System stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia

bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
Jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
Pakowana folia/papier

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ	PRZEZNACZENIE
10Fr 3,35mm	600mm	intubacja
12Fr 4,05mm	600mm	intubacja
14Fr 4,75mm	600mm	intubacja
16Fr 5,45mm	600mm	intubacja
10Fr 3,35mm	330mm	tracheostomia
12Fr 4,05mm	330mm	tracheostomia
14Fr 4,75mm	330mm	tracheostomia
16Fr 5,45mm	330mm	tracheostomia

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 44 Pakiet nr 13, pozycja nr 4 –

Czy zamawiający dopuści dreny ch24-ch25?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 45 Pakiet nr 13, pozycja nr 5 –

Czy zamawiający dopuści złącze obrotowe do rurki z możliwością podłączenia do zestawu do odsysania, łącznik kominek ruchomy 22M/15F z wyjściem do bronchoskopii, z możliwością stosowania tak długo jak jest podłączony zestaw do odsysania?



Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 46 Pakiet nr 13, pozycja nr 5 –

Czy zamawiający dopuści złącze obrotowe do rurki z możliwością podłączenia do zestawu do odsysania, przeznaczone do wykonania bronchoskopii, zgodny ze standardem połączeń ISO 15M/15F, z możliwością stosowania tak długo jak jest podłączony zestaw do odsysania?



Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 47 Pakiet nr 13, pozycja nr 6 –

Czy zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym opakowaniu:

- 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z manualną zastawką ściętą pod kątem 45° do regulacji siły odsysania, z 2 otworami ssącymi oraz z chropowatą gąbką na górnej powierzchni,
- 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w rozrywanej saszetce z perforacją,
- 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem,
- 1 saszetkę z 3ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z wyciągiem z aloesu oraz rumianku;
- Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko zamawiającego.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 48 Pakiet nr 13, pozycja nr 7 –

Czy zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 20ml?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 49 Pakiet nr 13, pozycja nr 7 –

Czy zamawiający dopuści zakończone końcówkami lejek-lejek?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 50 Pakiet nr 13, pozycja nr 7 –

Czy zamawiający dopuści łącznik schodkowy dołączony osobno?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 51 Pakiet nr 13, pozycja nr 8 – Czy zamawiający dopuści łyżki bez nazwy oraz logo producenta występującej bezpośrednio na łyżce, gdyż takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Pełną identyfikację przyrządu zapewni zamawiającemu opakowanie jednostkowe posiadające nazwę producenta oraz podstawowe dane techniczne.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 52 Pakiet nr 13, pozycja nr 8 –

Czy zamawiający dopuści wymiary stopki mocującej (wys./ szer./ gł.) - 19 mm / 24 mm / 13 mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 53 Pakiet nr 13, pozycja nr 8 –

Czy zamawiający dopuści numer serii naniesiony na grzbiecie łyżki?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 54 Pakiet nr 13, pozycja nr 8 –

Czy zamawiający dopuści 3-letnią datę ważności?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 55 Pakiet nr 13, pozycja nr 8 –

Czy zamawiający odstąpi od wymogu „możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznym - potwierdzenie od producenta dołączone do oferty”?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 56 Pakiet nr 13, pozycja nr 8 –

Czy zamawiający dopuści opakowanie foliowe?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 57 Pakiet nr 13, pozycja nr 8 –

Czy zamawiający dopuści etykietę w języku angielskim?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 58 Pakiet nr 13, pozycja nr 9 –

Czy zamawiający dopuści rękojeść plastikowo-metalową, gdzie część chwytana wykonana jest z plastiku w kolorze zielonym z poprzecznymi frezami?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 59 Pakiet nr 13, pozycja nr 10 –

Czy zamawiający dopuści osłonę oka gotową do użycia całkowicie szczelną i bardzo lekką komorę wilgotną zapewniającą pożądaną wilgotność rogówki. Idealna do stabilizacji w przypadku operacji opadania lub zwiotczenia powiek, leczeniu niedomykalności powiek, w celu ochrony pooperacyjnej w pełnym zakresie chirurgii oka. Hipoalergiczna warstwa samoprzylepna (mocująca) odpowiada wymogom delikatnej i wrażliwej skóry. Produkt sterylny, jednorazowego użytku. Posiada certyfikat CE. Produkcja – Włochy, dostępne rozmiary 9,5x6,5cm oraz 11,3x8 cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 60 Pakiet nr 13, pozycja nr 11 –

Czy zamawiający dopuści osłonę oka gotową do użycia całkowicie szczelną i bardzo lekką komorę wilgotną zapewniającą pożądaną wilgotność rogówki. Idealna do stabilizacji w przypadku operacji opadania lub zwiotczenia powiek, leczeniu niedomykalności powiek, w celu ochrony pooperacyjnej w pełnym zakresie chirurgii oka. Hipoalergiczna warstwa samoprzylepna (mocująca) odpowiada wymogom delikatnej i wrażliwej skóry. Produkt sterylny, jednorazowego użytku. Posiada certyfikat CE. Produkcja – Włochy, dostępne rozmiary 9,5x6,5cm oraz 11,3x8 cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 61 Pakiet nr 13, pozycja nr 12 –

Czy zamawiający dopuści makiet infuzyjny wyposażony w manometr słupkowy?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 62 PAK 4 Pozycjonery pod głowę

Prosimy o dopuszczenie pozycjonerów żelowych o następujących parametrach:

wykonane z medycznego żelu silikonowego, pokryte poliuretanem, rozkładające ciężar ciała i obniżające nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniące przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, wodoszczelne, o właściwościach nie powodujących podrażnień dla skóry - potwierdzone badaniami wg. normy ISO 10993-10 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – test na

podrażnianie uczulanie skóry) i ISO 10993-1 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – ocena biokompatybilności) lub równoważnej, do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, żel nie wycieka w przypadku przecięcia powłoki, przeźierne dla promieni RTG, nieprzewodzące ładunków elektrycznych, wolne od lateksu, możliwość ochłodzenia pozycjonera do temperatury – 12 °C, możliwość ogrzania pozycjonera do temperatury maksimum 40°C, możliwość użycia pozycjonerów z materacami grzewczymi, oznaczenie CE , gwarancja na wady fabryczne minimum 24 m-ce.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 63 PAK 4 Pozycjonery pod głowę

Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie pozycjonera – krążek pod głowę o wymiarach 140x35mm



Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 64

Poz. 2 Prosimy o dopuszczenie pozycjonera – krążek pod głowę o wymiarach 200 x 45 mm



Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 65 PAK 14 Akcesoria do monitorów

Poz. 5 Prosimy o dopuszczenie odprowadzeń o długości 1m.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 66 PAK 14 Akcesoria do monitorów
Poz. 6 Prosimy o dopuszczenie długości 2,5m

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 67 PAK 14 Akcesoria do monitorów
Poz. 7 Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 25-35 cm

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 68 PAK 14 Akcesoria do monitorów
Poz. 8 Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 34-47 cm

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 69 PAK 14 Akcesoria do monitorów
Poz. 9 Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 46-66 cm

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 70 PAK 14 Akcesoria do monitorów
Poz. 10 Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 25-35 cm w wersji long

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 71 PAK 14 Akcesoria do monitorów
Poz. 11 Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 26-35.5cm w wersji standard i long

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 72 PAK 14 Akcesoria do monitorów
Poz. 12 Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 35-45cm dł. 66,5 cm

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 73 PAK 14 Akcesoria do monitorów
Poz. 13 Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 21-27cm lub 13-21.5cm - do wyboru przy real. zamówienia częściowego

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 74 PAK 14 Akcesoria do monitorów
Poz. 14 Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 26-35.5cm

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 75 PAK 14 Akcesoria do monitorów

Poz. 15-19 Prosimy o wydzielenie poz. 15-19 do oddzielnego zadania

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 15-19 do oddzielnego zadania.

Powyższa odpowiedź jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania i należy ją uwzględnić w składanej ofercie.

Z poważaniem
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Mariusz Klimczak