



WSSz -NZP – ..... / 23

Łódź, dnia 25. 09. 2023 r.

**Uczestnicy postępowania  
przetargowego**

**dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego i aptecznego jednorazowego użytku, sprawa ZP 36/23**

Na podstawie art. 135 ustawy z dn. 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022r. poz. 1710 ze zm.) oraz w związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

1. *Dotyczy Pakietu nr 4. Czy Zamawiający oczekuje, aby zaoferować probówko-strzykawki do gazometrii, kompatybilne z mieszadłem magnetycznym wbudowanym w analizatory parametrów krytycznych, które są użytkowane w Szpitalu, tj. ABL 90 FlexPlus o rekomendowanej objętości próbki 0,7 ml i objętości maksymalnej 1 ml?*

**Wyjaśnienia: Tak.**

Z poważaniem

Z upoważnienia Dyrektora  
KIEROWNIK DZIAŁU  
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
*mgr Paweł Lipiński*