



UWM.DZP.243.W/680/2025
Nr postępowania 88/2025/PN/DZP

Olsztyn 10 kwiecień 2025 r.

**Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu**

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 88/2025/PN/DZP pt. „Dostawa aparatury badawczej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320. tj.) przedstawia odpowiedź na zadane pytanie.

części 2 - dygestorium szczelinowe

Pytanie nr 1

Sugerując się opisem zawartym w punkcie CC (opisu parametrów technicznych dygestorium), można wnioskować że dygestorium będzie podłączone do wentylacji wyposażonej w zmienny przepływ powietrza VAV, jeśli tak, bardzo prosimy Zamawiającego o podanie z jakim systemem czujnik ma być kompatybilny? Jeśli zaś dygestorium będzie podłączone do wentylacji o stałym wydatkiem, to czy Zamawiający zrezygnuje z zapisów zawartych w punkcie CC? Czy zamawiający dopuści panel sterujący dygestorium również zgodny z wymogami normy PN EN 14175 wyposażony jedynie w diodę sygnalizującą, że przepływ powietrza przez komorę jest w prawidłowym zakresie, jednocześnie rezygnując z wyświetlania aktualnego przepływu powietrza w m/s?

Odpowiedź:

Zamawiający potrzebuje przetwornika ciśnienia z funkcją auto - zero, sprzężony z centralą nawiewną. Centrala nawiewna powietrza powinna być dostarczona i zamontowana wraz z kanałem napowietrzającym do pomieszczenia. Musi być zapewniona stała wartość ciśnienia w pomieszczeniu. Zamawiający podtrzymuje potrzebę montażu panelu sterowania z odczytem aktualnego przepływu powietrza i sygnalizującym spadek przepływu poniżej minimum.



UNIWERSYTET
WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

mgr inż.

Bogusław Stec

KANCLERZ

Łączę wyrazy szacunku

KANCLERZ

mgr inż. Bogusław Stec

(podpisano elektronicznie)

Sprawę prowadzi:

Anna Opalach

Tel. 89/524 52 39

e-mail: anna.opalach@uwm.edu.pl

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

tel. (89) 523 37 66, (89) 523 33 44

fax (89) 523 43 66

kanclerz@uwm.edu.pl

www.uwm.edu.pl