

SZEF
ZARZĄDU WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA
SZEF ZARZĄDU
WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA
płk Sławomir SAGAN
dnia..... 21 STY. 2025

WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE DLA DESKI ORTOPEDYCZNEJ

I. Parametry urządzenia:

1. Może ona być wykorzystywana do zabezpieczenia oraz transportu osób z urazami kręgosłupa czy miednicy, do ewakuacji poszkodowanych, którzy nie mogą sami się poruszać, a także do ratowania osób, które zostały ranne na morzu czy jeziorze (umożliwia to fakt, że deska unosi się na wodzie).
2. Transport deską ortopedyczną zapewnia, że poszkodowany nie odniesie głębszych urazów ani też nie spadnie na podłoże.
3. Jednocześnie, z uwagi na sporą nośność deski (udźwignie ona nawet do 450 kilogramów), to dobry pomysł na transport osób o większej wadze.
4. Lekkość deski i utrzymywanie się na wodzie czynią ją także idealną do akcji ratunkowych w zatoce czy na różnego rodzaju pojezierzach.
5. Wymiary zewnętrzne szer/wys/głęb [mm.] - 410x1830x45
6. Waga – ok. 7,2 kg
7. Nośność - max. 450 kg
8. Odległość uchwytów noszy od podłoża - min. 2,5cm
9. Pływalność dodatnia przy obciążeniu 112 kg
10. Materiał – tworzywo sztuczne.
11. Cechy materiału – zmywalne, przepuszczalne dla promieni X
12. Kolor- żółty.

II. Wymagania dotyczące kodyfikacji (klauzula kodyfikacyjna):

1. Przedmiot zamówienia w postaci wyrobów wyszczególnionych w umowie wraz z częściami zamiennymi, materiałami eksploatacyjnymi, konserwacyjnymi i narzędziami, podlega kodyfikacji zgodnie z zasadami Systemu Kodyfikacyjnego NATO (NCS – NATO Codification System).
2. Wykonawca - na wniosek Zamawiającego - zobowiązany jest do:
 - 1) Wykonania identyfikacji wstępnej oraz udostępnienia aktualnych danych technicznych wyrobów wyszczególnionych w pkt. 1, wykorzystując aktualne dane własne lub pozyskane od podwykonawców i poddostawców.
 - 2) Sporządzenia w umowie wykazu wszystkich wyrobów będących przedmiotem zamówienia z uwzględnieniem: Numeru Referencyjnego - RN (oznaczenia wyrobu pod jakim jest on rozpoznawany przez Wykonawcę - producenta, dostawcę, podwykonawcę); Numeru Magazynowego NATO - NSN (jeżeli został

już przydzielony); Kodu Podmiotu Gospodarki Narodowej - NCAGE (jeżeli został przydzielony) lub - gdy brak NCAGE - danych teleadresowych odpowiednio: producenta lub dostawcy, podwykonawcy.

3) Przekazania danych, o których mowa w ppkt. 2.1. i 2.2. w terminie do 30 dni od momentu otrzymania wniosku, w uzgodnionej formie i bez dodatkowych opłat.


Odbiorcą danych określonych w ppkt. 2.1. i 2.2. w imieniu Zamawiającego, będzie polskie biuro kodyfikacyjne (NCB of Poland – POL NCB) – Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, ul. Nowowiejska 28a, 00-909 Warszawa, tel. 261 845 700; fax. 261 845 891. W przypadku, gdy wyroby wyszczególnione w pkt. 1 są dostarczane przez dostawców zagranicznych, odbiorcą danych będzie biuro kodyfikacyjne kraju producenta/dostawcy tych wyrobów.

III.Propozycja zapisów w SIWZ, które nie dotyczą WET:

1. Przedmiot zamówienia posiada zdolność do pracy w różnych warunkach klimatycznych (w skrajnych warunkach temperaturowych).
2. Serwis gwarancyjny: na terenie Polski (wymagane załączenie autoryzacji producenta oraz wykaz punktów serwisowych).
3. Gwarancja: ma obejmować min 24 miesiące, w okresie gwarancji koszty wymaganych przeglądów serwisowych wliczone w cenę oferty.
4. Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia do momentu rozpoczęcia naprawy: max 72 h.
5. Czas wykonania diagnozy i przystąpienie do naprawy (na terenie Polski): 7 dni roboczych.
6. Usunięcie awarii (usterki): nie dłużej niż 21 dni roboczych od zdiagnozowania awarii (usterki).
7. W przypadku wydłużenia czasu naprawy powyżej 7 dni roboczych wyrób zastępczy o parametrach równoważnych z naprawianym.
8. Wymiana sprzętu na nowy: na wniosek użytkownika po 3 (trzech) nieskutecznych naprawach w okresie gwarancyjnym tego samego elementu zestawu lub przy czwartej jego awarii.
9. Dostawa: do 12 tygodni.
10. Cena urządzenia musi obejmować:
 - 1) dostawę lub odbiór urządzenia zgodnie z warunkami umowy;
 - 2) uruchomienie urządzenia w obecności przedstawiciela zamawiającego;
 - 3) szkolenie personelu potwierdzone protokołem, w terminie uzgodnionym pomiędzy wykonawcą i użytkownikiem.
11. Wymagane oświadczenie, że przedmiot oferty jest fabrycznie nowy, kompletny, a jego rok produkcji nie jest starszy niż 2024 i będzie gotowy do użytkowania bez potrzeby realizacji dodatkowych zakupów.
12. Instrukcja obsługi (w j. polskim w wersji papierowej i elektronicznej), paszport techniczny, wykaz przedmiotów znajdujących się w zestawie, specyfikacja techniczna: w języku polskim, dostarczone wraz z urządzeniem.
13. Dostarczany wyrób powinien być oznakowany: zgodnie z decyzją nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 03.01.2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej – Dz. Urz. MON z 07.01.2014, poz. 11.



Akceptuję:
SZEF
ODDZIAŁU SPRZĘTU
WOJSKOWEGO I ROZWOJU


.....

Opracował:
KOMENDANT
3 WOJSKOWEGO SZPITALA POLOWEGO
w LUBLINIE


KOMENDANT
3 WOJSKOWEGO SZPITALA POLOWEGO

.....
inż. Ireneusz NITEK

