

## ZAMRAŻARKI DO OSOCZA

Pozycja numer 1

### ZAMRAŻARKI SKRZYNIOWE - **5 sztuk**

- urządzenia wolnostojące,
- zakres pracy: temperatura co najmniej  $-30^{\circ}\text{C}$  i poniżej,
- wymiary zewnątrzne [cm]:
  - Szerokość: nie mniej niż 70cm, nie więcej niż 80cm
  - Głębokość: nie mniej niż 60cm, nie więcej niż 73cm (maksymalna głębokość liczona wraz z zawiasami)
  - Wysokość: nie mniej niż 80, nie więcej niż 95cm
- wyposażone w co najmniej 2 wyjmowane kosze,
- wyposażone w co najmniej 1 sondę/czujnik temperatury oraz w wyświetlacz wskazujący aktualną temperaturę w urządzeniu,
- wyposażone w alarm wizualny i dźwiękowy informujący m.in. o niewłaściwej temperaturze,
- zewnętrzna obudowa odporna na korozję i uszkodzenia, zapewniająca łatwe czyszczenie oraz dezynfekcję,
- wewnątrz wykonane z materiału zapewniającego łatwe czyszczenie i dezynfekcję
- urządzenia muszą posiadać otwór do wprowadzenia zewnętrznej sondy pomiaru temperatury,
- urządzenia muszą posiadać znak CE.

Pozycja nr 2

### ZAMRAŻARKI PIONOWE- **6 sztuk**

- urządzenia wolnostojące,
- zakres pracy: temperatura co najmniej  $-30^{\circ}\text{C}$  i poniżej,
- wymiary ZEWNETRZNE [cm]:  
Szerokość: nie więcej niż 90cm  
Głębokość: nie więcej niż 95cm  
Wysokość: nie więcej niż 210cm
- informacje dotyczące WNETRZA urządzenia:
  - Wnętrze wyposażone co najmniej w 3 półki o nośności minimum 20kg,
  - Odległość między półkami co najmniej 35cm,
  - Wymiary półki (powierzchnia użytkowa) minimum 50x60cm

- wyposażone w co najmniej 1 sondę/czujnik temperatury oraz w wyświetlacz wskazujący aktualną temperaturę w urządzeniu,
- wyposażone w alarm wizualny i dźwiękowy informujący m.in. o niewłaściwej temperaturze,
- zewnętrzna obudowa odporna na korozję i uszkodzenia, zapewniająca łatwe czyszczenie oraz dezynfekcję,
- wnętrze wykonane z materiału zapewniającego łatwe czyszczenie i dezynfekcję
- urządzenia muszą posiadać otwór do wprowadzenia zewnętrznej sondy pomiaru temperatury,
- urządzenia muszą posiadać znak CE.