



*Szpital św. Anny w Miechowie  
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów  
tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342  
REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869  
<http://www.szpital.miechow.pl>,  
e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl*

Miechów, dnia 18 czerwca 2024 r.

/wszyscy uczestnicy postępowania/

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Dostawa myjni dezynfektorów oraz maceratora dla potrzeb Szpitala św. Anny w Miechowie”. Nr sprawy: **12/TP/2024**.

W związku z wniesieniem pytań, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)

1.

**Dotyczy- Opis przedmiotu zamówienia - myjnia dezynfektor (3 szt.)**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie było Wyrobem Medycznym w rozumieniu Ustawy o Wyrobach Medycznych i jako takie zostało zgłoszone do rejestru WM prowadzonego przez Prezesa URPLiWM.

**Ad.1 Zamawiający potwierdza powyższe.**

2.

**Dotyczy- Opis przedmiotu zamówienia - myjnia dezynfektor (3 szt.)**

W p. 40 Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie zapewniało działanie sporobójcze przeciwko Clostridium Difficile, co byłoby potwierdzone certyfikatem niezależnego laboratorium badawczego. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga aby laboratorium wystawiające taki certyfikat posiadało akredytację dopuszczającą badania w wymienionym zakresie.

**Ad.2 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

3.

**Macerator pkt. 7, 9**

Czy Zamawiający dopuści macerator obsługiwany zgodnie z zasadą „czystych rąk” - otwierany i zamykany za pomocą uchwytu łokciowego z autostartem po zamknięciu pokrywy? Takie rozwiązanie nie ogranicza w żaden sposób ruchów osoby obsługującej urządzenie, ponieważ otwarcie jak i zamknięcie komory odbywa się poprzez dotknięcie specjalnego uchwytu łokciem. Specjalny uchwyt tzw. łokciowy pełni jednocześnie funkcję zatrzaśki i gwarantuje idealną szczelność komory. Dodatkowo górna pokrywa wykonana jest z tworzywa z wbudowaną barierą antybakteryjną. Czujniki podczerwieni ulegają częstym awariom, co zwiększa koszty eksploatacji urządzenia.

**Ad.3 Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

4.

**Macerator pkt. 12**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie przeprowadzające macerację przy użyciu 2 modułów tnąco-rozrywających gwarantujących rozdrabnianie najwyższej jakości?

**Ad.4 Pozostaje jak w SWZ.**

5.

**Macerator pkt. 13, 14**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające pojedynczą komorę maceracji - wszystkie elementy tnące umiejscowione w głównej (górnej) części komory z bezpośrednim dostępem do wszystkich elementów tnących po otwarciu pokrywy, bez konieczności demontażu bębna w celu ich sprawdzenia i wyczyszczenia w przypadku maceracji nieodpowiednich materiałów (np. ścierki wielorazowe, lignina itp.)?

**Ad.5 Pozostaje jak w SWZ.**

6.

**Macerator pkt. 15, 16, 17**

Czy Zamawiający dopuści moc całkowitą urządzenia/silnika 0,4 kW, mocy pompy wody 115W? Taki silnik jest typowy dla maceratorów nowej generacji, zapewnia mały pobór prądu przy zachowaniu najwyższej efektywności maceracji.

**Ad.6 Pozostaje jak w SWZ.**

7.

**Macerator pkt. 23, 24, 25, 27, 28, 34**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadającą obudowę (konstrukcję) ze stali nierdzewnej z frontem i górną pokrywą wykonaną z wysokiej jakości tworzywa, o wymiarach nieznacznie różniących się od wymaganych: szer. 360mm x gł. 445mm x wys. 977mm (1253mm przy otwartej pokrywie), z poziomem hałasu 68dB +/-2dB, pojemnością zbiornika 10l dostosowaną do 10l zużycia wody na cykl?

**Ad.7 Zamawiający dopuszcza.**

8.

**Macerator pkt. 40**

Czy Zamawiający dopuści macerator wyposażony w diody LED informujące o stanie urządzenia i fazie cyklu?

**Ad.8 Zamawiający dopuszcza.**

9.

**Macerator pkt. 42, 44, 45, 46**

Czy Zamawiający odstąpi od pkt. 42, 44, 45, 46 wymaganych parametrów?

**Ad.9 Zamawiający nie odstąpi od w/w parametrów.**

**10.**

**Macerator**

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie posiadało wszystkie elementy tnące umiejscowione w głównej (górnjej) części komory z bezpośrednim dostępem do wszystkich elementów tnących po otwarciu pokrywy, bez konieczności demontażu bębna w celu ich sprawdzenia i wyczyszczenia w przypadku maceracji nieodpowiednich materiałów (np. ścierki wielorazowe, lignina itp.)?

**Ad.10 Zgodnie z SWZ.**

**11.**

**Macerator**

Czy Zamawiający wymaga, aby moc silnika była nie większa niż 0,4 kW? Taki silnik jest typowy dla maceratorów nowej generacji, zapewnia mały pobór prądu przy zachowaniu najwyższej efektywności maceracji.

**Ad.11 Zgodnie z SWZ.**

**12.**

**Macerator**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało zbiornik wodny fabrycznie zabudowany w urządzeniu (z każdej strony obudowany stalą nierdzewną) odporny na uszkodzenia mechaniczne? Zbiornik wodny z tworzywa sztucznego jako zewnętrzny element doczepiony do obudowy może łatwo ulec uszkodzeniu i rozszczelnieniu.

**Ad.12 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**13.**

**Macerator**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nie jest wyrobem medycznym, posiadające deklarację zgodności CE? Urządzenia typu macerator nie są wyrobami medycznymi i nie posiadają wpisu do rejestru wyrobów medycznych.

**Ad.13 Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**14.**

**Myjnia dezynfektor (3szt.), pkt. 12, 15, 16, 17**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach szer. 600mm x gł. 650mm x wys. 940mm (1434mm przy otwartej pokrywie) nieznacznie różniących się od wymaganych, posiadające solidną konstrukcję - w całości wykonane ze stali nierdzewnej bez elementów z tworzywa sztucznego antybakteryjnego? Zgodnie z pozyskaną wiedzą myjnia dezynfektor o takich wymiarach jest możliwa do zainstalowania w każdym z brudowników.

**Ad.14 Zamawiający dopuszcza zgodnie z powyższym zapisem.**

15.

**Myjnia dezynfektor (3szt.), pkt. 13, 25**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie zapewniające dezynfekcję termiczną bądź chemiczno-termiczną, w którym po fazie mycia i dezynfekcji następuje chłodzenie komory zimną wodą oraz automatycznie otwarcie pokrywy przyspieszające wysychanie naczyń? Schładzanie zimną wodą po procesie dezynfekcji przyspiesza wysychanie naczyń i jest parametrem równoważnym do płukania ciepłą wodą, która nie odgrywa już żadnej roli w procesie dezynfekcji.

**Ad.15 Zamawiający dopuszcza zgodnie z powyższym zapisem.**

16.

**Myjnia dezynfektor (3szt.), pkt. 14**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w 12 dysz natryskowych (w tym 4 obrotowe) umieszczone wewnątrz komory, gwarantujące wysoką jakość mycia?

**Ad.16 Zamawiający dopuszcza zgodnie z powyższym zapisem.**

17.

**Myjnia dezynfektor (3szt.), pkt. 19**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy całkowitej/ mocy generatora pary 3000W?

**Ad.17 Zamawiający dopuszcza zgodnie z powyższym zapisem.**

18.

**Myjnia dezynfektor (3szt.), pkt. 31**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wymagające min przepływu wody 16l/min, 1bar?

**Ad.18 Zamawiający dopuszcza zgodnie z powyższym zapisem.**

19.

**Myjnia dezynfektor (3szt.), pkt. 24**

Czy Zamawiający dopuści bardziej zaawansowane urządzenie posiadające 2 pompy dozujące, 3 programy mycia (standardowy, intensywny, sporobójczy), w którym wybór programu (uruchomianie) oraz zamykanie/otwieranie drzwi komory odbywa się za pomocą przycisków nożnych co jest równoważne z czujnikami podczerwieni? 3 programy i dwie pompy są bardzo istotne z punktu widzenia epidemiologicznego, ponieważ dają możliwość zaprogramowania specjalnego programu w sytuacjach epidemii, jak również stworzenie programu do dezynfekcji chemiczno-termicznej.

**Ad.19 Zamawiający dopuszcza zgodnie z powyższym zapisem.**

20.

**Myjnia dezynfektor (3szt.), pkt. 32, 34, 38**

Czy Zamawiający odstąpi od pkt. 32, 34, 38 wymaganych parametrów?

**Ad.20 Zamawiający nie odstąpi od w/w parametrów.**

21.

**Myjnia dezynfektor (3szt.)**

Myjnie ładowane od góry oprócz dezynfekcji pełnią również funkcję zlewu. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga aby myjnia posiadała dedykowaną wbudowaną dyszę umożliwiającą opłukanie komory po wylaniu do niej nieczystości np. z wiadra, miski, butli itp. bez konieczności uruchamiania cyklu. Jest to bardzo ważna funkcja, gdyż nieczystości nie zalegają w urządzeniu.

**Ad.21 Zamawiający nie wymaga powyższej funkcjonalności.**

22.

**Myjnia dezynfektor (3szt.)**

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie wyposażone było w obrotowy kosz umożliwiające automatyczne opróżnianie basenu o 180°? Jest to parametr gwarantujący wysoką jakość higieny oraz wygodę użytkownika.

**Ad.22 Zamawiający nie wymaga powyższej funkcjonalności.**

23.

**Myjnia dezynfektor (3szt.)**

Czy Zamawiający wymaga aby komora myjki była jednoczęściowa, wykonana jako głęboko tłoczony monolit, bez spawów, w których mogłyby się gromadzić biofilmy i zanieczyszczenia. Rodzaj materiału z jakim myjka ma kontakt na co dzień (wydaliny ludzkie i drobnoustroje) po procesie nie może pozostawiać po sobie śladu (przede wszystkim w formie biofilmów) i jest to niezwykle istotne ze względów epidemiologicznych.

**Ad.23 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

24.

**Myjnia dezynfektor (3szt.)**

Czy Zamawiający wymaga aby załadunek basenów był przeprowadzany w sposób bezpieczny, tzn. trzymając go wyłącznie za rączkę, bez potrzeby ręcznego wylewania wydaliny ludzkiej obracania i manipulacji, z automatycznym opróżnianiem w momencie zamykania lub po zamknięciu drzwi komory jak wymaga tego norma EN 15883? Baseny są naczyniami najbardziej krytycznymi jeśli chodzi o przenoszenie zakażeń i ważne jest aby personel miał z nimi jak najmniejszy kontakt mając na uwadze bezpieczeństwo personelu przed kontaminacją, jak również bezpieczeństwo epidemiologiczne. Jest to jeden z najważniejszych aspektów dla zachowania bezpieczeństwa procesu.

**Ad.24 Zamawiający nie wymaga powyższej funkcjonalności.**

25.

**Myjnia dezynfektor (3szt.)**

Czy Zamawiający wymaga, aby myjnia miała możliwość rozbudowy o dodatkowe kosze oryginalne wykonane przez producenta do mycia i dezynfekcji innych naczyń takich jak: nocniki, miski, nerkówki, wiadra 20l, pojemniki na dobową zbiórkę moczu, kosz na drobne elementy (np. pokrywki od kaczek) itp.?

**Ad.25 Zgodnie z zapisami SWZ.**

**26.**

**Myjnia dezynfektor (3szt.)**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie wykonane było w całości ze stali nierdzewnej (obudowa, pokrywa, komora, dysze) nie gorszej niż AISI304?

**Ad.26 Zamawiający nie wymaga spełniania powyższego parametru.**

podpis elektroniczny