



Znak sprawy: ZP/75/PN/2023

Zabrze, 23.01.2024 r.

Dyrektor

dr n. med.

Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15
41-800 Zabrze

SEKRETARIAT

fax: (32) 370 45 22

sekretariat@szpital.zabrze.pl

BIURO OBSŁUGI PACJENTA

tel.: (32) 370 45 31

tel.: (32) 370 45 07

www.szpital.zabrze.pl

**ODPOWIEDŹ nr 1
na zapytania w sprawie SWZ**

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605) w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

**„DOSTAWA ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ 3 SZT. ANALIZATORÓW
PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH”**

Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605).

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie nr 1 dot. pkt 1 parametrów wymaganych

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu oznaczenia bilirubiny co wpłynie na zmniejszenie kosztów oznaczeń?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zrezygnuje z wymogu oznaczania bilirubiny.

Pytanie nr 2 dot. pkt 2 parametrów wymaganych

Czy Zamawiający dopuści jeden zewnętrzny materiał walidacyjny w ampułce, którego zastosowanie wymagane jest tylko przy instalacji kasety, jedynie w przypadku oznaczania bilirubiny?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 3 dot. pkt 2 i pkt 5 parametrów wymaganych

Czy Zamawiający zaakceptuje analizator pracujący na bazie jednej kasety odczynnikowo-sensorowej zawierającej wszystkie elementy wymienne niezbędne do przeprowadzania badań, w którym wszystkie parametry kalibrowane są fabrycznie a po uruchomieniu procesu analitycznego przeprowadzana jest jedynie automatyczna kontrola jakości co najmniej po każdym oznaczeniu. W związku z powyższym nie ma potrzeby, aby płyny kalibracyjne znajdowały się w kasecie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 4 dot. pkt 3 parametrów wymaganych

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu wielokrotnej instalacji i deinstalacji kasety w celu usuwania niedrożności w przypadku zaoferowania analizatora wyposażonego w Inteligentny System Zarządzania Jakością, który w sposób automatyczny wyrwa niedrożności takie jak mikroskrępy oraz automatycznie je usuwa za pomocą dedykowanych działań naprawczych? Tego typu nowoczesny system analityczny pozwala na oszczędność czasu oraz nie naraża Użytkownika na biohazard w związku z kontaktem z materiałem potencjalnie zakaźnym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.



Pytanie nr 5 dot. pkt 13 parametrów wymaganych

Czy Zamawiający dopuści analizator, który wykonuje pełen panel oznaczeń z objętości 150 mikrolitrów, jednocześnie wyposażony jest w opcję mikropróbki 65 mikrolitrów, z której analizator wykonuje następujące oznaczenia: pH, pCO₂, pO₂, Hct, Na⁺, K⁺, Ca⁺⁺, Cl⁻, glukoza, mleczany?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 6 dot. pkt 16 parametrów wymaganych

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu „bezpłatnych przeglądów/badań technicznych przedmiotu umowy co najmniej 1x w roku i dodatkowo na każde wezwanie Dzierżawcy ”w przypadku, gdy producent analizatora nie wymaga przeprowadzania przeglądów okresowych (stanowisko producenta potwierdzone w stosownym oświadczeniu, które może być dołączone do oferty)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe w przypadku gdy producent analizatora nie wymaga przeprowadzenia przeglądów okresowych. W takiej sytuacji Zamawiający oczekuje przedłożenia oświadczenia producenta.

Pytanie nr 7 dot. Załącznika 1a - odczynniki

Czy Zamawiający wymaga w formularzu cenowym ujęcia odpowiednich kapilar do materiału badanego i w jakiej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 8 dot. Paragraf 4 pkt.9 Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczany przedmiot umowy posiadał min. 4 miesięczny termin ważności?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Zamawiający
z up. DYREKTORA
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Adam Strzyżewski