

SZEF ZARZĄDU
WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA
płk Sławomir SAGANA

dnia.....2.1.STY. 2025.

WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE DLA ZESTAW CHIRURGICZNY NARZĘDZIA

I. Parametry urządzenia:

1. Owinęty w podkładkę ochronną dla sterylnej powierzchni roboczej.
2. Opakowany sterylnie.
3. W zestawie instrumenty jednorazowe ze stali.
 - 1) Zastosowanie:
 - a) zaopatrywanie ran ostrych;
 - b) leczenie ran chronicznych;
 - c) usuwanie guzów skóry i tkanek miękkich;
 - d) korekta blizn.
 - 2) Skład zestawu:
 - a) 1 podkładka ochronna, 2-warstwowa, 60 x 60 cm;
 - b) 1 serweta z otworem, 2-warstwowa, samoprzylepna, 50 x 60 cm;
 - c) 1 tacka z tworzywa sztucznego, 500 ml;
 - d) 5 kompresów z włókniny, 4-warstwowe, 7,5 x 7,5 cm;
 - e) 1 nożyczki Metzenbaum, tępo-tępe, wygięte, 14,5 cm;
 - f) 1 kleszczyki Halsted-Mosquito, anatomiczne, wygięte, 13 cm;
 - g) 1 nożyczki typu Iris, ostro-ostre, proste, 11 cm;
 - h) 1 pęseta typu Adson, chirurgiczna, 12 cm;
 - i) 1 imadło Halsey, 13 cm;
 - j) 1 skalpel jednorazowy, Fig. 15.

II. Wymagania dotyczące kodyfikacji (klauzula kodyfikacyjna):

1. Przedmiot zamówienia w postaci wyrobów wyszczególnionych w umowie wraz z częściami zamiennymi, materiałami eksploatacyjnymi, konserwacyjnymi i narzędziami, podlega kodyfikacji zgodnie z zasadami Systemu Kodyfikacyjnego NATO (NCS – NATO Codification System).
2. Wykonawca - na wniosek Zamawiającego - zobowiązany jest do:
 - 1) Wykonania identyfikacji wstępnej oraz udostępnienia aktualnych danych technicznych wyrobów wyszczególnionych w pkt. 1, wykorzystując aktualne dane własne lub pozyskane od podwykonawców i poddostawców.
 - 2) Sporządzenia w umowie wykazu wszystkich wyrobów będących przedmiotem zamówienia z uwzględnieniem: Numeru Referencyjnego - RN (oznaczenia wyrobu pod jakim jest on rozpoznawany przez Wykonawcę - producenta,

dostawcę, podwykonawcę); Numeru Magazynowego NATO - NSN (jeżeli został już przydzielony); Kodu Podmiotu Gospodarki Narodowej - NCAGE (jeżeli został przydzielony) lub - gdy brak NCAGE - danych teleadresowych odpowiednio: producenta lub dostawcy, podwykonawcy.

- 3) Przekazania danych, o których mowa w ppkt. 2.1. i 2.2. w terminie do 30 dni od momentu otrzymania wniosku, w uzgodnionej formie i bez dodatkowych opłat.

Odbiorcą danych określonych w ppkt. 2.1. i 2.2. w imieniu Zamawiającego, będzie polskie biuro kodyfikacyjne (NCB of Poland – POL NCB) – Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, ul. Nowowiejska 28a, 00-909 Warszawa, tel. 261 845 700; fax. 261 845 891. W przypadku, gdy wyroby wyszczególnione w pkt. 1 są dostarczane przez dostawców zagranicznych, odbiorcą danych będzie biuro kodyfikacyjne kraju producenta/dostawcy tych wyrobów.

III. Propozycja zapisów w SIWZ, które nie dotyczą WET:

1. Przedmiot zamówienia posiada zdolność do pracy w różnych warunkach klimatycznych (w skrajnych warunkach temperaturowych).
2. Serwis gwarancyjny: na terenie Polski (wymagane załączenie autoryzacji producenta oraz wykaz punktów serwisowych).
3. Gwarancja: ma obejmować min 24 miesiące, w okresie gwarancji koszty wymaganych przeglądów serwisowych wliczone w cenę oferty.
4. Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia do momentu rozpoczęcia naprawy: max 72 h.
5. Czas wykonania diagnozy i przystąpienie do naprawy (na terenie Polski): 7 dni roboczych.
6. Usunięcie awarii (usterki): nie dłużej niż 21 dni roboczych od zdiagnozowania awarii (usterki).
7. W przypadku wydłużenia czasu naprawy powyżej 7 dni roboczych wyrób zastępczy o parametrach równoważnych z naprawianym
8. Wymiana sprzętu na nowy: na wniosek użytkownika po 3 (trzech) nieskutecznych naprawach w okresie gwarancyjnym tego samego elementu zestawu lub przy czwartej jego awarii.
9. Dostawa: do 12 tygodni.
10. Cena urządzenia musi obejmować:
 - 1) dostawę lub odbiór urządzenia zgodnie z warunkami umowy;
 - 2) uruchomienie urządzenia w obecności przedstawiciela zamawiającego;
 - 3) szkolenie personelu potwierdzone protokołem, w terminie uzgodnionym pomiędzy wykonawcą i użytkownikiem.
11. Wymagane oświadczenie, że przedmiot oferty jest fabrycznie nowy, kompletny, a jego rok produkcji nie jest starszy niż 2024 i będzie gotowy do użytkowania bez potrzeby realizacji dodatkowych zakupów.
12. Instrukcja obsługi (w j. polskim w wersji papierowej i elektronicznej), paszport techniczny, wykaz przedmiotów znajdujących się w zestawie, specyfikacja techniczna: w języku polskim, dostarczone wraz z urządzeniem.
13. Dostarczany wyrób powinien być oznakowany: zgodnie z decyzją nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 03.01.2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej – Dz. Urz. MON z 07.01.2014, poz. 11.

Akceptuję:
SZEF
ODDZIAŁU SPRZĘTU
WOJSKOWEGO I ROZWOJU

mgr pph Marek Czarński
.....


Opracował:
KOMENDANT
3 WOJSKOWEGO SZPITALA POLOWEGO
w LUBLINIE

[Handwritten signature in blue ink]
.....
plik mgr inż. Irc.