

Dziekan

Gdańsk, dnia 13.09.2024 r.

Zamawiający:
Politechnika Gdańska
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) pn. „Dostawa sprzętu laboratoryjnego do dydaktyki dla KMOE na potrzeby Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej”, nr CRZP/191/009/D/24, ZP/81/WETI/24.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, które wpłynęły w dniu 13.09.2024 r. poprzez *Platformę zakupową*:

Zwracam się z prośbą o udzielenie wyjaśnień do części 1 poz. 2 - Generator arbitralny 2 kanałowy.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wymaga dodatkowej opcjonalnej pamięci 32 Mpts/CH? W standardzie jest 16 Mpts/CH.

Odpowiedź 1:

Zamawiający wymaga standardowej pamięci 16 Mpts/CH.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wymaga pasma 70MHz czy 200MHz? W specyfikacji w jednym miejscu jest 70MHz a w innym 200MHz.

Odpowiedź 2:

Zamawiający wymaga pasma 70MHz.

Powyższe pytania i wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ oraz mają moc wiążącą dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Dziekan

prof. dr hab. inż. Jacek Stefański