



Centrum Zamówień Publicznych
Dział Zamówień Publicznych

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

zestaw nr 1

Dotyczy: postępowania nr 5B10.291.1.85.2024.ER na: dostawę wirówki z chłodzeniem dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, przesłany przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp”, udziela wyjaśnień uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	Czy Zamawiający dopuści wirówkę o wadze 43 kg?	Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym Zamawiający zmienia <u>pkt 3 Opisu przedmiotu zamówienia</u> – załącznika nr 6 do SWZ w następujący sposób: <u>było:</u> Waga maksymalna: 37 kg <u>jest:</u> Waga maksymalna: 43 kg
2	Czy nie nastąpiła pomyłka w wymaganych parametrach szybkości wirowania i siły odśrodkowej?	Zamawiający potwierdza i informuje, iż zmienia <u>pkt 5 i 6 Opisu przedmiotu zamówienia</u> – załącznika nr 6 do SWZ w następujący sposób: pkt 5: <u>było:</u> prędkość obrotowa w zakresie [obr./min]: 14 000 – 24 270 <u>jest:</u> prędkość obrotowa w zakresie [obr./min]: 14 800 – 18 000 pkt 6: <u>było:</u> względna siła odśrodkowa w zakresie [xg]: 14 800 – 18 000 <u>jest:</u> względna siła odśrodkowa w zakresie [xg]: 14 000 – 24 270

W związku z odpowiedziami na pytania Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 1 Pzp, zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).



Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 6 Pzp przedłuża termin składania ofert w następujący sposób:

- ofertę należy złożyć w terminie do dnia **12.08.2024 r.** do godz. 11:00:00,
- otwarcie ofert nastąpi w dniu **12.08.2024 r.** o godz. 11:05:00, jednak nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert wskazany w rozdz. XII pkt 4 SWZ.

Tym samym zmianie ulega również termin związania ofertą, określony w rozdz. XIV pkt 1 SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający wprowadza zmodyfikowane następujące dokumenty:

- 1) SWZ o nazwie „**SWZ z dnia 12.....07.2024 r.**”, która zastępuje dotychczasową SWZ,
- 2) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ o nazwie „**Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ z dnia 12.....07.2024 r.**”, który zastępuje dotychczasowy Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ.

Wprowadzone nowe dokumenty są obowiązujące dla prawidłowo złożonej oferty.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem


DIREKTOR
Zadań Naukowych
prof. dr hab. Wiesław Lisowski