



INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320t.j.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „**USŁUGA SERWISU TECHNICZNEGO ORAZ NAPRAW APARATÓW MEDYCZNYCH WYPRODUKOWANYCH PRZEZ FIRME DRAEGER**”

Pytanie nr 1

W formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 1.1 znalazły się kolumny zasilające Movita oraz Agila (poz. 80-83, 85-88, 90-93, oraz 95-97). Zgodnie z historią serwisową prowadzoną przez firmę Dräger Polska Sp. z o.o. urządzenia te w 2023 roku przeszły remont generalny zalecany przez producenta, zgodnie z zaleceniami producenta kolejny przegląd wymagany jest w sierpniu 2028r roku. Czy w związku z tym Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie tych pozycji z wyżej wymienionego formularza, gdyż nie ma konieczności wykonywania przeglądu tych urządzeń w trakcie trwania przedmiotowej umowy. Jednocześnie te urządzenia w ramach umowy nadal będą objęte usługą diagnostyki i napraw.

Odpowiedź: Zamawiający informuje że modyfikuje zapisy poprzez wykreślenie poz. 80-83, 85-88, 90-93, 95-97 w formularzu asortymentowo-cenowym - Załącznik nr 1.1. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

W przedmiotowym postępowaniu znajdują się aparaty Jm-105 do badania poziomu bilirubiny u noworodków. Podczas procedury przeglądowej należy wykonać kalibrację miernika by wskazania były na prawidłowym poziomie, co pozwoli na prawidłowe przeprowadzenie dalszej terapii. Czy Zamawiający będzie wymagał przeprowadzenia kalibracji podczas standardowej procedury przeglądowej, która wykonywana jest za pomocą specjalistycznej aparatury kontrolnej i oprogramowania serwisowego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy. Zamawiający wskazuje, że w Rozdziale IV SWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” określił na czym będą polegać przeglądy techniczne. Dodatkowo w Załączniku nr 9 - Opis czynności serwisowych Zamawiający określił wymagania jakie stawia przed Wykonawcą oraz co dokładnie obejmują czynności serwisowe (tj. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania oprogramowania serwisowego oraz aktualnych kluczy/kodów serwisowych producenta oraz wykonania regulacji i kalibracji).

Pytanie nr 3

W przedmiotowym postępowaniu znajduje się aparat do znieczulania Atlan, w którym wykonanie pełnej procedury przeglądowej zgodnie z wymaganiami producenta możliwe jest za pomocą oprogramowania serwisowego. Z poziomu oprogramowania oprócz pełnej procedury wykonywana jest kalibracja na każdym



poziomie czujników aparatu (spadku ciśnienia w układzie xGM, spadku ciśnienia w pułapce wodnej spadek ciśnienia w obwodzie zerowania xGM, kalibracja pomiaru stężenia O₂ przez xGM w 21 i 100, pomiaru stężenia gazów anestetycznych przez moduł xGM przy użyciu gazu kalibracyjnego i oprogramowania, punktu zerowego czujników ciśnienia i zaworu przełączającego), a także wiele innych. Bez przeprowadzonej kalibracji aparat nie będzie poprawnie funkcjonował. Czy Zamawiający w związku z powyższym by mieć pewność wykonania pełnej procedury przeglądowej i kalibracji aparatu będzie wymagał od Wykonawców legalnego oprogramowania serwisowego pozwalającego na przeprowadzenie przeglądu?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy. Zamawiający wskazuje, że w Rozdziale IV SWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” określił na czym będą polegać przeglądy techniczne. Dodatkowo w Załączniku nr 9 - Opis czynności serwisowych Zamawiający określił wymagania jakie stawia przed Wykonawcą oraz co dokładnie obejmują czynności serwisowe (tj. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania oprogramowania serwisowego oraz aktualnych kluczy/kodów serwisowych producenta oraz wykonania regulacji i kalibracji).*

Pytanie nr 4

W przedmiotowym postępowaniu znajdują się aparaty Primus w których podczas procedury przeglądowej należy wykonać kalibrację czujników ciśnienia, poprawności wskazań, szczelności układu miksera i zaworu zwrotnego, sprawdzenie poprawnego podawania przepływu przez zawór bezpieczeństwa. Sprawdzenie i ewentualna kalibracja możliwa jest do wykonania z poziomu oprogramowania serwisowego. Czy Zamawiający w związku z powyższym by mieć pewność wykonania pełnej procedury przeglądowej będzie wymagał od Wykonawców legalnego oprogramowania serwisowego pozwalającego na przeprowadzenie kalibracji?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy. Zamawiający wskazuje, że w Rozdziale IV SWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” określił na czym będą polegać przeglądy techniczne. Dodatkowo w Załączniku nr 9 - Opis czynności serwisowych Zamawiający określił wymagania jakie stawia przed Wykonawcą oraz co dokładnie obejmują czynności serwisowe (tj. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania oprogramowania serwisowego oraz aktualnych kluczy/kodów serwisowych producenta oraz wykonania regulacji i kalibracji).*

Pytanie nr 5

W przedmiotowym postępowaniu znajduje się aparat do znieczulania Perseus, w którym podczas procedury przeglądowej należy wykonać sprawdzenie Napięcia modułu M7.3, Wewnętrznej temperatury modułu M7.3, Statusu baterii i pojemności baterii, Wartości kalibracyjnych: PTank, PDMGS, PDMixLow, PSys, RMGS, TurboVent2, Exp pressure sensor, Bag pressure sensor, Ciśnienia różnicowego Ptank. Sprawdzenie i ewentualna kalibracja możliwa jest do wykonania z poziomu oprogramowania serwisowego. Czy Zamawiający w związku z powyższym by mieć pewność wykonania pełnej procedury przeglądowej będzie wymagał od Wykonawców legalnego oprogramowania serwisowego pozwalającego na przeprowadzenie kalibracji?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy. Zamawiający wskazuje, że w Rozdziale IV SWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” określił na czym będą polegać przeglądy techniczne. Dodatkowo w Załączniku nr 9 - Opis czynności serwisowych Zamawiający określił wymagania jakie stawia przed Wykonawcą oraz co dokładnie obejmują czynności serwisowe (tj. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania oprogramowania serwisowego oraz aktualnych kluczy/kodów serwisowych producenta oraz wykonania regulacji i kalibracji).*



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

Pytanie nr 6

W przedmiotowym postępowaniu znajduje się inkubator Babyleo, w którym podczas procedury przeglądowej należy skalibrować: czujniki tlenu, wagę, systemu przyzywania personelu, skontrolować ilość obrotów wentylatora, prąd pomiarowy czujników O2. Kalibracja możliwa jest do wykonania z poziomu oprogramowania serwisowego. Czy Zamawiający w związku z powyższym by mieć pewność wykonania pełnej procedury przeglądowej będzie wymagał od Wykonawców legalnego oprogramowania serwisowego pozwalającego na przeprowadzenie kalibracji?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy. Zamawiający wskazuje, że w Rozdziale IV SWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” określił na czym będą polegać przeglądy techniczne. Dodatkowo w Załączniku nr 9 - Opis czynności serwisowych Zamawiający określił wymagania jakie stawia przed Wykonawcą oraz co dokładnie obejmują czynności serwisowe (tj. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania oprogramowania serwisowego oraz aktualnych kluczy/kodów serwisowych producenta oraz wykonania regulacji i kalibracji).*

Pytanie nr 7

Czy przez warunek udziału w postępowaniu „Usługa serwisowa oraz naprawy mogą być wykonywana wyłącznie przez osoby posiadające kwalifikacje oraz uprawnienia do serwisowania sprzętu medycznego firmy Draeger.” Zamawiający rozumie to, że osoby te muszą posiadać ważny certyfikaty szkoleń na dany rodzaj aparatów wystawiony przez producenta lub jego autoryzowany podmiot. Tylko serwisanci posiadający certyfikat na dany rodzaj aparatów są w stanie wykonać poprawnie pełną procedurę przeglądową zgodnie z wszystkimi wytycznymi i zmianami w procedurach jakie miały miejsce na przestrzeni lat a były zmieniane przez producenta. Spełnienie wszystkich powyższych punktów warunkuje poprawność wykonania procedury producenta na aparatach ratujących życie a znajdujących się w powyższym postępowaniu. Czy Zamawiający będzie wymagał przedstawienia imiennych certyfikatów wystawionych na wszystkie urządzenia będące przedmiotem tego postępowania?

Odpowiedź: *Zamawiający potwierdza powyższe. Zamawiający wyjaśnia, że wymaga wypełnienia przez Wykonawcę Załącznika nr 7 do SWZ – Wykaz osób. W tym dokumencie Zamawiający wskazuje, że dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe Osób będą do okazania na wezwanie Zamawiającego.*

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. M. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław
Infolinia 45 95 95 454
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl
NIP 8951645574, REGON 000977893
www.wssk.wroc.pl

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

mgr inż. Dariusz Banaszak



DOLNY
ŚLĄSK