

Lubań, dnia 19 czerwca 2024 r.

Wszyscy Wykonawcy

PYTANIA I WYJAŚNIENIA Nr 2

do treści SWZ na „Zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych (odczynników) oraz dzierżawą analizatorów hematologicznych dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.”, nr postępowania ZP/08/2024

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1: dotyczy pkt 9 Załącznika nr 5b do SWZ (Pakiet nr 2)

Czy podana Maksymalna objętość aspirowanej krwi nie większa niż 30 ul dotyczy objętości pobieranej z podajnika z systemu zamkniętego? Jeżeli tak, to czy Zamawiający dopuści analizator pobierający w trybie podajnikowym objętość krwi 80 mikro litrów?

Odpowiedź: Podana maksymalna objętość aspirowanej krwi nie większa niż 30 ul nie dotyczy objętości pobieranej z podajnika z systemu zamkniętego.

Pytanie 2: dotyczy pkt 12 Załącznika nr 5b do SWZ (Pakiet nr 2)

Czy Zamawiający dopuści analizator z podajnikiem na minimum 50 próbek?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3: dotyczy pkt 26 Załącznika nr 5b do SWZ (Pakiet nr 2)

Czy Zamawiający dopuści analizator bez wbudowanej instrukcji obsługi w języku polskim z możliwością automatycznego przekierowania i wyświetlania działań naprawczych, za to z dostarczoną instrukcją w języku polskim w formie elektronicznej oraz papierowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PREZES ZARZĄDU

KRZYSZTOF KONOPKA