



Toruń, 23.05.2024 r.

KPIM/271/2024

DZP.38.1.2023.MS

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa budynków nr B4A, B4, budynków technicznych wraz z zagospodarowaniem terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I FAZA 2 inwestycji.” Znak postępowania: ZP/01/23

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (10)

176. Ad. 13 Czy Zamawiający dopuści kamerę z wyjściem HD-SDI, 3G-SDI (cyfrowe)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

177. Ad. 14 Czy Zamawiający dopuści kamerę z przewodową transmisją obrazu? Tego rodzaju rozwiązanie eliminuje zakłócenia w przesyłaniu sygnału wizyjnego oraz zmniejsza ryzyko powstania zakłóceń działania innych urządzeń w sali operacyjnej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Dyrektor ds. inwestycyjnych

Mariusz Sowiński
Mariusz Sowiński