
znak: D25C/251/N/20-40rj/19

Wejherowo, dnia 26.08.2019 r.

D.25C/250/589/2019

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177) Prawo Zamówień Publicznych oraz rozdz. XI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH RÓŻNEGO RODZAJU DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE**, znak: **D25C/251/N/20-40rj/19**, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. zadania nr 3

Zgodnie z najlepszą wiedzą oferującego, i producenta respiratorów Oxylog2000+/3000+, obecnie na Polskim rynku nie ma rur do tego rodzaju sprzętu o długości 2 m spełniających wymogi zamawiającego.

Czy w związku z powyższym zamawiający dopuści układ do respiratora długości 1,5 i 3 m produkowane przez producenta respiratorów Oxylog 2000+/3000+

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SIWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SIWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

**KOORDYNATOR
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**


mgr Monika Klause