

Warszawa, dnia 25.04.2025 r.

STRONA INTERNETOWA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Modernizacja aparatu typ Optima Millenium, polegająca na montażu i integracji systemu cyfrowego DR**” (nr postępowania 01/2025).

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej *ustawą*, przekazuje treść pytania Wykonawcy (pisownia oryginalna) oraz wyjaśnienia Zamawiającego, stanowiące integralną część SWZ.

Pytanie:

„Dot. załącznika nr 5 do OPZ

Pytanie 1. Pkt. Konsola technika, ppkt. 9, 18-22

Zamawiający wymaga by oferowane urządzenia diagnostyczne (w tym konsola technika) zapewniały integrację systemową z wykorzystaniem protokołów DICOM/WL do posiadanego przez placówkę systemu PACS/RIS/HIS. W związku z powyższym prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktywne licencje DICOM/WL dla w/w systemów medycznych (prosimy również o podanie ich producenta) oraz czy koszty usług związanych z rekonfiguracją oferowanych nowych urządzeń w systemach PACS/RIS/HIS (po stronie ich producenta) ponosić będzie Wykonawca czy Zamawiający?”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że posiada aktywne licencje DICOM/WL do w/w systemów medycznych, producent Synektik, Kamsoft.

Dodatkowo, Zamawiający wymaga dostarczenia detektora wraz z dodatkową licencją zgodnie z treścią pkt.1 Załącznika nr 5 - Opis Przedmiotu Zamówienia.

Wszelkie koszty usług związanych z rekonfiguracją oferowanych urządzeń w systemach PACS/RIS/HIS ponosić będzie Wykonawca.

Dyrektor**Tomasz ŁAPTOSZ**