

## PAKIET 4

LP.	WYMAGANE PARAMETRY
<b>I</b>	<b>Analizator gazów oddechowych – 1 szt.</b>
1.	Monitorowanie stężenia wodoru H <sub>2</sub> i metanu CH <sub>4</sub> w wydychanym powietrzu
2.	Pomiar w czasie rzeczywistym z próbki oddechowej pacjenta
3.	Zakres pomiarowy: a) dla H <sub>2</sub> co najmniej 2-150 ppm b) dla CH <sub>4</sub> co najmniej 2-75 ppm
4.	Czułość pomiaru H <sub>2</sub> /CH <sub>4</sub> nie gorsza niż 1 ppm
5.	Dokładność pomiaru H <sub>2</sub> /CH <sub>4</sub> nie gorsza niż ±10% odczytu
6.	Czujnik O <sub>2</sub> lub CO <sub>2</sub> służący do korygowania pomiaru H <sub>2</sub> /CH <sub>4</sub> i oceny jakości diagnostycznej próbki oddechowej
7.	Minimalna objętość próbki niezbędna do przeprowadzenia analizy nie większa niż 20 ml
8.	Czas pomiaru nie dłuższy niż 1 minuta
9.	Wyświetlacz umożliwiający odczyt stężeń H <sub>2</sub> i CH <sub>4</sub>
10.	Kontrola przepływu
11.	Możliwość analizy próbek pediatrycznych
12.	Zestaw do kalibracji analizatora
13.	Zestaw startowy umożliwiający przeprowadzenie co najmniej 50 analiz
14.	Zasilanie sieciowe 230 V/50 Hz
15.	Okres gwarancji min. 12 mies. od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego

**PAKIET**

LP	PARAMETRY OCENIANE	<u>WYMAGANA ODPOWIEDŹ</u>	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OCENIANYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA	PUNKT -ACJA
<b>I.</b>	<b>Analizator gazów oddechowych – 1 szt.</b>			
1.	Metoda pomiaru stężeń – chromatografia gazowa	TAK/NIE		TAK – 25 pkt NIE – 0 pkt
2.	Możliwość analizy próbek oddanych przez pacjentów do worków oddechowych, umożliwiających przechowywanie próbek przez co najmniej 2 tygodnie	TAK/NIE		TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt

Zapisy do umowy:

1. Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta
2. Gwarancja min. 12 mies.

Punktacja dla gwarancji:

12-23 mies. -> 0 pkt

od 24 mies. -> 10 pkt