

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu: Inwestycja: A2.4.1 Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Przedsięwzięcie: Centrum Kompetencji Mikroelektronika i Fotonika, Nr umowy KPOD.01.18-IW.03-0011/23



F2/45/2025/ZP

Warszawa, dnia 16.04.2025 r.

**Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę dyfraktometru.**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 i art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przekazuje teść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1.

Czy dopuszczają Państwo dostawę dyfraktometru w geometrii θ -2 θ ?

W proponowanym przez nas rozwiązaniu dla kąta $\theta=0$ stopni stolik na próbkę zaczyna pochylony w lewo o -30 stopni a kończy pochylony o 30 stopni w prawo.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w Załączniku nr 1 do SWZ w pkt 10.3, który otrzymuje brzmienie:

„Geometria θ - θ (albo θ -2 θ , pod warunkiem zagwarantowania przez Wykonawcę, że próbka proszkowa umieszczona na stoliku nie będzie ulegała obsypywaniu w trakcie pomiaru w pełnym zakresie kątowym)”

Uwaga!

- Zmiany zostały wprowadzone w dostępnych załącznikach w formacie Word jako - Aktualne załączniki
- Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert.
- Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Strona 1 z 1