



# SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PILE

im. Stanisława Staszica  
64-920 Pila, ul. Rydygiera 1



Sekretariat 67 210 62 05  
Centrala 67 210 66 66  
Fax 67 212 40 85  
e-mail: kancelaria@szpital.pila.pl  
www.szpitalpila.pl

Piła, dn. 18.07.2023 roku

FZP.III-241/42/23

## Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**ODCZYNNIKI LABORATORYJNE WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU**”

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

### Pytanie nr 1.

Dotyczy Zadania nr 3

Czy Zamawiający wymaga oznaczania pasm oligoklonalnych metodą isofocusing bez immunoblottingu?

**Odpowiedź: Tak**

### Pytanie nr 2.

Zadanie nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach dzierżawy skanera płaskiego CANON Lide200, kotłowski laboratoryjnej BIOSAN MR-1, kamery do zdjęć preparatów mikroskopowych wraz z oprogramowaniem Lumenera Lu375C oraz zestawu komputerowego z drukarką nie będących wyrobami medycznymi zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022r. poz. 974 ze zmianami), które są dopuszczone do obrotu i używania na podstawie innych przepisów i norm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

### Pytanie nr 3.

Zadanie nr 1: W związku z niezgodnością pomiędzy wymaganiem zaoferowania testów diagnostycznych w dwóch różnych formatach w proporcji 60% i 40% (zał. 2 do SWZ, zestawienie parametrów granicznych poz. 7) a równocześnie podaną liczbą wymaganych do wykonania oznaczeń tj. 400 i 300 (zał. 2 do SWZ - pozycja 5 i 6 tabeli do kalkulacji oferty), zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, które dane są właściwe i należy użyć ich w celu dokonania poprawnej kalkulacji? Przy założonej proporcji 60% i 40% poprawna liczba oznaczeń to 420 oraz 280 oznaczeń, zaś jeśli poprawna jest podana liczba oznaczeń (400 i 300), wówczas właściwa proporcja to 57% i 43%.

**Odpowiedź: Poprawna proporcja to 60% i 40% - liczba oznaczeń: 420 oraz 280. W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ w zadaniu nr 1 poz. 5 i 6. Wykonawca w związku z powyższym jest zobowiązany do przedłożenia wraz z ofertą poprawiony formularz.**

### Pytanie nr 4.

Zadanie nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu w poz. 8 o następującym składzie antygenowym: nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, nukleosomy, histony, rybosomalne białko P, AMA-M2, DFS70?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

### Pytanie nr 5.

Zadanie nr 1: Odnosząc się do wymogu zagwarantowania uczestnictwa w międzynarodowej kontroli jakości czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kontrola ta odbyła się jednorazowo w trakcie trwania umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

#### Pytanie nr 6.

Zadanie nr 1: Zwracamy się z prośbą o informację czy ilości oznaczeń dla testów IIF (poz. 5, 6, 7, 17) uwzględniają konieczność rozcieńczenia próbek, niezbędnych do oznaczenia miana przeciwciał? Jeśli nie, zwracamy się z prośbą o przedstawienie sumarycznych ilości oznaczeń dla poszczególnych pozycji, które uwzględniają wymaganą przez Zamawiającego ilość rozcieńczeń.

**Odpowiedź: Tak**

#### Pytanie nr 7.

Zadanie nr 1: Czy Zamawiający w poz. 17 wymaga zaoferowania testu NMOSD Screen IIF - szkiełka mikroskopowe, z komórkami transfekowanymi oraz kontrolą transfekcji jako substrat, przeznaczone dla 5 pacjentów?

**Odpowiedź: Tak**

#### Pytanie nr 8.

Zadanie nr 1: W związku z brakiem dostępności na rynku programu kontroli jakości oznaczającej wszystkie przeciwciała przeciwko autoimmunologicznym chorobom przewodu pokarmowego w klasie IgA i IgG wskazanych w pozycji 19 i 20, czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kontrola obejmowała wyłącznie przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej i gliadynie (IgA, IgG)?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

#### Pytanie nr 9.

Zadanie nr 1: Czy Zamawiający nie dokonał omyłki pisarskiej w punkcie 8 Rozdziału II SWZ (Przedmiotowe środki dowodowe) wymagając dla zadania nr 1 przedstawienia wraz z ofertą opisu techniczno-eksploatacyjnego aparatu świadczącego o spełnieniu warunków granicznych dotyczących analizatora? Zadanie nr 1 nie obejmuje swoim zakresem dostawy analizatora, tylko dzierżawę sprzętu tj. zestawu komputerowego z drukarką, skanera, kołyski laboratoryjnej, mikroskopu fluorescencyjnego oraz kamery do zdjęć.

**Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli – zestaw komputerowy z drukarką, skaner, kołyską laboratoryjną, mikroskop fluorescencyjny oraz kamerą do zdjęć**

#### Pytanie nr 10.

Zadanie nr 1: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dokładne wyszczególnienie, jakiego asortymentu dotyczy wymóg określony w załączniku nr 2 do SWZ tj. „Wszelkie niezbędne materiały biurowe – bezpłatne”.

**Odpowiedź: Zielone kartki, folie - niezbędne do wykonywania badań**

#### Pytanie nr 11.

Dotyczy zadania 2 pozycja 2:

Czy zamawiający dopuści probówki z kapilarą(end-to-end) na 200-500ul krwi, do pobierania krwi włośniczkowej z aktywatorem krzepnięcia, korek biały (mikrometoda) ) i okrągłodenna probówka wewnętrzna?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### Pytanie nr 12.

Dotyczy zadania 2 pozycja 3:

Czy zamawiający dopuści probówki z kapilarą(end-to-end) na 200-500ul krwi, do pobierania krwi włośniczkowej z heparyną litową korek pomarańczowy (mikrometoda) i okrągłodenna probówka wewnętrzna?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### Pytanie nr 13.

Dotyczy zapisów w SWZ część II punkt 4 Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin realizacji zamówienia to 24 miesiące od daty podpisania umowy ,a w Załączniku 2 do SWZ pakiet 2 widnieje zapis : „Dostawy sprzętu jednorazowego użytku - probówki z kapilarą (end-to-end) do pobierania krwi włośniczkowej, na okres 12 miesięcy” Czy Zamawiający może sprecyzować termin realizacji zamówienia ?

**Odpowiedź: Zamawiający już wcześniej sprostował SWZ – termin realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.**

#### **Pytanie nr 14.**

Dotyczy projektu umowy § 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto?

Uzasadnienie: VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**