



Łukasiewicz

PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

SPZP.271.42.2025
I.dz. PORT/KW/2025/05/00048

Wrocław, dn. 8 maja 2025 r.

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: „Dostawa aparatury do charakteryzacji powierzchni właściwej materiałów porowatych i izotermii adsorpcji gazu metodą adsorpcji gazowej wraz z oprogramowaniem”

Pytania i Odpowiedzi, Zmiana SWZ

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania zostało złożone pytanie.

W związku z tym zgodnie z art. 135 i 137 ustawy PZP (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniem dokonuje odpowiednich zmian w SWZ i załącznikach, zgodnie z pismem.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowania aparatury posiadającego 36 miesięcy bezwarunkowej gwarancji producenta w zamian za rezygnację z wymaganych 2 pełnych przeglądów technicznych dostarczonego sprzętu?

Pragniemy podkreślić, że odbiór i weryfikacja dokładności pomiarowej aparatury dokonywany jest w oparciu przeprowadzenie ostatecznego testu pomiarowego powierzchni BET na materiale wzorcowym z certyfikatem producenta. Materiał ten, wielokrotnego użytku jest także dostarczany Zamawiającemu wraz z aparaturą i może służyć do weryfikacji poprawności działania i wskazań aparatury. W przypadku, gdyby zaszły istotne odchylenia w dokładności pomiarów urządzenia w oparciu o materiał wzorcowy, uprawnia to Zamawiającego do wysłania zgłoszenia serwisowego w celu ustalenia kondycji urządzenia lub kłopotów z jego funkcjonowaniem. W takim przypadku Dostawca jest zobowiązany do reakcji serwisowej i wizyty na miejscu w laboratorium użytkownika w celu ustalenia problem i ew. wyeliminowania przyczyny odpowiedzialnej za niewłaściwe wskazania aparatu na próbce wzorcowej, włącznie z ew. diagnostyką i jeśli trzeba wymianą odpowiedniego elementu aparatu. Tego typu czynności wchodzi w zakres 36 miesięcznej gwarancji, której udziela producent, jako iż przewidział wydłużony okres bezwarunkowej gwarancji do 36 miesięcy dla tego typu urządzenia.

Dodatkowo gwarancja obejmuje cały system łącznie z układem odgazowania i system próżniowym co powinno być ewidentną korzyścią dla Zamawiającego przewyższającą samą wartość egzekwowania od Oferenta 2 przeglądów technicznych, za cenę wydłużenia pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia o kolejny rok.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy zał. 2 do SWZ - OPZ zgodnie z załącznikiem oraz zał. nr 3 do SWZ – wzoru umowy, zgodnie z załącznikiem.

Działając w oparciu o art. 137 ust. 1 ustawy PZP (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

- 1) W ust.14 SWZ zmienia się postanowienie:

Strona 1 z 2



Łukasiewicz

PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

„14.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni, tj. do dnia 23.08.2025. r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

na postanowienie w brzmieniu:

„14.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni, tj. do dnia 24.08.2025. r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

2) W ust. 15.1 i 15.2 SWZ zmienia się postanowienie

„15.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie : pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/port> tj. na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 26.05.2025 r. do godz. 11:00.

15.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.05.2025 r. o godz. 11:30.”

na postanowienie w brzmieniu:

„15.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie : pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/port> tj. na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 27.05.2025 r. do godz. 11:00.

15.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.05.2025 r. o godz. 11:30.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu:

- 1) Zmieniony zał. Nr 2 do SWZ – OPZ
- 2) Zmieniony zał. Nr 3 do SWZ – wzór umowy
- 3) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Kontakt:

Joanna Oczkowicz / Dział Zakupów
joanna.oczkowicz@port.lukasiewicz.gov.pl
tel. +48 71 734 74 39

Strona 2 z 2

