

COZL/DZP/JW/3411/PN-119/19

Dotyczy: „Dostawa systemów implantów wraz z cementem bioprzebudowalnym”

I. Działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1: (Dot. części 1)

Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do stabilizacji o wymienionych niżej parametrach?:

- Śruby o trzonie pięciokątnym i podwójnie prowadzonym gwintem na całej długości, tulipanowe kaniulowane sztywne oraz ruchome, kaniulowane oraz augmentacyjne. Śruby kodowane kolorami w celu prawidłowej identyfikacji rozmiaru.
- śruby samotnące i samogwintujące z atraumatycznym zakończeniem.
- śruby sztywne pełne oraz kaniulowane o średnicy od 4,5mm do 10,5mm ze skokiem co 1mm dostępne w długościach od 25 do 80mm.
- śruby ruchome pełne oraz kaniulowane o średnicy od 4,5mm do 10,5mm ze skokiem co 1mm dostępne w długościach od 25mm do 110mm.
- śruby sztywne i ruchome augmentacyjne o średnicy od 4,5mm do 10,5mm ze skokiem co 1mm dostępne w długościach od 25 do 80mm.
- pręty proste o średnicy 5mm dostępne w 24 różnych długościach od 30 do 500mm.
- pręty wstępnie dogięte o średnicy 5,5mm dostępne w 16 długościach od 35 do 150mm.
- jeden uniwersalny, wewnętrzny element blokujący.
- dostępne poprzeczki: sztywne oraz ruchome
- dostępne łączniki: osiowy, zamknięty typu domino, zamknięto otwarty typu domino, offsetowe zamknięte oraz offsetowe otwarte?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2:

Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania cementu o wymienionych niżej parametrach?: Sterylny jednorazowy zamknięty system zawierający żywicę akrylową na bazie PMMA o wysokiej lepkości. O jednoczesnym braku możliwości skażenia mikrobiologicznego i eliminujący błędy przy mieszaniu. Płyn sterylizowany drogą filtracji, reszta tlenkiem etylenu. Objętość produktu po zmieszaniu wystarczająca do zaopatrzenia maksymalnie czterech kręgów. Czas przygotowania cementu 1 minuta. Gotowość do podania cementu - natychmiast po przygotowaniu (bez jakiegokolwiek czasu oczekiwania). Czas pracy z cementem, przy zachowaniu sugerowanej temperatury przechowywania - do 14 minut. Zawartość substancji kontrastującej (siarczanu baru) w proszku wynosi 30% wagi. Jednorazowy sterylny zestaw zamknięty zawiera proszek (18g: polimetakrylan metylu, siarczan baru, nadtlenek benzoilu) oraz ampułkę z płynem (8,3g: metakrylan metylu, N-dimetylo-p-toluidyny, hydrochinon) . Dwa rodzaje igieł do podawania cementu, w czterech rozmiarach każda: ostra lub ścięta o grubości i długości odpowiednio: 9G/15cm, 11G/12cm, 13G/12cm oraz 15G/12cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

II. Działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zamawiający zmienia zapisy SIWZ.

1. Zmiana SIWZ w cz. XX:

Było:

1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego (<https://platformazakupowa.pl/pn/cozl>) należy złożyć w terminie do dnia: **30 stycznia 2020 roku do godziny 10:00**

Jest:

1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego (<https://platformazakupowa.pl/pn/cozl>) należy złożyć w terminie do dnia: **6 lutego 2020 roku do godziny 10:00**

Było:

2. OTWARCIE OFERT:

Otwarcie ofert za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego (<https://platformazakupowa.pl/pn/cozl>) nastąpi w dniu:

30 stycznia 2020 roku o godzinie 10:15

w siedzibie Zamawiającego

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli,

ul. Dr. K. Jaczewskiego 7, 20 – 090 Lublin,

Dział Zamówień Publicznych, Budynek nr 2, piętro IV, pokój 32.

Jest:

2. OTWARCIE OFERT:

Otwarcie ofert za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego (<https://platformazakupowa.pl/pn/cozl>) nastąpi w dniu:

6 lutego 2020 roku o godzinie 10:15

w siedzibie Zamawiającego

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli,

ul. Dr. K. Jaczewskiego 7, 20 – 090 Lublin,

Dział Zamówień Publicznych, Budynek nr 2, piętro IV, pokój 32.

Zmiany wchodzi w życie z dniem podpisania. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. św. Jana z Dukli
mgr Mariena Koziej

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Finansowych i Infrastruktury
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. św. Jana z Dukli
mgr Dariusz Cwiński

SPECJALISTA
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. św. Jana z Dukli

mgr Jacek Warchuliński