



Znak: AE/ZP-27-107/24

Tarnów, 2024-11-18

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 221.000 EURO) na dostawy artykułów medycznych (igły, przyrządy do przetoczeń, linie infuzyjne i cewniki dotętnicze)**

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

- Dotyczy Projektowanych postanowień umowy 23.13, 23.14, 23.15-** Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów pkt.23.13, 23.14, 23.15:  
23.13. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:  
d) 0,5% wartości wynikającej z różnicy pierwotnej wartości brutto umowy oraz zwaloryzowanego zgodnie pkt.23.32 - 23.37 SWZ wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy za każdy dzień zwłoki w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w pkt.23.32 SWZ.  
23.14. W przypadku:  
a) nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy, w którymkolwiek z terminów, o których mowa w pkt.23.1 SWZ,  
b) dostarczenia zamówionej partii towaru w trybie na „cito” niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości,  
Zamawiający może dokonać zakupu towarów od innych Wykonawców na koszt Wykonawcy związanego z Zamawiającym niniejszą umową bez konieczności uzyskania jakichkolwiek upoważnień sądowych, a złożenie zamówienia przestaje wiązać Zamawiającego - Zamawiający powiadomi Wykonawcę o anulowaniu zamówienia. Ponadto Zamawiający nie dokona odbioru wadliwego towaru, o którym mowa w pkt. b). W przypadku zakupu od innych Wykonawców Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia różnicy w cenie pomiędzy ceną wynikającą z niniejszej umowy, a ceną, jaką zapłaci Zamawiający u innego Wykonawcy powiększoną o koszty transportu naliczone przez innego Wykonawcę, a Zamawiający każdorazowo naliczy karę umowną w wysokości 150 złotych za niezrealizowane przez Wykonawcę zamówienie. W przypadku dwukrotnego dokonania przez Zamawiającego zakupu niedostarczonego towaru u innego Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.  
Łączna maksymalna wysokość kar, o których mowa pkt.22.14 SWZ nie może przekroczyć 1500 złotych.  
23.15. W przypadku odstąpienia od umowy i rozwiązania/wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
- Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.1** - Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?
- Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.1** - Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?
- Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.2** - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu do osobnej pozycji w związku z utrudnioną dostępnością u polskiego producenta.
- Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.1** - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z zaciskiem rolkowym wyposażonym w pochwętkę na igłę biorcza, która umożliwi prawidłowe zabezpieczenie kolca biorczonego po wyciągnięciu z opakowania z płynem, chroniąc personel przed ryzykiem zakłucia?
- Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.1** - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w zacisk rolkowy z uchwytem, umożliwiającym bezpieczne podwieszenie drenu, bez zamknięcia jego światła, zapobiegając kontaminacji łącznika Luer Lock przyrządu, minimalizując ryzyko wprowadzenia zakażenia u pacjenta.
- Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.1** - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwę producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu?



8. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.2 – Czy Zamawiający dopuści przyrząd z drenem o długości 135cm?

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad 1**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach SWZ.

**Ad 2**

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 1 nie wymaga ale dopuszcza również zaoferowanie przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu potwierdzającą brak zawartości ftalanów pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

**Ad 3**

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 1 nie wymaga ale dopuszcza również zaoferowanie opakowania papier – folia pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

**Ad 4**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 1 poz. 2 do osobnego pakietu.

**Ad 5**

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 1 nie wymaga ale dopuszcza również zaoferowanie przyrządu z zaciskiem rolkowym wyposażonym w pochewkę na igłę bioreczą, która umożliwia prawidłowe zabezpieczenie kolca bioreczego po wyciągnięciu z opakowania z płynem, chroniąc personel przed ryzykiem zakażenia, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

**Ad 6**

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 1 nie wymaga ale dopuszcza również zaoferowanie przyrządu wyposażonego w zacisk rolkowy z uchwytem, umożliwiającym bezpieczne podwieszenie drenu, bez zamknięcia jego światła, zapobiegając kontaminacji łącznika Luer Lock przyrządu, minimalizując ryzyko wprowadzenia zakażenia u pacjenta, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

**Ad 7**

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 1 nie wymaga ale dopuszcza również zaoferowanie przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwę producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

**Ad 8**

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 2 podtrzymuje wymagania SWZ.

Otrzymują:

Platforma Zamawiającego

a/a

Zastępca Dyrektora

*mgr Danuta Nosek*

