

Lubań, dnia 06 maja 2025 r.

Wszyscy Wykonawcy
PYTANIA I WYJAŚNIENIA Nr 3

**do treści SWZ na „Zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych (odczynników) oraz
dzierżawą analizatorów parametrów krytycznych dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne
w Lubaniu sp. z o.o.”, nr postępowania ZP/05/2025**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1

Czy w opisie przedmiotu zamówienia/analizatora część 2, w pytaniu 6. zamawiający dopuści następujące kasety: kaseata odczynnikowa ważność 28 dni, kaseata automatycznej kontroli jakości ważność 28 dni i kaseata płuczaco-zlewkowa ważność 10 dni po podłączeniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuści materiały zużywalne, objęte podatkiem VAT 23%, bez deklaracji zgodności o wyrobach medycznych?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na Pytanie 1 w PYTANIACH I WYJAŚNIENIACH Nr 2.

PREZES ZARZĄDU

ANNA PŁOTNICKA-MIELOCH