

**PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH I SPRZĘTU MEDYCZNEGO
znak sprawy WszSL/DZ-18A/19**

Nr Część	Kwota przewidziana na sfinansowanie	Kryteria oceny ofert	ITAM-SYSTEM ul. Roosevelta 118, 41-800 Zabrze
			1
1	42 000,00	Cena	41 904,00
		Parametry użytkowo-techniczne	Możliwość sterowania przebiegiem badania: wydrukiem raportów, sterowania bieżnią i/lub cykloergometrem, podglądem badania w czasie trwania badania; Zasięg transmisji sygnału EKG min. 10 m; Czas pracy modułu EKG z akumulatora min. 20 h; Masa modułu EKG max 360 g; Dopuszczalne obciążenie: pacjent o wadze do 200 kg; Funkcja 6-minutowego testu marszu – sterowanie prędkością pasa bieżni w zależności od tempa poruszania się pacjenta
		Okres gwarancji i rękojmi	24 miesiące
2	54 000,00	Cena	56 376,00
		Parametry użytkowo-techniczne	Monitorowanie częstości akcji serca w zakresie min. 20 ÷ 200 ud./min.; Zakres obrotów w zakresie min. 30 – 160 obr./min.; Wbudowany czytnik kart chipowych wykorzystywany przy inicjalizacji treningu lub odczytu danych z kart chipowych NFZ; Pulpit sterujący z wyświetlaczem graficznym LCD; Dopuszczalna obciążenie: pacjent o wadze do 150 kg
		Okres gwarancji i rękojmi	24 miesiące

Zamawiający uprzejmie przypomina, że zgodnie z Rozdziałem VII pkt 1.3. siwz oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 uPzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja Zamówień Publicznych

Marta Kropiwnicka