

Poznań, dn. 21.06.2024 r.

Oznaczenie sprawy: 35/ZP/2024

**Instytut Włókien Naturalnych
i Roślin Zielarskich
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Wojska Polskiego 71 b
60-630 Poznań**

***Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę wraz z instalacją urządzeń laboratoryjnych***

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści miernik aktywności wody z rozdzielczością pomiaru +/- 0.0001aw? Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza miernik aktywności wody, o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wymaga miernika aktywności wody wraz z niezbędnymi akcesoriami umożliwiającymi pracę urządzenia bez dodatkowych zakupów? Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wymaga urządzenia wraz z niezbędnymi akcesoriami umożliwiającymi prace urządzenia bez dodatkowych zakupów.

Wykonawca w ramach zawartej umowy, zgodnie z zapisem § 1 pkt 3 wzoru Umowy, zobowiązany jest do montażu przedmiotu umowy wraz z wykonaniem wszelkich niezbędnych przyłączy, uruchomienia i przeszkolenia pracowników Zamawiającego z jego obsługi

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wymaga komory klimatycznej wraz z niezbędnymi akcesoriami umożliwiającymi pracę urządzenia bez dodatkowych zakupów? Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wymaga urządzenia wraz z niezbędnymi akcesoriami umożliwiającymi prace urządzenia bez dodatkowych zakupów.

Wykonawca w ramach zawartej umowy, zgodnie z zapisem § 1 pkt 3 wzoru Umowy, zobowiązany jest do montażu przedmiotu umowy wraz z wykonaniem wszelkich niezbędnych przyłączy, uruchomienia i przeszkolenia pracowników Zamawiającego z jego obsługi



Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie komory o pojemności 222 l (tolerancja 8,5%).

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia, o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie komory o wewnętrznej szerokości 540mm zapewniając spełnienie wymogu minimalnych pozostałych wymiarów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia, o którym mowa w zapytaniu.

**INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH
I ROŚLIN ZIELARSKICH**
Państwowy Instytut Badawczy
dr n. med. inż. biotech. Rafał Spachacz
dyrektor Instytutu
(*)



KIEROWNIK
Działu Techniczno-Inwestycyjnego
Instytut Włókien Naturalnych
i Roślin Zielarskich - PIB

Jakub Kubiś

