



ŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACYJNO-UZDROWISKOWE
im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o.

34-700 Rabka-Zdrój, ul. Dietla 5
e-mail: sekretariat@scru.pl www: www.scru.pl
NIP: 735 28 56 672, REGON: 000297951

DFS-2-TP/8-3./2024

Rabka Zdrój, dnia 26.03.2024 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

dotyczy postępowania w trybie podstawowym na **Dostawy wyrobów medycznych dla Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowego , nr DFS-2-TP/8-2024**

W związku z prowadzoną procedurą przetargową w temacie jak wyżej w celu zachowania jej prawidłowości zgodnie z art. 135 ust. 2 w powiązaniu z art. 135 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy Państwa o wniesionym zapytaniach i udzielonych odpowiedziach:

Pytanie 1 dot. Pakietu nr 3, poz. 1

„Czy w pakiecie 3 poz. 1 Zamawiający dopuści $AQL \leq 1,5$? Pozostałe parametry zgodne ze SWZ.”

Odpowiedź 1: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

Pytanie 2 dot. Pakietu nr 9, poz. 1

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie ciśnieniomierza z zakresem pomiaru tętna : 40 - 180 uderzeń/minutę ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź 2: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 dot. Pakietu nr 3

Czy zamawiający dopuści rękawice z poziomem AQL 1,5 przy zachowanych pozostałych wymaganiach?

Odpowiedź 3: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

Pytanie 4 dot. Pakietu nr 1, poz. 38

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 1 poz. 38 i czy dopuści: Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym kartoniku, wyrób medyczny klasy I? lub Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I?

Odpowiedź 4: Zamawiający nie wydzieli osobnego pakietu. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.

Pytanie 5 dot. umowy

Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 6 dopisać na końcu ustęp 8 o treści:

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia księgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 6 ustęp 8 o treści:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za

dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 2% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności.

lub

Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

Odpowiedź 5: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy.

Pytanie 6 dot. Pakietu nr 17

Czy Zamawiający dopuści test o parametrach: dla Grypy A czułość 93,75% Swoistość 96,23% ; Grypy B czułość 94,59 % Swoistość 97,91%; RSV czułość 97,14 % Swoistość 99,26% ; SARS-CoV-2 czułość 99,07 % Swoistość 99,61 %.

Odpowiedź 6: Zgodnie wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

Pytanie 7 dot. Pakietu nr 17

Czy Zamawiający dopuści test w którym materiał badany nanoszony jest do "trzech okienek", a pole testowe dla każdego z czterech patogenów opisane jest na kasetce w celu łatwego odróżnienia i sprecyzowania danego wirusa?

Odpowiedź 7: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8 dot. Pakietu nr 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów o specyficzności wynoszącej 97,26% dla grypy A, 97,84% dla grypy B, 97,87% dla RSV? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź 8: Zgodnie wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

Pytanie 9 dot. Pakietu nr 17 – Testy COMBO

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kasetek testowych o zawartości "trzech okienek" dla każdego patogenu w celu łatwego odróżnienia i sprecyzowania danego wirusa?
Uzasadnienie: Jedno z okienek oferowanego testu zawiera 2 linie testowe (dla grypy typu A i dla grypy typu B).

Odpowiedź 9: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10 dot. Pakietu nr 17 – Testy COMBO

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów o swoistości dla RSV 96.2% ustalonej względem metody RT-PCR?

Uzasadnienie: Oferowane testy spełniają resztę wymagań dotyczących czułości i specyficzności.

Odpowiedź 10: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11 dot. Pakietu nr 1, poz. 45

Czy Zamawiający dopuści przylepiec w rozmiarze 3x6mmx75mm?

Odpowiedź 11: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12 dot. Pakietu nr 1, poz. 50

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie gazy o powierzchni 1m²?

Odpowiedź 12: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13 dot. Pakietu nr 1, poz. 52

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu dwuwarstwowego – białego 2 x celuloza – 2 x 17g/m², łącznie 34g/m², perforacja co 37,5cm?

Odpowiedź 13: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14 dot. Pakietu nr 1, poz. 70

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o składzie: prześcieradło: 150 cm x 210 cm , poszwę na kołdrę 160 cm x 210 cm (zakładka 15cm), poszewkę na poduszkę: 70 cm x 80 cm (zakładka 10cm)?

Odpowiedź 14: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15 dot. Pakietu nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej różnicy w grubości na palcu 0,11mm+/- 0,01?

Odpowiedź 15: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16 dot. Pakietu nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a'200szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź 16: Zamawiający dopuszcza.


Pytanie 17 dot. Pakietu nr 1, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'50szt z odpowiednim przeliczeniem opakowań?

Odpowiedź 17: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18 dot. Pakietu nr 1, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści bezpieczny nakłuwacz dostępny w dwóch głębokościach nakłucia 1,8mm- 23G, 2,4mm-21G zgodnie z poniższym zdjęciem



Odpowiedź 18: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19 dot. Pakietu nr 1, poz. 13

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania elastycznej opaski do uciskania żyły przy pobieraniu krwi dostępnej w minimum 2 kolorach, np. z przeznaczeniem jednego z kolorów dla pacjentów seropozytywnych?

Odpowiedź 19: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20 dot. Pakietu nr 1, poz. 13

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania elastycznej opaski do uciskania żyły z fabrycznie nadrukowaną (nie naklejoną) instrukcją użycia?

Odpowiedź 20: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21 dot. Pakietu nr 1, poz. 59

Czy Zamawiający dopuści elektrodę okrągłą o średnicy 48mm?

Odpowiedź 21: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22 dot. Pakietu nr 1, poz. 59

Czy Zamawiający dopuści elektrodę okrągłą z wypustką o średnicy 43mm?

Odpowiedź 22: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

Pytanie 23 dot. Pakietu nr 1, poz. 60

Czy Zamawiający dopuści resuscytator o objętości dostarczonej 1600 ml \pm 200 ml, bez uchwytu?

Odpowiedź 23: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24 dot. Pakietu nr 1, poz. 61

Czy Zamawiający dopuści resuscytator o objętości dostarczonej 500 ml \pm 200 ml, bez uchwytu?

Odpowiedź 24: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25 dot. Pakietu nr 1, poz. 62

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rurek o wymiarach:

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ
000	40 mm
00	50 mm
0	60 mm
1	70 mm
2	80 mm
3	90 mm
4	100 mm
5	110 mm
6	120 mm

Odpowiedź 25: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26 dot. Pakietu nr 1, poz. 63

Czy Zamawiający dopuści tacę na 32 kieliszki?

Odpowiedź 26: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27 dot. Pakietu nr 1, poz. 75

Czy Zamawiający dopuści nerki papierowe o pojemności max 900ml, pojemność użytkowa 300ml?

Odpowiedź 27: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28 dot. Pakiet nr 8

Czy zamawiający dopuści termometr o parametrach:

- bezkontaktowe pomiary temperatury ciała w zakresie 30°C do 42°C, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29 dot. Pakiet nr 5

Czy zamawiający dopuści

Ad. 1. Półmaska filtrująca FFP2 zarejestrowana jako środek ochrony indywidualnej pakowany w ilości 25 szt. w opakowaniu?

Ad. 2. Półmaska filtrująca FFP3 zarejestrowana jako środek ochrony indywidualnej pakowany w ilości 25 szt. w opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga opisu zgodnie z SWZ, a dopuszcza inną ilość sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert ze względu na czas niezbędny do złożenia ofert zostaje wydłużony: **termin składania ofert do dnia 29.03.2024 r. do godziny 10:00, a termin otwarcia ofert w tym samym dniu o godz. 10:30.**
Termin związania ofertą do dnia 7.04.2024 r.

PREZES ZARZĄDU
Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego
im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.

mgr Sebastian Motek