



Katowice 23.09.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dyrektor

dr n. med.
Włodzimierz Dziubdziela

ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 259-16-50
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl
www.spskm.katowice.pl

CENTRALA :
Tel. (32) 259-12-00

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa rękawic, masek, koszul, fartuchów”; znak sprawy: ZP-24-086UN.

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1 Czy Zamawiający w pakiecie nr 10 dopuści do udziału w postępowaniu koszulę pacjenta związaną z tyłu w pasie i przy szyi, pozostałe zapisy SWZ bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza koszule pacjenta związane z tyłu w pasie i przy szyi oraz koryguje treść załącznika nr 10 do SWZ (w załączeniu).

Pytanie 2 Czy Zamawiający w pakiecie nr 12 dopuści do udziału w postępowaniu jednorazowe komplety w rozmiarach od S do XXL? **Odp. Zamawiający nie dopuszcza, swoje wymagania określił w SWZ.**

Pytanie 3 Pakiet 7, poz. 1

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga fartuchy z trokami umiejscowionymi w kartoniku, z dwoma rękniczkami oraz dwoma samoprzylepnymi naklejkami transferowymi z kodami kreskowymi zawierającymi nazwę dostawcy, numer referencyjny, LOT oraz datę ważności? **Odp. Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.**

Pytanie 4 Pakiet 9, poz. 1

Proszę o dopuszczenie czepku pielęgniarskiego typu берет o gramaturze 18g/m². Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. **Odp. Zamawiający dopuszcza oraz koryguje treść załącznika nr 9 do SWZ (w załączeniu)**

Pytanie 5 Pakiet 13, poz. 1

Proszę o dopuszczenie bluz lekarskich włókniny SMS. **Odp. Zamawiający dopuszcza jeżeli włóknina SMS spełnia wymagania/parametry min. 35g/m².**

Pytanie 6 Pakiet 14, poz. 1

Proszę o dopuszczenie masek medycznych na troki zarejestrowanych jako wyrób medyczny. **Odp. Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.**

Pytanie 7 Pakiet 14, poz. 1

Proszę o dopuszczenie masek medycznych na troki wykonanych z trzech warstw włókniny (odporna na przesiąkanie), 25 g/m² +25 g/m² +25 g/m²
Odp. Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 8 Zadanie 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania sterylnej fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu Spunlacted o gramaturze min. 68g/m². Wzmocniony w części przedniej i przedramionach dwuwarstwowym laminatem barierowym o gramaturze min. 40g/m². Fartuch zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości min. 8 cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku, co umożliwia sterylną aplikację zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Szwy wykonane metodą ultradźwiękową. Fartuch zwinięty w papier krepowy. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 171cmH₂O, mniej krytycznej min. 24cmH₂O. Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż dla stref krytycznych na sucho min. 269N/50mm, na mokro min. 243N/50mm, pylenie dla stref krytycznych 1,3 Log₁₀, mniej krytycznych 3,5 Log₁₀. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu w celu łatwej identyfikacji i doboru fartucha.



Fartuch pakowany próżniowo w opakowanie folia-folia, sterylizowany radiacyjnie.
Rozmiary : M, L, XL, XXL. Zgodny z normą EN 13795. Rejestracja jako WM.

Odp. Powyższe pytanie nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ, a opis swojego produktu. Zamawiający nie może jednoznacznie odpowiedzieć na taką propozycję Wykonawcy. Wykonawca powinien wyrazić swoje wątpliwości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 9 Pakiet 14 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski medycznej trzywarstwowej, mocowanej za uszy, za pomocą nie uciskających, elastycznych uchwytów, umożliwiających regulację, o gramaturze 80g/m², posiadającej wkładkę modelującą, za pomocą której można je ściśle dopasować do konturu nosa. W części centralnej, maski posiadają zakładki umożliwiające dopasowanie do kształtu twarzy. Wymagana zgodność z normą 14683, typ II, BFE_{>=} 98%, ciśnienie różnicowe <60 kPa. Kolor niebieski. Opakowanie po max. 30 szt. w kartonik w formie pojemnika.

Rejestracja jako wyrób medyczny. **Odp. Powyższe pytanie nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ, a opis swojego produktu. Zamawiający nie może jednoznacznie odpowiedzieć na taką propozycję Wykonawcy. Wykonawca powinien wyrazić swoje wątpliwości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

Pytanie 10 Pakiet 14 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski medycznej trzywarstwowej, mocowanej za uszy, za pomocą nie uciskających, elastycznych uchwytów, umożliwiających regulację, o gramaturze 80g/m², posiadającej wkładkę modelującą (dt. 9cm), za pomocą której można je ściśle dopasować do konturu nosa. W części centralnej, maski posiadają zakładki umożliwiające dopasowanie do kształtu twarzy. Konstrukcja masek zapewnia ich ściśle przyleganie do twarzy użytkownika. Wymagana zgodność z normą 14683, typ II, BFE_{>=} 98%, ciśnienie różnicowe <60 kPa. Kolor niebieski. Opakowanie po max. 50 szt.

Rejestracja jako wyrób medyczny. **Odp. Powyższe pytanie nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ, a opis swojego produktu. Zamawiający nie może jednoznacznie odpowiedzieć na taką propozycję Wykonawcy. Wykonawca powinien wyrazić swoje wątpliwości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pytanie 11 Pakiet 15 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści półmaskę filtrującą o minimalnej skuteczności filtracji 94%?

Odp. Zamawiający dopuszcza półmaski filtrujące o minimalnej skuteczności filtracji 94% o ile spełnione będą pozostałe wymagania z SWZ. Modyfikacja zał. nr 15 w załączeniu.

Dotyczy warunków umowy §1 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy do godziny 15:00? Pozwoli to na realizację dostaw zgodną z terminem dostaw wyznaczonym przez Zamawiającego w dniach.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisem § 1 ust.5 Dostawy mogą odbywać się w godzinach pracy zamawiającego tj. od godz. 8.00 do godz. 14.00.

Dotyczy warunków umowy §4

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający zgodzi się zmienić istniejący zapis na następujący:

1. W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania zwłoki w realizacji zamówienia lub braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie określonym w § 2 pkt 9 b niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości **1%** wartości brutto nie dostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień zwłoki. W przypadku nie dostarczenia dokumentów lub powstania zwłoki w uzupełnieniu dokumentów określonych w §2 pkt 12, którego dotyczy wezwanie, Zamawiający naliczy a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości **0,2%** wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu tych dokumentów.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości netto umowy niezrealizowanej części umowy.
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć **20 %** wartości przedmiotu umowy określonego w § 3 pkt 1.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych.



Pytanie 12 Pakiet 9 Czy zamawiający dopuści czepek pakowany po 100 szt. w opakowaniu foliowym, do transportu zbiorczo pakowany w karton; Opakowanie foliowe umożliwiające wyjmowanie pojedynczej sztuki oraz zmniejszenie powierzchni magazynowania.

Odp. Zamawiający nie określił ani nie narzucił po ile ma być pakowany produkt, określił jedynie ilość sztuk oraz dodał zapis, że oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

Pytanie 13 Pakiet 11, poz.2 Czy zamawiający dopuści ochraniacze na obuwiu wykonane z niebieskiej folii teksturowanej, z gumką, w rozmiarze uniwersalnym – długość ochraniacza w stanie rozciągniętym ok. 38 cm, głębokość ok.13,5 cm, 24 mikrony? **Odp. Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ.**

Pytanie 14 Pakiet 11, poz.1-2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zamawiający nie określił ani nie narzucił po ile ma być pakowany produkt. Wymaga podania ceny jednostkowej za PARĘ.

Pytanie 15 Pakiet 12 Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 35 g/m²? Czy zamawiający dopuści wycięcie pod szyją w kształcie półokrągłym? Czy zamawiający dopuści rozmiar S-XXL? **Odp. Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.**

Pytanie 16 Pakiet 14 Czy zamawiający dopuści maskę trzywarstwową, o gramaturze pojedynczej warstwy 25 g/m²? **Odp. Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.**

Pytanie 17 Pakiet 20 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. **Odp. Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie z zachowaniem ilości wskazanej w SWZ. W takiej sytuacji należy wyraźnie zaznaczyć, że oferowana cena jest za opakowanie i podać ile sztuk zawiera opakowanie. Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.**

Pytanie 18 Pakiet nr 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania alternatywnych rękawic o poniższym opisie: Rękawice niejałowe jednorazowego użytku chroniące przed cytostatykami. Rękawice o kształcie uniwersalnym, pasujące na lewą i prawą dłoń. Bezpudrowe z wewnętrzną warstwą chlorowaną, o powierzchni zewnętrznej teksturowanej na końcach palców.

Grubość pojedynczej ścianki na palcach – 0,12 mm, na dłoni – 0,08 mm, na mankiecie - 0,06 mm. Długość rękawicy - min. 30 cm. Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy I, jak i środek ochrony indywidualnej kategorii III typ B. Przebadane na przenikanie cytostatyków min. 10 dowolnych cytostatyków (brak przebicia do 240 min) i karmustyny (26,2 min) – potwierdzone wynikami z badań zgodnie z ASTM D6978. AQL 1.0

Odp. Powyższe pytanie nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ, a opis swojego produktu. Zamawiający nie może jednoznacznie odpowiedzieć na taką propozycję Wykonawcy. Wykonawca powinien wyrazić swoje wątpliwości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 19 Pakiet nr 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o powierzchni wewnętrznej polimeryzowanej; mankiet rolowany. Grubość na mankiecie 0,15mm; Spełniające normę EN ISO 21420, która zastąpiła normę EN 420. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp. Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 20 Pakiet nr 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania alternatywnych rękawic o poniższym opisie: Rękawice chirurgiczne neoprenowe, bezpudrowe, o warstwie wewnętrznej polimeryzowanej warstwowo, bez protein i alergenów naturalnego lateksu, zewnętrzna powierzchnia teksturowana, AQL max. 0,65, sterylne, grubość na palcu 0,19 mm, grubość na dłoni 0,17 mm; grubość na mankiecie 0,15mm wytrzymałość min. 11 N, mankiet rolowany. Badania na przenikalność min. 20 substancji chemicznych, w tym cytostatyków (bez 4-rzędowych środków czyszczących) – potwierdzone wynikami z badań niezależnych laboratoriów badawczych. Opakowanie: koperta zewnętrzna folia/folia hermetycznie po podciśnieniowo zamknięta, koperta wewnętrzna papierowa. Dyspenser



posiadający dwa otwory jeden do pobierania, drugi do zwrotu nieużytych rękawic. Produkt klasyfikowany jako Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III oraz wyrób medyczny.

Odp. Powyższe pytanie nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ, a opis swojego produktu. Zamawiający nie może jednoznacznie odpowiedzieć na taką propozycję Wykonawcy. Wykonawca powinien wyrazić swoje wątpliwości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 21 Pakiet nr 7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny typu SMMMS – tj włóknina typu SMMS wzmocniona dodatkowo warstwą wewnętrzną, a zatem cechująca się wyższym stopniem barierowości.

Odp. Zgodnie z odpowiedziami udzielonymi w dniu 09.09.2024 na platformie, Zamawiający dopuszcza fartuchy chirurgiczne wykonane z włókniny SMMMS.

Pytanie 22 DOTYCZY PAKIETU 8

Ze względu na stosowanie przez producenta innej rozmiarówki, typu LL itp. zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści fartuch wzmocniony:

- rozmiar L, który odpowiada standardowemu rozmiarowi M
 - rozmiar LL, który odpowiada standardowemu rozmiarowi L
 - rozmiar XL, który odpowiada standardowemu rozmiarowi XL
 - rozmiar XLL, który odpowiada standardowemu rozmiarowi XXL,
- Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23 DOTYCZY PAKIETU 12

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe komplety: bluza + spodnie wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 40 g/m² przepuszczającej powietrze. Kolor zielony lub niebieski. Bluza operacyjna z wycięciem pod szyją w kształcie litery „V” wykończone obszyciem overlock, minimum dwie kieszenie. Spodnie wiązane na troki, nogawki bez ściągaczy. Rozmiary : S, M, L, XL, XXL, XXXL.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zaoferowania produktu z rejestracją jako wyrób medyczny oraz koryguje treść załącznika nr 12 do SWZ (w załączeniu)

Pytanie 24 Pakiet nr 1

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubościach na palcu $0,15 \pm 0,02$ mm, na mankiecie $0,07 \pm 0,01$ mm. **Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowane rękawice, o ile spełniają pozostałe wymagania SWZ oraz koryguje treść załącznika nr 1 do SWZ (w załączeniu).**
2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy dopuszczone rękawice powinny być przebadane na min 12 cytotatyków? **Odp. Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.**

Pytanie 25 Pakiet nr 2

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic z mankietem rozszerzanym, rolowanym, zapobiegającym zsuwaniu się, o grubości na mankiecie 0,17 mm. Jednocześnie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie normy EN 21420 w miejsce normy EN 420, ponieważ jest to jej nowsza, przekształcona wersja. **Odp. Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.**
2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o zwężanym mankiecie z rolowanym brzegiem i specjalną teksturą, która przylega do fartucha chirurgicznego i zapobiega zwijaniu się, o grubościach na palcu 0,19 mm, na dłoni 0,16 mm, na mankiecie 0,14 mm. **Odp. Zamawiający nie dopuszcza, swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.**

Pytanie 26 Pakiet nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych – medycznych, nitylowych, niesterylnych, bezpydrowych, zgodnych z normą PN-EN 455:1-4, długość minimalna 30 cm, AQL 1.0, średnia grubość: palce $0,15 \pm 0,02$ mm mm, dłoń $0,10 \pm 0,01$ mm, min. siły zerwania (przed / po starzeniu) – 11 N. Zgodne z normą EN ISO 374-1:2016 posiadająca odporność na przenikanie substancji chemicznych przy zastosowaniu cytotatyków dla obserwowanego braku przeniknięcia minimum 4 godz. odpowiednio dla Cyclophosphamide 20 mg/ml, Doxorubicin 2mg/ml, Cisplatin AQ 1mg/ml, Paclitaxel 6mg/ml, Dacarbazine 10mg/ml, 5-Fluorouracil 50mg/ml, Amethopterin Hydrate 25 mg/ml, Etoposide 20 mg/ml, Glutaraldehyde 4% > 4godz. Zgodne z EN ISO 374-5:2016 tj. posiadające



odporność przed mikroorganizmami na penetrację przez krwiopochodne patogeny. Klasyfikacja produktu jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III.

Odp. Powyższe pytanie nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ, a opis swojego produktu. Zamawiający nie może jednoznacznie odpowiedzieć na taką propozycję Wykonawcy. Wykonawca powinien wyrazić swoje wątpliwości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 27 Pakiet nr 4

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości min. 400 mm, grubościach na palcu 0,23 mm, na dłoni 0,18 mm, na mankiecie 0,11 mm, siła zrywania po starzeniu 18,3 N

Odp. Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych niejałowych z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka o podwyższonej chwytności z dodatkową teksturą na palcach. Długość minimalna 300 mm, AQL=1,0, średnia grubość na palcu 0,15mm, na dłoni 0,10 mm, na mankiecie 0,07 mm. Zarejestrowane jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III. Siła zrywania min. 11 N, zawartość pudru < 2,0mg/rękawiczkę, zgodne z normą EN-455-1,2,3,4, ISO EN 374-5, EN-16523.

Odp. Powyższe pytanie nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ, a opis swojego produktu. Zamawiający nie może jednoznacznie odpowiedzieć na taką propozycję Wykonawcy. Wykonawca powinien wyrazić swoje wątpliwości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 28 Pakiet nr 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic przebadanych na min. 18 substancji chemicznych oraz na cytostatyki. Reszta wymogów zgodna z SWZ. **Odp. Zamawiający dopuszcza oraz koryguje treść załącznika nr 5 do SWZ (w załączeniu)**

Pytanie 29 Pakiet nr 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie asortymentu o poniższych parametrach:

Fartuch chirurgiczny sterylny, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny bawełnopochodnej typu Spunlace (włóknina z masy celulozowej i poliestru), o gramaturze min. 68 g/m². Stopień 7 repelencji materiału dla wody i alkoholu. Rękawy klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym dzianinowym mankietem. Dodatkowo wzmocnienia folią polietylenową, w części przedniej i w rękawach, gramatura w miejscu wzmocnienia min. 110 g/m². Wzmocnienia przyklejone do fartucha dookoła po obwodzie, długość wzmocnienia w rękawach od 20,3 cm do 49,5 cm w zależności od rozmiaru. Wzmocnienie przednie w kształcie trapezu, wysokość wzmocnienia od 88,9 cm do 113 cm w zależności od rozmiaru. Zapinany na szyi na rzep o długości minimum 17 cm. Oznaczenie rozmiaru i długości fartucha w co najmniej dwóch miejscach na stronie wewnętrznej, widocznej przed jego rozłożeniem. Odporność na przenikanie płynów w obszarze krytycznym min. 160 cm H₂O, w obszarze mniej krytycznym min. 24 cm H₂O. Oznaczenie HP (High Performance) według normy EN 13795-1. Widoczny kod kolorystyczny na fartuchu i etykiecie, wskazujący na barierowość fartucha. Odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro w obszarze krytycznym min. 6,0 *h*, w obszarze mniej krytycznym min. 2,8 *h*. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Dostępny w rozmiarach S/M – 2XLL (tj. o długości od 115 cm do 170 cm). Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne z włókniny SMS z 2 ręcznikami chłonnymi o wymiarach min. 30 x 39 cm, na opakowaniu zewnętrznym min. 4 samoprzylepne etykiety do dokumentacji zawierające co najmniej: numer referencyjny, numer LOT, datę ważności produktu. Pakowane od 20 do 28 sztuk w kartonie zbiorczym, w zależności od rozmiaru.

Odp. Powyższe pytanie nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ, a opis swojego produktu. Zamawiający nie może jednoznacznie odpowiedzieć na taką propozycję Wykonawcy. Wykonawca powinien wyrazić swoje wątpliwości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 30 Pakiet nr 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie asortymentu o poniższych parametrach:

Czepek typu beret, z elastyczną gumką, wykonany w włókniny polipropylenowej spunbond, o gramaturze 12 g/m². Rozmiar M ± 53cm, dostępny w kolorach: zielonym lub białym. Nie zawiera lateksu. Produkowany zgodnie z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. Pakowany po 100 szt.

Odp. Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.



SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL KLINICZNY
IM. ANDRZEJA MIEŁĘCKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

Pytanie 30 Pakiet nr 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie asortymentu o poniższych parametrach:

Maska chirurgiczna hypoalergiczna, wiązana na troki, wykonana z min. 3 warstw, w tym warstwy zewnętrzna i wewnętrzna celulozy, filtrująca warstwa wewnętrzna z polipropylenu. Wyposażona w sztywnik o długości min. 12 cm, zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, nie zawiera barwników. Skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) min. 99,5 %, ciśnienie różnicowe max. 25 Pa/cm². Wyraźnie oznakowanie zewnętrznej strony maski nazwą producenta. Szerokość maski min. 22 cm, wysokość maski min. 10,2 cm. Produkowany zgodnie z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. Pakowana po 50 szt. w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy.

Odp. Powyższe pytanie nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ, a opis swojego produktu. Zamawiający nie może jednoznacznie odpowiedzieć na taką propozycję Wykonawcy. Wykonawca powinien wyrazić swoje wątpliwości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.