

Oleśnica 17.04.2024 r.

Znak sprawy: PZS/TP/11/2024

Dotyczy postępowania :

„Zakup i dostawa fabrycznie nowego ambulansu typu B wraz z wyposażeniem do Powiatowego Zespołu Szpitali”

WYJAŚNIENIA DO SWZ

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące SWZ. Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2021r Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Pytania do Załącznik nr 5 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Czy na zasadzie równoważności Zamawiający dopuści zamiast dodatkowego stopnia wysuwanego automatycznie (mechanicznie przy otwarciu drzwi lub elektronicznie) podczas otwarcia bocznych drzwi przesuwanych przedziału medycznego przy drzwiach bocznych prawych, który powoduje znaczące zmniejszenie prześwitu ambulansu oraz jego waga może znacząco wpłynąć na rezerwę wagową pojazdu o DMC do 3,5t, stopień stały wewnętrzny poniżej płaszczyzny podłogi przedziału medycznego pokryty antypoślizgową warstwą materiału, który znacząco ułatwia wchodzenie do przedziału medycznego a jednocześnie nie powoduje zmniejszenia prześwitu auta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2:

Videolaryngoskop

Czy Zamawiający zezwoli na dostarczenie videolaryngoskopu UeScope UED-A o zbliżonych parametrach wymienionych poniżej?

- dedykowana bateria z czasem pracy do 210 minut będąca częścią ekranu,
- wielorazowy tor wizyjny wykonany ze srebrnego metalu oraz czarnego elastycznego materiału, które nie mają kontaktu z tkankami, ponieważ osłonięte są jednorazowymi nakładkami/rękojeściami zintegrowanymi z łyżkami typu Macintosh, co minimalizuje dezynfekcję oraz ogranicza ryzyko zakażeń krzyżowych,
- wodoszczelność: ekran IPx3, tor wizyjny/rękojeść IPx7,
- możliwość stosowania łyżek/nakładek jednorazowych Macintosh w rozmiarach 0-4 z wysokiej przejrzystości materiału termoplastycznego niezawierającego lateksu,
- wszystkie łyżki Macintosh o wąskim profilu ułatwiającym trudne intubacje, z wysokiej przejrzystości materiału termoplastycznego niezawierającego lateksu,
- rdzeń urządzenia (tor wizyjny) wykonany ze stopu metali, zakończony kamerą i źródłem światła o wysokim natężeniu,
- dotykowy monitor LCD uwidaczniający drogi oddechowe o przekątnej 3”, rozdzielczość HD 720 x 480px, z możliwością bezprzewodowego udostępniania obrazu,
- możliwość regulacji monitora: przód-tył: 110 stopni, obrót 270 stopni, automatyczne obracanie obrazu,

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 7767427
fax 71 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 71 7767300
71 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 62 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 3142899

- waga urządzenia: 250g, ekran 158g, tor wizyjny 92g,
- W zestawie :
 - o videolaryngoskop + tor wizyjny/rękojeść
 - o wbudowana bateria ładowalna 1 szt.
 - o sterylne nakładki/łyżki intubacyjne Macintosh:
 - rozmiar 2 dla pacjentów o wadze od 13,2kg (szt. 10)
 - rozmiar 3 (szt. 10)
 - rozmiar 4 (szt. 10)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza videolaryngoskop UED-A.

Pytanie 3:

Dotyczy krzeselko kardiologiczne – 1 szt.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie krzeselka płozowego model Rolman o wadze ok 14.5 kg, spełniające pozostałe wymagania OPZ.

Odpowiedź:

Krzeselko musi być wyposażone w „przednie wysuwane ręczki do przenoszenia” jak w OPZ.

Pytanie 4:

Dotyczy wyposażenie medyczne w ambulansie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sprzętu medycznego z roku produkcji nie wcześniej niż 2023 rok ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5:

Dotyczy wyposażenie medyczne w ambulansie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu na zgłoszoną awarię w dni robocze do 72 godzin od jej zgłoszenia tzn. rozpoczęcie naprawy w czasie nie dłuższym niż 72 godziny od zgłoszenia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6:

Zwracamy się z prośbą o wskazanie średniego rocznego przebiegu użytkowanych ambulansów typu B/C.

Odpowiedź:

70-80 tys rocznie

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności poniższe rozwiązanie:

- Ściany i sufit wyłożone gładkimi płytami z tworzywa sztucznego, połączone i wykończone elementami tłoczonymi. Wszystkie elementy szczelnie połączone i wykonane z łatwo zmywalnego oraz odpornego na środki dezynfekcyjne tworzywa sztucznego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności ambulans wyposażony w system domykania drzwi przesuwanych lewych oraz prawych montowany na etapie adaptacji pojazdu na ambulans? Jednocześnie przedmiotowy system objęty jest gwarancją producenta ambulansu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności zaoferowanie rozwiązania, w którym deska ortopedyczna dla dzieci będzie przechowywana w specjalnie do tego przeznaczonym schowku

umieszczonym w przedziale medycznym po lewej stronie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans wyposażony w fabryczny stopień wewnętrzny zlokalizowany przy prawych drzwiach przesuwnych wykonany z tworzywa sztucznego z powierzchnią antypoślizgową w zamian za stopień pokryty wykładziną antypoślizgową ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans wyposażony w stopień wejściowy zintegrowany ze zderzakiem, zlokalizowany przy tylnych drzwiach, fabrycznie wykonany z tworzywa sztucznego z powierzchnią antypoślizgową w zamian za stopień pokryty wykładziną antypoślizgową ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania, aby głośnik przedziału medycznego posiadał własny wyłącznik ON/OFF zamiast włącznika umieszczonego na panelu sterowania ?

Odpowiedź:

Tylko jako dodatkowa opcja, sterowanie z panelu nadal jak w OPZ.

Pytanie 13:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności pakiet parkowania z kamerą 360° montowany na etapie adaptacji pojazdu na ambulans? Jednocześnie przedmiotowy system objęty jest gwarancją producenta ambulansu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 14:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności paneli rezystancyjnych zamontowanych odpowiednio w kabinie kierowcy, przedziale medycznym oraz przy wejściu bocznym oraz tylnym?

Uzasadnienie:

Panele rezystancyjne, dzięki swojej konstrukcji, znajdują zastosowanie, m.in. w krytycznych urządzeniach medycznych, takich jak defibrylatory i inne urządzenia używane w systemach ratownictwa medycznego. Ich skuteczność i niezawodność stanowią kluczowe elementy w

sytuacjach nagłych, gdzie precyzja i szybkość działania są krytyczne dla pacjenta.

Ekran o konstrukcji rezystancyjnej wyróżnia się szybką i precyzyjną reakcją. Jego obsługa jest niezwykle łatwa, ponieważ wszystkie polecenia zależą od siły nacisku. Możliwa jest więc obsługa panelu nawet w rękawiczkach lub przy użyciu niemal każdego przedmiotu, jak na przykład końcówki ołówka lub długopisu. Dodatkowo, ekran jest odporny na zabrudzenia, co oznacza, że różnego rodzaju pył czy krople wody, które mogą gromadzić się na ekranie, nie wpływają negatywnie na jego działanie, w tym na precyzyjne wciskanie. Należy także podkreślić, że ta technologia jest stosunkowo ekonomiczna, co sprawia, że panele z ekranami rezystancyjnymi są zazwyczaj tańsze o około 25% w porównaniu do paneli z wyłącznikami typu microswitch. Dodatkowo, dzięki naszemu oprogramowaniu, panele posiadają pełną zdolność komunikacji między sobą. W przypadku awarii któregoś z paneli, możliwe jest "przejęcie" wszystkich jego funkcji przez pozostałe panele, co umożliwia dalsze zarządzanie wszystkimi odbiornikami w przedziale medycznym.

Zainstalowany 10-calowy ekran w przedziale medycznym cechuje się doskonałą czytelnością i

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 7767427
fax 71 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 71 7767300
71 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 62 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 3142899

funkcjonalnością. Po zamknięciu pojazdu wszystkie panele automatycznie przechodzą w tryb STANDBY, co znacząco ogranicza zużycie akumulatora przedziału medycznego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści.

Pytanie 15:

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania, aby monitorowanie oraz sterowanie ogrzewaniem niezależnym od pracy silnika realizowane było przez oryginalny sterownik urządzenia ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści.

Pytanie 16:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans wyposażony w panel sterowania bez funkcji sterowania drzwiami pomiędzy przedziałem kierowcy a przedziałem medycznym lecz informujący o położeniu tych drzwi (otwarte/zamknięte) ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści.

Pytanie 17:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans nie wyposażony w intercom ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 18:

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie:

Czy Zamawiający dopuści aby funkcja intercom była realizowana przez oddzielne urządzenie ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści.

Pytanie 19:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans wyposażony w panel sterowania bez sygnalizacji wysuniętego stopnia? W proponowanym rozwiązaniu sygnalizacja ta jest umieszczona w widocznym odpowiednio przygotowanym miejscu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści.

Pytanie 20:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności pojazd z silnikiem Diesla o pojemności powyżej 1950 ccm i mocy 177 KM?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 21:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności elektryczną grzałkę silnika zasilaną z sieci 230V zamontowaną w układzie smarowania silnika pojazdu w zamian za grzałkę umieszczoną w układzie chłodzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści.

Pytanie 22:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rozwiązanie w postaci czterech lamp zamontowanych w atrapie oraz po dwie lampy zamontowane w przednich i tylnych błotnikach ?

Uzasadnienie rozwiązania.

Większa ilość lamp ostrzegawczych (niebieskich) w znacznym stopniu zwiększa widoczność ambulansu na drodze zwłaszcza w trakcie dojazdu do skrzyżowania oraz wlotów / wylotów dróg.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści, natomiast lampy kierunkowe led w obudowie lusterek-nadal jak w OPZ.

Pytanie 23:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności rozwiązanie w postaci czterech punktowych lamp typu LED rozmieszczonych nad noszami bez możliwości regulacji?

Uzasadnienie.

Ilość lamp oraz ich rozmieszczenie nad noszami umożliwia pełne oświetlenie pacjenta. Jednocześnie oświetlenie posiada pozytywne wyniki badań na zg. z normą PN-EN 1789:2021-02 w zakresie pkt. 4.5.6 *Oświetlenie wnętrza.*

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 24:

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności szafkę ściany działowej wyposażoną w blat roboczy wykonany z materiału kompozytowego o dużej sztywności i wytrzymałości oraz wysokiej odporności na zarysowania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści

Pytanie 25

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie, na zasadzie równoważności, aby kosz na śmieci został zamontowany w szafce ściany działowej z dostępem poprzez uchylną klapkę?

Odpowiedź:

Zgodnie z OPZ.

Pytanie 26

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności zaoferowanie ambulansu wyposażonego w podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami, zamontowane zarówno na lewej, jak i prawej ścianie przedziału medycznego, gdzie aktywacja oświetlenia wewnątrz szafek odbywałaby się za pomocą dedykowanego przycisku, a nie automatycznie po otwarciu konkretnych drzwi szafki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 27

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans z fotelem dla personelu na prawej stronie przedziału medycznego wyposażony w jeden podłokietnik?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 28

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans nie wyposażony w intercom ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 29

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie:

Czy Zamawiający dopuści aby funkcja intercom była realizowana przez oddzielne urządzenie ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści.

Pytanie 30

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 7767427
fax 71 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 71 7767300
71 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 62 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 3142899

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania, aby głośnik radiotelefonu przedziału medycznego zamiast regulacji głośności posiadał własny wyłącznik ON/OFF?

Odpowiedź:

Jako dodatkowa opcja, reszta jak w OPZ.

Pytanie 31

Czy Zamawiający poprzez zapis:

„- sterowanie głośnikiem radiotelefonu,
- regulacja głośności w głośnikach radioodtwarzacza.”

Wymaga aby ambulans był wyposażony w dwa głośniki w przedziale medycznym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 32

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności zaoferowanie szafek przedziału medycznego zamykanych drzwiczkami, zamiast rolety? Cała zabudowa, podobnie jak pozostałe elementy ambulansu, jest zgodna z normą PN-EN 1789:2021-02 w zakresie testów dynamicznych oraz spełnia wszystkie inne wymagane punkty tej normy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 33

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przezroczystych schowków uchylanych zamontowanych na lewej ścianie, zamiast szuflad umieszczonych po lewej stronie przedziału medycznego, na zasadzie równoważności?

Odpowiedź:

Jak w OPZ.

Pytanie 34

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie płaskiego panelu informacyjnego o minimalnych wymiarach 430 x 430 mm, umieszczonego na lewej stronie zabudowy medycznej, na zasadzie równoważności?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści.

Pytanie 35

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulansu wyposażonego w sufitowe gniazdo tlenowe z możliwością regulacji przepływu tlenu poprzez przepływomierz, zamiast przepływomierza umieszczonego na ścianie prawej?

Odpowiedź:

Jak w OPZ.

Pytanie 36

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania systemu multimedialnego z ekranem dotykowym o minimalnej wielkości 5 cali oraz z wbudowaną nawigacją (wraz z bezpłatnymi aktualizacjami przez okres co najmniej 2 lat)? System ten umożliwi obsługę poprzez ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości oraz pełną integrację ze smartfonem, co będzie możliwe do zamontowania na etapie adaptacji pojazdu na ambulans. Jednocześnie należy zaznaczyć, że przedmiotowy system podlega gwarancji producenta ambulansu.

Odpowiedź:

Jak w OPZ.

Pytanie 37

Prosimy o dopuszczenie dostawy na kołach co umożliwi test oraz odpowietrzenie układów na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 38

Prosimy o potwierdzenie, że koszty dojazdu do/z serwisu ponosi Zamawiający i Wykonawca nie musi ich wliczać w cenę oferty ?

Odpowiedź:

Koszty ponosi Wykonawca.

Pytanie 39

Prosimy o potwierdzenie, że koszty przeglądów gwarancyjnych pojazdu bazowego w całym okresie gwarancji pokrywa Zamawiający ?

Odpowiedź:

Koszty ponosi Wykonawca.

Pytanie 40

Prosimy o potwierdzenie, że koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu gwarancyjnego pojazdu bazowego w całym okresie gwarancji pokrywa Zamawiający.

Odpowiedź:

Koszty ponosi Wykonawca.

Pytanie 41

Prosimy o potwierdzenie, że koszty przeglądów gwarancyjnych przedziału medycznego w całym zaoferowanym okresie gwarancji pokrywa Wykonawca i należy je doliczyć do oferty.

Odpowiedź:

Koszty ponosi Wykonawca.

Pytanie 42

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania, aby ambulans został wyposażony w zestaw naprawczy, a koło zapasowe stanowiło wyposażenie dodatkowe pojazdu i zostało dostarczone luzem ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 43

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans wyposażony w panel sterowania bez funkcji sterowania dodatkową sygnalizacją dźwiękową nisko tonową ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 44

Czy Zamawiający dopuści ambulans nie wyposażony w szyberdach ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

*Zatwierdziła
Dyrektor
Powiatowego Zespołu Szpitali
Agnieszka Cholewińska*

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 7767427
fax 71 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 71 7767300
71 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 62 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 3142899