

Nr sprawy: SMMP.V/3300-5/24

Poznań, 28 czerwca 2024 r.

### Wykonawcy

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (zwanej dalej ustawą), Zamawiający udostępnia treść pytań, które wpłynęły od Wykonawców wraz z wyjaśnieniami w postępowaniu na: **Dostawę ambulansu transportowego** oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, zmienia treść SWZ.

### Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z wkręcanym uchwytem do holowania z przodu oraz zamontowanym na stałe uchwytem pod pojazdem w tylnej części?

### Odpowiedź

Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie. W związku z powyższym, Zamawiający zmienia treść SWZ, poprzez zmianę poz. 43 Parametrów technicznych, stanowiących Załącznik nr 1 do umowy, która otrzymuje brzmienie:

43	Zaczep holowniczy	-	z przodu/tyłu wkręcany lub wkręcany z przodu, zamocowany na stałe z tyłu	TAK/NIE <sup>1</sup>
----	-------------------	---	--	----------------------

### Pytanie nr 2

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści nosze monoblokowe o szerokości 56 cm, zgodne z aktualną normą PN EN 1865?  
Zwracamy uwagę na fakt, że wymiary noszy karetkowych muszą mieścić się w określonych wymiarach zgodnych z normą ambulansową PN EN 1865-1, tj. 53-57 cm.

### Odpowiedź

Zamawiający dopuści nosze monoblokowe o szerokości 56 cm.

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia treść SWZ, poprzez:

- 1) Wykreślenie pozycji 89 i poz. 90 dotyczącej długości i szerokości noszy (w zakresie wymiarowania noszy obowiązują wymagania wyrażone w normie EN PN 1865-1).
- 2) zmianę pkt III.1.2) lit. c) SWZ, który otrzymuje brzmienie:  
„c) spełniać wymagania normy EN PN 1865-1:2012+ A1:2015 lub równoważnej dla noszy głównych.”
- 3) zmianę pkt III.4.1) lit. c) SWZ, który otrzymuje brzmienie:  
„c) certyfikatu lub deklaracji potwierdzającej spełnienie wymogów normy EN PN 1865-1:2012+ A1:2015 (zestaw transportowy - nosze główne).”

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami i dokonanymi zmianami, Zamawiający dodaje do dokumentacji postępowania w nowym brzmieniu Parametry techniczne o nazwie pliku: **„!!!NOWY Załącznik nr 1 do umowy – Parametry techniczne.”**

**Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

**Powyższe odpowiedzi oraz zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert.**

Komendant Straży Miejskiej Miasta Poznania