

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę komory fitotronowej - Nr sprawy: FO-Z/ŁIT/19/2023.

Odpowiedź na pytania Wykonawców



1. Działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. - dalej PZP) Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania do treści SWZ. Poniżej Zamawiający w kolejności przekazuje pytania wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana komora fitotronowa była wyposażona w minimum 3 panele oświetleniowe półkowe umieszczone po jednym nad każdą półką hodowlaną, gdzie każdy panel ma minimalny rozmiar 45x30cm i posiada minimum 150 diod LED rozmieszczonych w trzech niezależnie sterowanych kanałach o następujących parametrach barwowych: światło o barwie czerwonej i firmie 710-740nm, światło białe 380-830nm i temperaturze barwowej 2700K, światło białe 380-830nm i temperaturze barwowej 5000K?

Ad. 1

Zamawiający wymaga, aby komora fitotronowa była wyposażona w minimum 3 panele oświetleniowe półkowe umieszczone po jednym nad każdą półką hodowlaną. Dopuszcza się odmienny rozmiar i rozmieszczenie. Ważne jest natomiast niezależne sterowanie.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga aby komora była sterowana za pomocą ekranu dotykowego o przekątnej minimum 10 cali?

Ad. 2

Sterowanie komora za pomocą ekranu dotykowego. Dopuszcza się inną przekątną ekranu. Ważna jest czytelność wyświetlanych danych

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści komorę fitotronową z wyświetlaczem nie wyświetlającym temperatury otoczenia? Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.

Ad. 3

Zamawiający dopuści komorę fitotronową z wyświetlaczem nie wyświetlającym temperatury otoczenia.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści komorę fitotronową bez rejestrowania jasności dla każdego kanału świetlnego? Oferowana komora ma możliwość włączenia i wyłączenia każdej świetlówki, ma zainstalowane 3 kasety oświetleniowe po 5 świetlówek każda. Użytkownik ma możliwość do wyboru 3 różne widma. Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.

Ad. 4

W odniesieniu do uzasadnienia przedstawionego przez przedstawiciela handlowego, Zamawiający dopuści komorę fitotronową bez rejestrowania jasności dla każdego kanału świetlnego.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści komorę fitotronową z zakresem pracy +10 do +60°C przy świetle włączonym i z zakresem 0 do +70°C przy świetle wyłączonym? Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.

Ad. 5

Zamawiający dopuści komorę fitotronową z zakresem pracy +10 do +60°C przy świetle włączonym i z zakresem 0 do +70°C przy świetle wyłączonym.

2. Jednocześnie Zamawiający informuje, że ulegają zmianie terminy składania i otwarcia ofert. Nowe terminy Zamawiający ustala następująco:

- **nowy termin składania ofert** - **do 20 lipca 2023r. do godz. 8:15**
- **nowy termin otwarcia ofert** - **20 lipca 2023r. o godz. 8:30**
- **nowy termin związania ofertą** - **18 sierpnia 2023r.**

3. W celu ujednoczenia Zamawiający publikuje w załączeniu zmodyfikowaną treść SWZ uwzględniające powyższe zmiany wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

Z poważaniem

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Łódzki Instytut Technologiczny