



Wojewódzki Specjalistyczny Szpital  
im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

WSSz -NZZ – 359/24

Łódź, dnia 19. 07. 2024 r.

**Uczestnicy postępowania  
przetargowego**

**dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę sprzętu medycznego do Pracowni Implantacji Stymulatorów Serca, sprawa ZP 21/24**

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dn. 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. poz. 2023 poz. 1605 ze zm.) oraz w związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

1. Pakiet 3, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody o wymiarach 14 x250 cm?

**Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.**

2. Pakiet 3, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody o wymiarach 16 x250 cm?

**Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.**

Z poważaniem

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala  
im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

*mgr Krzysztof Zarychta*

ST. SPECJALISTA  
ds. Zamówień Publicznych  
*mgr Elżbieta Abramak*



ul. Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź  
(42) 251 6059  
szpital@bieganski.com.pl  
www.bieganski.com.pl  
NIP: 726 22 34 808 REGON: 471 219 736

Certyfikaty:  
ISO 14001:2015  
ISO 27001:2017  
ISO 9001:2015