

Hajnówka dn. 20 maja 2025 r.

D/Kw.2232.4.2025

WYKONAWCY

Odpowiedź na pytanie dotyczące postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na dostawy – Dostawę aparatu RTG do Aresztu Śledczego w Hajnówce nr spr. **D/Kw.2232.4.2025**

Pytania:

Pytanie nr 1

Dot. pkt V.4 SWZ

W związku z zapisanym w SWZ wymaganiem:

- moc generatora 50 kW, częstotliwość 100kHz,
- zakres wysokiego napięcia: 40-150 kV,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie aparatu RTG wyposażonego w generator o mocy 50 kW, pracującego z częstotliwością 250kHz oraz lampą rentgenowską o pojemności cieplnej anody wynoszącej 230 kHU.

Proponowane przez nas rozwiązanie techniczne spełnia wszystkie funkcjonalne wymagania Zamawiającego, a wyższa częstotliwość pracy (250kHz) przekłada się na:

- większą stabilność i precyzję ekspozycji,
- krótszy czas naświetlań,
- lepszą jakość obrazowania przy zachowaniu niskiej dawki promieniowania,
- zmniejszone zużycie energii – urządzenie jest energooszczędne i nowoczesne.

Pojemność cieplna anody na poziomie 230 kHU w pełni zabezpiecza potrzeby diagnostyczne typowej pracowni RTG – tym bardziej, że zastosowane komponenty zapewniają skuteczne chłodzenie i automatyczne sterowanie parametrami ekspozycji.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie konfiguracji z generatorem 50kW/250kHz oraz lampą o pojemności cieplnej anody 230kHU.

Odpowiedzi na pytania:

1. W odpowiedzi na pytanie 1. Zamawiający nie zmienia wymagań zapisanych w SWZ w tym zakresie.

*Dyrektor
Aresztu Śledczego w Hajnówce*

płk mgr Roman Paszko

Wykonano w 1 egz.

1. egz. – a/a, wnioskodawca – wiadomość na platformie openNexus

– Zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania