



Znak: AE/ZP-27-28/24

Tarnów, 2024-04-24

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 221.000 EURO) na dostawy: endoprotez stawu: biodrowego, kolanowego, ramiennego, nadgarstkowo-śródręcznego, mieszadeł i cementu kostnego, implantów do zabiegów ortopedycznych, zestawów jednorazowych do płukania ciśnieniowego do endoprotezoplastyki, membran do leczenia ubytków chrzęstnych i kostnych, ostrzy do shavera, drenów do pompy artroskopowej, elektrod do waporyzacji. osprzętu do wieży artroskopowej firmy Arthrex.**

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

- Dotyczy SWZ-** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający akceptuje, że Wykonawca będzie przekazywał faktury VAT za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, co będzie równoznaczne z realizacją przez Wykonawcę wszystkich wskazanych w projekcie umowy obowiązków w zakresie przekazania faktury VAT (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym)? Powyższe postulaty zgodne są z art. 4 ust. 1 wspomnianej powyżej ustawy, na jego podstawie Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy.
- Dotyczy pkt 23.14 b) SWZ – Projektowane postanowienia umowy.** Czy Zamawiający doprecyzuje pkt 23.14 b) SWZ poprzez wskazanie, iż oznaczona tam kara umowna będzie naliczana od wartości brutto zamówionej i niezgodnej z zamówieniem partii towaru. W ocenie Wykonawcy naliczanie kary umownej od całej wartości zamówienia jest niezasadne w sytuacji, gdy naruszenie dotyczy wyłącznie części zamówienia. Konsekwentnie, przedmiotowa kara wprowadza nieproporcjonalną sankcję.
- Dotyczy pkt 23.43, 23.44 SWZ – Projektowane postanowienia umowy.** Czy w celu zapewnienia tożsamyh praw i obowiązków Wykonawcy i Zamawiającego, Zamawiający doprecyzuje pkt 23.43, 23.44 SWZ i wskaże, że opisane tam obowiązku znajdują zastosowanie również do Zamawiającego składającego wniosek o waloryzację.
- Dotyczy pkt 23.44 SWZ – Projektowane postanowienia umowy.** Czy Zamawiający doprecyzuje pkt 23.44 SWZ i wskaże, że dla wykazania zasadności wniosku o waloryzację niezbędne jest wykazanie realnego wpływu zmiany wskaźnika na koszty realizacji umowy.
- Dotyczy pkt 23 SWZ – Projektowane postanowienia umowy.** Pytanie do projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie informacji o terminie na zgłoszenie reklamacji: na: „ W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niewłaściwej ilości lub wad jakościowych zakupionego asortymentu Zamawiający sporządza protokół, który stanowić będzie podstawę do wymiany asortymentu wadliwego na pozbawiony wad. Dla swojej ważności, reklamacja musi zostać zgłoszona pisemnie na formularzu Wykonawcy, w ciągu 24h od chwili powzięcia wiadomości o zaistniałych nieprawidłowościach, na adres email: ..... . Za datę zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień pisemnego zawiadomienia (na podstawie formularza)”?
- Dotyczy pkt 23.14 SWZ – Projektowane postanowienia umowy.** Pytanie do projektu umowy: Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej. Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o obniżenie kar umownych:
  - W pkt 23.14 c) z 25% na 20%
  - „Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w pkt.23.14 SWZ nie może przekroczyć 30% wartości brutto umowy.” na „Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o



których mowa w pkt.23.14 SWZ nie może przekroczyć 20% wartości brutto umowy.”  
UZASADNIENIE: Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji, które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważnością czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c. Biorąc pod uwagę powyższa zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

7. **Dotyczy pkt 23 SWZ – Projektowane postanowienia umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 6** - Czy w pozycji 6. Zamawiający dopuści produkt: Biokompozytowa śruba interferencyjna PLGA z  $\beta$ TCP i siarczanem wapnia o unikatowej, ażurowej konstrukcji, która pozwala na wrastanie kości do środka implantu i jego optymalną przebudowę. Śruba dostępna w średnicach 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm i długościach 20-25-30-35mm?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 7** - Czy w pozycji 7 Zamawiający dopuści produkt: Dwie igły połączone nicią 2.0 do szycia łąkotki metodą inside-outside, 12 szt. w opakowaniu zarejestrowane jako implanty jednorazowe, kompatybilne z zestawem wielorazowych przewodnic, które można doginać. Zestaw zawiera element ułatwiający wprowadzenie igieł w tkanki. Zestaw przewodnic użyczony na czas trwania umowy przetargowej?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 8** - Czy w pozycji 8 Zamawiający dopuści produkt: Sterylne, jednorazowe, gotowe do użycia bez żadnych dodatkowych czynności, narzędzie do przeszywania tkanek miękkich z wstępnie załadowaną igłą, która podczas aplikacji i przejścia przez łąkotkę zakrzywia się ku górze, ciągnąc za sobą nić lub taśmę, a górna szczeka przechwytuje je. Uchwyt pistoletowy ze spustem, bez cyngla. Dostępne proste, zakrzywione w lewo, zakrzywione w prawo.?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 9** - Czy w pozycji 9 Zamawiający dopuści produkt: drut wierzący z miarką co 5 mm ostro zakończony. Dostępny z zamkniętym oczkiem do przeciągania nitki. Sterylny.?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 10** - Czy w pozycji 10 Zamawiający dopuści: Drut wierzący o średnicy 2,4 mm i długości 381 mm. Pakowany pojedynczo. Sterylny. ?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 1** - Czy w pozycji 1 Zamawiający wymaga wariantu z doginaną śródoperacyjnie igłą i podajnikiem?
14. **Dotyczy pkt 23 SWZ – Projektowane postanowienia umowy** - Pytanie do projektu umowy (dotyczy depozytu): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy poniższych zapisów?: Dwa razy w roku Zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia Depozytu Wykonawcy w celu przeprowadzenia inwentaryzacji. W przypadku stwierdzenia braków inwentaryzacyjnych lub stwierdzenia, że raport zużycia został sporządzony, lecz niedostarczony Wykonawcy w terminie, Wykonawca uprawniony jest do wystawienia właściwej faktury. Inwentaryzacje będą każdorazowo uzgadniane z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego. Z przeprowadzonej inwentaryzacji Strony sporządzać będą właściwy protokół.
15. **Dotyczy pkt 23 SWZ – Projektowane postanowienia umowy** - Pytanie do projektu umowy (dotyczy depozytu): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy poniższych zapisów?: Zamawiający zobowiązuje się do bieżącej kontroli terminu ważności produktów będących w Depozycie i zwrotu Wykonawcy dostarczonego i niewykorzystanego towaru nie później niż na co najmniej 30 dni przed upływem daty przydatności do użycia. Wykonawca w takich przypadkach zobowiązany jest do wymiany w ciągu 2 dni roboczych towar na identyczny z terminem przydatności do użycia/ważności/gwarancji.
16. **Dotyczy pkt 23 SWZ – Projektowane postanowienia umowy.** Pytanie do projektu umowy (dotyczy depozytu): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy poniższych zapisów?: Zamawiający zobowiązuje się pobierać z Depozytu towary o najkrótszym terminie ważności, zgodnie z zasadą FEFO (first expired first out).
17. **Dotyczy pkt 23 SWZ – Projektowane postanowienia umowy.** Pytanie do projektu umowy (dotyczy depozytu): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy poniższych zapisów?: W





przypadku gdy Zamawiający nie zwróci towaru przed upływem daty ważności, taki towar będzie potraktowany jako zużyty przez Zamawiającego i Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty za ten towar na zasadach i w terminach opisanych w projekcie umowy

18. **Dotyczy Pakietu 16 poz. 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach: System szycia łąkotek all – inside. Implant o wysokiej wytrzymałości na wyrwanie min 70 N. System zbudowany z dwóch miękkich implantów wykonanych z nici połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią # 2-0 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej . Zastosowanie implantów miękkich pozwala na idealne dopasowanie się do warunków powierzchni tkanki przez co uzyskujemy solidne i pewne mocowanie. Wstępnie zawiązany przesuwny węzeł w osłonie szwu implantu eliminuje konieczność artroskopowego wiązania węzła. Konstrukcja implantu umożliwia kolejne dociągnięcie 2 pojedynczych szwów materacowych. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomicznym narzędziu umożliwiającym wprowadzanie implantu jedną ręką, przy każdej rotacji. Umieszczone w rękojeści pokrętko do implantacji umożliwia jednoręczne i powtarzalne dostarczanie implantów w różnych orientacjach narzędzia. Zrzucenie implantu i przeładowanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Implant wyposażony jest w zintegrowany ogranicznik głębokości 10–18 mm (zwiększane co 2 mm), dostępny jest w czterech różnych opcjach: wygięcie w górę 12 i 24 stopnie, w dół 12 stopni i w wersji prostej. System umożliwia założenie implantów bez wyciągania rękojeści z kolana.
19. **Dotyczy Pakietu 16 poz. 1** - Czy Zamawiający wymaga aby implanty kotwiczące zbudowane były z nici, co ma za zadanie zmniejszyć dolegliwości bólowe u pacjenta po zabiegu?
20. **Dotyczy Pakietu 16 poz. 2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach: System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Płytką z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi o długości 60 mm umożliwiającą zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 13 mm za pomocą wolnych końców taśm wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytką implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę oraz nić #2 w kolorze biało czarnym do obrócenia płytki poza kanałem. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo.
21. **Dotyczy Pakietu 16 poz. 2** - Czy Zamawiający wymaga aby pętla oparta o mechanizm chińskiej pałapki zbudowana była z taśmy celem zmniejszenia przecierania się przeszczepu, co jednocześnie minimalizuje ryzyko jego ponownego zerwania.
22. **Dotyczy Pakietu 16 poz. 3** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach: Podkładka rewizyjna, tytanowa podkładka o rozmiarach 5 mm x 20 mm. Z jednej strony posiada wcięcie umożliwiające nałożenie jej na implant udowy.
23. **Dotyczy Pakietu 16 poz. 4** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę dopuści do oceny produkt o następujących parametrach: Drut wierzący z miarką co 5 mm, zakończony ostrym grotem wierzącym pod płytkę udową. Dostępny z otwartym końcem lub zamkniętym oczkiem do przeciągnięcia nitki Średnica kanału - 4 mm. Sterylny
24. **Dotyczy Pakietu 16 poz. 5** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach: Drut wierzący piszczelowy o średnicy 2,4 mm i długości 311 mm. Pakowany pojedynczo, sterylny
25. **Dotyczy pkt 23.2 ppkt g) SWZ – Projektowane postanowienia umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy poniższego zapisu: Wykonawca będzie weryfikował termin ważności Wyrobów w Magazynie i w razie stwierdzenia, że termin ważności danego Wyrobu upływa za 15 miesięcy, zawiadomi o tym niezwłocznie Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest w ciągu 5 dni od zawiadomienia zweryfikować taką informację oraz w przypadku jej potwierdzenia zwrócić takie Wyroby. W przypadku gdy Zamawiający nie zwróci towaru w ciągu 30 dni taki towar będzie potraktowany jako zużyty przez Zamawiającego i Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty za ten towar na zasadach i w terminach opisanych w § ... Umowy





26. **Dotyczy pkt 23 SWZ – Projektowane postanowienia umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy poniższego zapisu: Zamawiający zobowiązuje się pobierać z Depozytu towary o najkrótszym terminie ważności, zgodnie z zasadą FEFO (first expired first out).
27. **Dotyczy pkt 23 SWZ – Projektowane postanowienia umowy.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą, czy Zamawiający zgodzi się na wystawianie i przysyłanie faktur w formie elektronicznej? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie adresu email, na który faktury mają być wysyłane.
28. **Dotyczy pkt 23.18 SWZ – Projektowane postanowienia umowy.** Prosimy o odstąpienie od zapisu dot. potrącania wysokości kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
29. **Dotyczy pkt 23 SWZ – Projektowane postanowienia umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień za pośrednictwem aplikacji dostępnej dla Zamawiającego? Aplikacja jest dostępna online i nie wymaga dodatkowej instalacji. Taka forma składania zamówień ułatwia cały proces zamawiania i pozwala Zamawiającemu na sprawdzenie statusu złożonego zamówienia. Dodatkowo Zamawiający z poziomu aplikacji ma pełny dostęp i podgląd na cały asortyment znajdujący się w portfolio Wykonawcy. Wykonawca gwarantuje przeszkolenie wskazanego pracownika Zamawiającego w zakresie obsługi aplikacji.

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad. 1**

Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca przekazywał faktury VAT za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, i będzie to równoznaczne z realizacją przez Wykonawcę wszystkich wskazanych w projekcie umowy obowiązków w zakresie przekazania faktury VAT.

**Ad. 2-6, 14-17, 25-26, 28-29**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i wprowadzenie nowych zapisów do punktu 23 SWZ - Projektowane postanowienia umowy.

**Ad. 7**

Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w formie elektronicznej

**Ad. 8**

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 16 poz. 6.

**Ad. 9**

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 16 poz. 7.

**Ad. 10**

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 16 poz. 8.

**Ad. 11**

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 16 poz. 9.

**Ad. 12**

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 16 poz. 10.

**Ad. 13**

Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 16 poz. 1 przedmiotu zamówienia spełniającego wymagania określone w SWZ.

**Ad. 18**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 16 poz. 1 przedmiotu zamówienia opisanego w pytaniu.

**Ad. 19**

Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 16 poz. 1 przedmiotu zamówienia spełniającego wymagania określone w SWZ, z uwzględnieniem dopuszczeń udzielonych na zapytania Wykonawców do SWZ.

**Ad. 20**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 16 poz. 2 przedmiotu zamówienia opisanego w pytaniu.



**Ad. 21**

Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 16 poz. 2** przedmiotu zamówienia spełniającego wymagania określone w SWZ, z uwzględnieniem dopuszczeń udzielonych na zapytania Wykonawców do SWZ.

**Ad. 22**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 16 poz. 3** przedmiotu zamówienia opisanego w pytaniu.

**Ad. 23**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 16 poz. 4** przedmiotu zamówienia opisanego w pytaniu.

**Ad. 24**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 16 poz. 5** przedmiotu zamówienia opisanego w pytaniu.

**Ad. 27**

Zamawiający dopuszcza wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Faktury należy przysyłać na adres: [ksiegowosc@ssz.tar.pl](mailto:ksiegowosc@ssz.tar.pl)



Otrzymują:  
Platforma Zamawiającego  
a/a

Zastępca Dyrektora

*mgr Danuta Nosek*

