

Załącznik nr 1- opis przedmiotu zamówienia ZP-630/2017

Usługa serwisowania i przeglądu dwóch defibrylatorów SAVER ONE, gdzie wymagane jest:

- wykonanie przeglądów technicznych w/w urządzeń, potwierdzonych wystawieniem raportów serwisowych,
- w przypadku stwierdzenia zużycia baterii w defibrylatorze należy dokonać wymiany na nową o tych samych parametrach (oferta cenowa powinna zawierać ewentualny koszt wymiany)
- dostarczenie do każdego z urządzeń dwóch kompletów elektrod (1 kpl. dla dzieci i 1 kpl. dla dorosłych),
- wymiana materiałów i części może odbyć się wyłącznie tylko na fabrycznie nowe, z 24 miesięcznym okresem przydatności do użycia i gwarancji,
- czas realizacji usługi – 10 dni roboczych,