

DZP.271.32.2024-4

Bielsko-Biała, dnia 28.06.2024r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej. Znak sprawy: DZP.271.32.2024**

Uprzejmie informujemy, iż do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie do SWZ o treści :

Zapytanie nr 1:

Pakiet 30, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści gąbkę z żelą myjącym o neutralnym pH dla skóry 5,5, do jednorazowego użycia, wykonaną z włókna poliestrowego, o gramaturze 100 g/m<sup>2</sup> (jest to standardowa gramatura gąbki powszechnie stosowana w polskich szpitalach, która zapewnia odpowiedni komfort mycia pacjenta) i wymiarach 12 x 20 cm x 0,5 cm. Opakowanie jednostkowe 24 szt. Z hypoalergicznym żelą i oznakowaniem na opakowaniu:

- pH 5,5
- testowane dermatologicznie
- skład

Normy europejskie nie stawiają wymogu, aby na opakowaniu musiała być zamieszczona informacja o hypoalergiczności żelu.

Oferowana przez nas myjka produkowana jest zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa pacjenta, co jest potwierdzone wpisem do europejskiego rejestru wyrobów kosmetycznych CPNP (oznacza to, że produkt i wszystkie składniki, zostały przetestowane pod względem bezpieczeństwa stosowania i jest to gwarancją dla Zamawiającego, że użytkuje produkt sprawdzony i zarejestrowany zgodnie z obowiązującym prawem). W związku z tym wymóg posiadania raportu bezpieczeństwa jest bezzasadny i niezgodny z obowiązującymi przepisami, które wyznaczają normy europejskie - czyli posiadanie wpisu do CPNP.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy w SWZ.

Zapytanie nr 2:

Pakiet 30, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści produkt zbliżony i naszym zdaniem skuteczniejszy o następujących parametrach.

Myjka rękawica do mycia ciała pacjenta, z włókna poliestrowego, nasączona mydłem dermatologicznym z ekstraktem z aloesu. Ergonomiczna budowa zapobiega zsunięciu się z ręki w trakcie używania – zwięzana w nadgarstku. Zgrzewana termicznie, dzięki czemu nie działa drażniąco na skórę pacjenta. Możliwość stosowania u niemowląt.

- wymiary: 24 x 17 x 0,3 cm
- ilość: w opakowaniu pojedynczym 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości
- przednia warstwa z mydłem: 100g/m<sup>2</sup> +/- 5%
- tylna warstwa: 50g/m<sup>2</sup> +/- 5%

Z hypoalergicznym żelą i oznakowaniem na opakowaniu:

- pH 5,5

- testowane dermatologicznie
- skład

Normy europejskie nie stawiają wymogu, aby na opakowaniu musiała być zamieszczona informacja o hypoalergicznosci żelu.

Oferowana przez nas myjka produkowana jest zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa pacjenta, co jest potwierdzone wpisem do europejskiego rejestru wyrobów kosmetycznych CPNP (oznacza to, że produkt i wszystkie składniki, zostały przetestowane pod względem bezpieczeństwa stosowania i jest to gwarancją dla Zamawiającego, że użytkuje produkt sprawdzony i zarejestrowany zgodnie z obowiązującym prawem). W związku z tym wymóg posiadania raportu bezpieczeństwa jest bezzasadny i niezgodny z obowiązującymi przepisami, które wyznaczają normy europejskie - czyli posiadanie wpisu do CPNP.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy w SWZ.



**Z-CIA DYREKTORA**  
**ds. Techniczno-Administracyjnych**  
Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego  
Im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej  
*mgr inż. Grzegorz Kubica*