

DZP/213/IM/2025

Tychy, 08.04.2025r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

Dostawa akcesoriów endoskopowych jednorazowego i wielorazowego użytku oraz narzędzi wielorazowych na potrzeby Bloku Operacyjnego Oddziału Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu, nr postępowania: 2/25/ZP/PN

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 5 wymaga, aby stosowany test ureazowy został wyposażony w zintegrowane z tym testem narzędzie służące do całkowicie bezpiecznego i profesjonalnego przenoszenia materiału badanego (biopłatów) na pole reakcyjne testu ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 5 – Test ureazowy - wymaga, aby oferowany test spełniał podstawowe warunki jakościowe dla wyrobów medycznych w postaci certyfikatu ISO 13485 dla wytwórcy oferowanego testu ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 52 - testy ureazowe mokre nowej generacji wykorzystujące płyny zawarte w biopłatach, bez użycia dodatkowej ilości wody ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 139 166 100,00 zł



Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści kleszcze chwytające typ `zab szczura` 2300mm, Średnica: 2,3 mm, Długość: 2300 mm, Kanał roboczy: 2,8 mm, jednorazowego użytku, zintegrowany uchwyt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii jednorazowego użytku bez funkcji rotacji, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,47 mm dla średnicy otwarcia 10mm, 15mm, 24mm i 36mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,3mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, rozwarciu 6,0 i 6,7 mm. Łyzeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą, aligator, aligator z igłą. Dostępne w długościach: 1800mm, 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm. Kolor powleczenia inny dla długości kleszczy przeznaczonych do kolonoskopii oraz inny dla kleszczy przeznaczonych do gastroskopii. Kleszcze z możliwością funkcji biopsji stycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści Pętlę z siatką chwytającą; jednorazowa, owalna, obrotowa, z regulacją wysunięcia. Średnica siatki 30mm, średni-ca 2,5mm osłonki, długość 230mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści Igłę do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w osłonce PTFE, o grubości igły 0,5 mm i głębokości nakłucia 5 mm. Średnica narzędzia 2,3mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Zablockowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Rękojeść igły z czterema plastikowymi wypustkami dla precyzyjnego uchwytu. Ostrze igły szlifowane pod podwójnym kątem dla zwiększenia ostrości narzędzia. Opakowanie handlowe = 10 sztuk

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści pułapkę czterokomorowa a na ssak, jednorazowego użytku; z obrotowym wieczkiem, o długości silikonowej rurki 150mm, z czterema widocznie ponumerowanymi siatkami połączonymi pierścieniem. Możliwość przepuszczenia zasysanej treści z pojemnika z pominięciem siatek. Pakowana

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 139 166 100,00 zł



pojedynczo, każde opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 25 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 22mm x 27mm, z paskiem tekstylnym. Nie zawiera latek-su. Otwory w gumce co 10 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustnik po-siadający wypustki plastikowe na części wewnętrznej zapobiegające przesuwaniu ustnika na użębieniu pacjenta. Sterylizowany tlenkiem etylenu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym rozwarciu 6,0 i 6,7 mm. Łyzeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą, aligator, aligator z igłą. Dostępne w długościach: 1600mm, 1800mm, 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm. Kolor powleczenia niebieski dla długości kleszczy przeznaczonych do kolonoskopii oraz pomarańczowy dla kleszczy przeznaczonych do gastro-skopii. Kleszcze z funkcją biopsji stycznych. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści klipsownicę hemostatyczną z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm i 16mm, stopień zagięcia ramion klipsa 135 stopni, długość narzędzia 2300mm. Uwolniony klips ma postać jednego elementu i pozbawiony jest jakichkolwiek fragmentów mogących się od niego oddzielić po uwolnieniu i tym samym uszkodzić kanał endoskopu. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancerz transportowy. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrukcji użytkowania wyrobu).

Opakowanie handlowe = 10 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy zestaw do opaskowania żyłaków przełyku składający się z: nasadki na endoskop zawierającej 6 opasek lateksowych, opaski niebieskie, przedostatnia przezroczyste, oraz głowicy z nicią nylonową do zrzucania opasek połączoną fabrycznie z pokrętkiem działającym w dwóch kierunkach i pokrętkiem do napinania nici, nasadka z nicią do zrzucania opasek łączona przez przełożenie pętli za pętlę, w

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 139 166 100,00 zł





głowicy port z łącznikiem typu Luer-Lock do przepłukiwania miejsca obliteracji, kompatybilne z endoskopem GIF-H190

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 14

Pakiet nr 8, poz. 1

Czy zamawiający wyraża zgodę na suwmiarkę pomiar 110 mm ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15

Pakiet nr 8, poz. 6 .

Czy zamawiający wyraża zgodę na imadło chirurgiczne typ Hegar dł. 200 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 16

Pakiet nr 8, poz. 9 .

Czy zamawiający wyraża zgodę na raspator typ Cottle dł. 190 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17

Pakiet nr 8, poz. 10

Czy zamawiający wyraża zgodę na młotek waga głowy 560 g, dł. 250 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 18

Pakiet nr 8, poz. 14

Czy zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki naczyniowe typ Adson dł. 180 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19

Pakiet nr 8, poz. 16


Czy zamawiający wyraża zgodę na kościotrzymacz typ Verbrugge dł. 260 mm?

Pozostałe parametry bez zmian

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 139 166 100,00 zł





Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20

Pakiet nr 8, poz. 20

Czy zamawiający może podać długość kościo i żebrotrzymacza?

Odpowiedź:

Długość kościo i żebrotrzymacza 190 mm.

Pytanie nr 21

Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 6

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy częściowej dla pakietu nr 6 z 2 dni roboczych do 5 dni roboczych, z uwagi na wysyłkę asortymentu bezpośrednio z fabryki Producenta z Niemiec.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy częściowej w zakresie pakietu nr 6 do 5 dni roboczych.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający dopuści kleszcze chwytające o śr. 2,3 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie pętli z drutu o średnicy 0,38 mm, średnica otwarcia pętli 10 mm, 15 mm, 25 mm, 30 mm i 35 mm, maksymalna długość oczka pętli 50 mm, średnica osłonki 2,3 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający w pozycji 2 i 9 dopuści zaoferowanie kleszczy z tyżeczkami o długości 3,2 mm, szerokość rozwarcia tyżeczek 7 mm, kolor powleczenia dla kleszczy gastroscopowych pomarańczowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie pętli z siatką o wymiarach 32 mm x 62 mm, długość cewnika 2400 mm.

Odpowiedź:

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 139 166 100,00 zł



Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy 2,3 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie ustników biologicznie czystych, o wymiarach otworu głównego 20 mm x 24 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający dopuści zestaw do opaskowania żyłaków przetyku, jednorazowego użytku, składający się z nasadki na endoskop zawierającej 7 opasek czarnych (zwierających lateks) oraz głowicy z nicią o długości 1650mm do zrzucania opasek połączoną fabrycznie z pokrętłem działającym w dwóch kierunkach i pokrętłem do napinania nici, nasadka z nicią do zrzucania opasek łączona przez przełożenie pętli za pętlę, w głowicy port z łącznikiem Luer-Lock do przepłukiwania miejsca obliteracji, zrzucenie gumki zasygnalizowane mechanicznie i dźwiękowo. Współpracuje z endoskopem o minimalnej średnicy 9,3mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 29

Pakiet nr 1

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści średnicę 2,3 mm? Reszta parametrów zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 30


Prosimy o wyjaśnienie, czy podane niżej parametry narzędzi, przy pełnym zachowaniu funkcjonalności, nie stanowią problemu dla Zamawiającego, a naszej firmie umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty.

1 SUWMIARKA Z NONIUSZ.ZAKR.POMIAR. 80 MM lub 150 MM
9 RASPATOR COTTLE ZAKRZ.OSTRY 190 MM
10 MŁOTEK WAGA GŁOWY 550G ŚR. 40MM DŁ.240MM

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 139 166 100,00 zł





15 KLESZCZE DOTRZYM.KOŚCI KERN 230 MM

16 KOŚCIOTRZYMACZ VERBRUGGE ŚREDNI 260MM

W razie odmowy, prosimy o wyjaśnienie przesłanek medycznych i użytkowych, przemawiających za preferowaniem wyłącznie rozwiązań jak opisanych w SWZ.

Odpowiedź:

1 SUWMIARKA Z NONIUSZ.ZAKR.POMIAR. 80 MM lub 150 MM- Zamawiający nie dopuszcza z uwagi na zakres zabiegów wykonywanych w ramach Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu oraz ergonomii pracy chirurga- suwmiarka z zakresem pomiarowym 80mm jest nie wystarczająca, a zakres 150mm nie będzie wykorzystywany. Zbyt duża różnica w stosunku do parametrów wymaganych

9 RASPATOR COTTLE ZAKRZ.OSTRY 190 MM- Zamawiający dopuszcza.

10 MŁOTEK WAGA GŁOWY 550G ŚR. 40MM DŁ.240MM- Zamawiający nie dopuszcza. Młotek zbyt ciężki w stosunku do procedur, do których jest planowane użycie.

15 KLESZCZE DOTRZYM.KOŚCI KERN 230 MM- Zamawiający dopuszcza.

16 KOŚCIOTRZYMACZ VERBRUGGE ŚREDNI 260MM- Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 31

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia - pakiet nr 7

Dot. pakietu nr 7 poz. 8 - Pojemnik wraz z pokrywą na wodę do płukania endoskopów OLYMPUS MAJ 901 – Z uwagi na sposób pakowania asortymentu w ramach pakietu nr 7 poz. 8, w niepodzielne opakowania handlowe zawierające 3 szt., czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w formularzu asortymentowo-cenowy a następnie ich dostarczanie zgodnie z opakowaniami handlowymi producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 32

Dotyczy projektu umowy (załącznik nr 4 do SWZ) dla pakietu nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu § 5 Dostawy pkt. 8 w następujący sposób:

Wykonawca będzie realizował dostawy częściowe w asortymencie i ilości wskazanej w zamówieniach, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) od otrzymania zamówienia

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 139 166 100,00 zł



Pytanie nr 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu § 5 Dostawy pkt. 13 w następujący sposób:
*Niezrealizowanie dostawy w ciągu **3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku)** od daty przyjęcia zamówienia upoważnia Zamawiającego do dokonania zakupu interwencyjnego u innego Wykonawcy, z uwzględnieniem postanowień § 7 ust. 2 pkt 4) niniejszej umowy, bez obowiązku dodatkowego wezwania Wykonawcy do realizacji dostawy oraz odmowy przyjęcia opóźnionej dostawy.*

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 34

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu § 7 Kary umowne pkt. 2 ppkt. 1) w następujący sposób:

Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

*1) w przypadku zwłoki w realizacji zamówienia w wysokości **2%** wartości netto niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki w realizacji dostawy częściowej*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 35

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu § 7 Kary umowne pkt. 2 ppkt. 2) w następujący sposób:

Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

*2) w wysokości **2%** wartości netto niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki w rozpatrzeniu lub realizacji Reklamacji (§6 ust. 3 lub ust. 6)*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 36

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie:


Pakiet nr 1: Kleszczyki giętkie chwytające:

Kleszczyki 5-zębne z zakończeniem typu „zęby szczura” o śr. 1,8mm, z giętym, pokrytym gumową powłoką
przewodem roboczym o dł. 60 lub 120cm oraz uchwytem typu strzykawkowego.

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 139 166 100,00 zł





Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Powyższe wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SWZ są jej integralną częścią. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania ofert, w tym załączników, druków i wymaganych dokumentów.

**KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
RÓWNOCZEŚNIE PEŁNIĄCA OBOWIĄZKI KIEROWNIKA
DZIAŁU ORGANIZACYJNO PRAWNEGO
Karolina Filipowska**

Sporządziła
Ineta Młynarska
Specjalista ds. Zamówień Publicznych

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 139 166 100,00 zł

