



Piekary Śląskie, dn. 12.03.2024 r.

DZP - 3/2024

**Wyjaśnienia treści SWZ**  
**do wszystkich zainteresowanych**

**dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego**  
**na dostawę wyrobów medycznych**

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

**1.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

**2. Pakiet 9 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz z jednosprężynowym mechanizmem, głębokość 1,8 mm, 23 G w opak. a'100 z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**3. Pakiet 9 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści kieliszki w op. a'90 z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**4. Pakiet 9 poz. 4**

Czy Zamawiający może doprecyzować, czy oczekuje osłonek nawilżanych czy pudrowanych?

Odp. Zamawiający oczekuje osłonek pudrowanych.

**5. Pakiet 9 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 250ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**6. Pakiet 9 poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści rozmiar drenu Redona CH8 – CH18?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**7. Pakiet 9 poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o poj. 250ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**8. Pakiet 9 poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści rozmiar drenu Redona CH8 – CH18?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**9. Pakiet 9 poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści pojemność butelki 400ml?

Odp. Zgodnie z SWZ.

**10. Pakiet 9 poz. 15**

Czy Zamawiający dopuści op. a'100 z odpowiednim przeliczenie ilości opakowań?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**11. Pakiet 9 poz. 21**

Czy Zamawiający dopuści worek w kolorze niebieskim, pojemność 2000 ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**12. Pakiet 9 poz. 24**

Czy Zamawiający dopuści wzierniki uszne w rozm. 2,5 mm, 4 mm?

Odp. Zgodnie z SWZ.

**13. Pakiet 10 poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia dł. 500mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**14. Pakiet 10 poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści dren 100% silikon?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**15. Pakiet 38 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści myjkę w rozm. 12cm x 7,5cm x 2,3cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**16. Pakiet 33 poz. 1**

W nawiązaniu do Państwa odpowiedzi z dnia 6.03.2024 oraz z dnia 08.03.2024r. prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga dostarczenia elektrod neutralnych współpracującym z systemem zabezpieczającym NESSY w aparatach ERBE potwierdzoną dokumentem kompatybilności wydanym przez producenta diatermii ? czyli elektrod neutralnych jednorazowego użytku, dwudzielnych z połówki o powierzchni 85 cm<sup>2</sup> oraz z dodatkową odseparowaną elektrycznie i mechanicznie powierzchnią , powierzchnia 23 cm<sup>2</sup>; elektrody wykonane na włókninie przepuszczalnej; op: 50 szt.?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o.  
PREZES ZARZĄDU

*mgr Małgorzata Szwed*

Z poważaniem  
PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o.  
Wiceprezes Zarządu

*mgr Marcin Baron*

*JS*