



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1
W BEŁŻYCACH**

24-200 Bełżyce, ul. Przemysłowa 44

NIP: 713-28-46-648, **Regon:** 432710721, **Numer KRS:** 0000208113
Bank Spółdzielczy w Nałęczowie, Filia w Bełżycach 96 8733 0009 0015 3113 2000 0010

Bełżyce, dn. 13.05.2025r.

Numer postępowania: ZP/MMJ/17/2025

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy postępowania pn.: **Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku, przyrządów do przetaczania płynów, do żywienia dojelitowego, asortymentu do sterylizacji i tlenoterapii.**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 t.j. ze zmianami), przekazuje treść zapytań do SWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 1

Zadanie 10

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 10 w poz. 3 zaoferowanie wżerników usznych pakowanych po 50 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości tj:

Poz.3 wżernik uszny 2,5 mm - 50 opakowań po 50 sztuk

Poz.3 wżernik uszny 4,0 mm - 50 opakowań po 50 sztuk ?

Reszta parametrów zgodnie z OPZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Czy wykonawca dobrze rozumie, że jeśli producent nie przewidział konieczności transportowania wyrobów medycznych w warunkach kontrolowanych, to informacja o tym powinna być umieszczona w dokumencie przewozu lub dokumentacji zakupu tych produktów?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do momentu zakupu towaru Wykonawca jest jego właścicielem i za niego odpowiada. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek właściwego wykonania dostawy, zamawiający na każdym etapie realizacji umowy może zwrócić się do Wykonawcy o potwierdzenie i udokumentowanie spełniania warunków dotyczących magazynowania lub transportowania oferowanych wyrobów medycznych, zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.

Pytanie nr 3

PAKIET 1, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki do insuliny z tłokiem w kontrastującym kolorze niebieskim i przezroczystym cylindrem? Kolor czerwony wskazuje na konkretnego Producenta, a kolor niebieski tłoka tak samo jak kolor czerwony, daje lepszą wizualizację poziomu płynu.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4**PAKIET 1, poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej z mlecznym tłokiem i przezroczystym cylindrem?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5**PAKIET 1, poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej j.u. ze skalą rozszerzoną i skalowaną na całej długości :2-2,5 ml; 5-6 ml; 10-12 ml; lub 20-22 ml; takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6**PAKIET 1, poz. 4-7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki 2 cz. Luer j.u. z rozszerzoną skalą: 2-3 ml; 5-6 ml; 10-12 ml; lub 20-24 ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7**PAKIET 1, poz. 4-7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki 2 cz. Luer j.u. ze skalą nominalną?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 8**PAKIET 1, poz. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki 2 cz. Luer j.u. 20 ml w opakowaniu 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 9**PAKIET 1, poz. 10-11**

Proszę o dopuszczenie strzykawek na podstawie oświadczenia producenta strzykawek o kompatybilności z wymaganymi pompami, wraz ze wskazaniem na jakim ustawieniu pompy należy używać strzykawek. Oznaczenie takie znajduje się również na każdym opakowaniu jednostkowym strzykawki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 10**PAKIET 1, poz. 15**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki 3 cz. Luer Lock j.u. ze skalą rozszerzoną 5- 6ml; 10 -12 ml?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11**PAKIET 3, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuszcza: Aparat do przetoczeń z precyzyjną regulacją prędkości. Komora kroplowa z kroplomierzem 20 kropli/ mililitr. Odpowietrznik z filtrem. Regulator umiejscowiony na drenie. Regulator w kształcie beczułki tj. cylindra z podwójną skalą

regulacji. Regulacja dla płynów o różnej gęstości: 1 zakres 5-250 ml/h 10 %, 2 zakres 5-200 ml/h 40%. Zakończenie drenu końcówką Luer Lock z zatyczką. Dodatkowo na drenie zacisk. Aparat bez zawartości ftalanów.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12

PAKIET 3, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów posiadającego skalę do pomiaru OCŻ dołączonego osobno?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 13

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (Medical Devices Regulation) MDR, art. 14, pkt 3 Zamawiający wymaga aby dostawy do jego jednostki były realizowane zgodnie z warunkami określonymi przez producenta?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do momentu zakupu towaru Wykonawca jest jego właścicielem i za niego odpowiada.

Pytanie nr 14

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, § 13.1 pkt. g, Zamawiający kontroluje warunki, w jakich odbywał się transport wyrobów medycznych, tj. sprawdza m.in. temperaturę przestrzeni ładunkowej pojazdu, którym wykonano dostawę? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający nie stosuje się do obowiązujących przepisów prawa.

Odpowiedź: Na Wykonawcy spoczywa obowiązek właściwego wykonania dostawy, zamawiający na każdym etapie realizacji umowy może zwrócić się do Wykonawcy o potwierdzenie i udokumentowanie spełniania warunków dotyczących magazynowania lub transportowania oferowanych wyrobów medycznych, zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.

Pytanie nr 15

Prosimy o wyjaśnienie, czy w świetle obowiązujących przepisów prawa, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (Medical Devices Regulation) MDR oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, Zamawiający wymaga realizacji dostaw wyłącznie środkami transportu posiadającymi możliwość dokumentacji temperatury z przestrzeni ładunkowej?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek właściwego wykonania dostawy, a w szczególności: załadunek, transport i rozładunek. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w dostawie towarów Wykonawca ma obowiązek dostarczyć produkt wolny od wad.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zadaniu 1 poz. 2 strzykawkę do insuliny z igłą 0,4x13mm kontrastujący tłok w kolorze białym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zadaniu 1 poz. 1 strzykawkę do tuberkuliny z igłą 0,45x12mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zadaniu 1 poz. 1 strzykawkę do tuberkuliny z nazwą strzykawki i ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w zadaniu 1 poz. 3 Strzykawkę jednorazowego użytku, 3 – częściowa przezroczysty cylinder umożliwiający kontrolę wizualną i **bezbarwny lub biały**, kontrastujący tłok?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w zadaniu 1 poz. 3 Strzykawki jednorazowego użytku, 3 – częściowa ze skalą koloru czarnego ułatwiającą dawkowanie odpowiednio: 2ml – 0,1ml, 5ml – 0,2ml, 10ml – 0,5ml, 20ml – 1,0ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w zadaniu 1 poz. 4, 5, 6, 7 Strzykawki jednorazowego użytku, 2 - częściowe z wyraźną, czytelną i trwałą skalą koloru czarnego, przedłużoną skalę uwzględniającą minimum 20 % rozszerzenia?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w zadaniu 1 poz. 9 strzykawkę typu Janeta 100ml trzyczęściową ze stożkiem ściętym pod kątem 90° usytuowanym centralnie?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w zadaniu 1 poz. 12 strzykawki 3-częściowe 10 ml z zawartością 10 ml roztworu 0,9 % NaCl, z możliwością dostarczenia korka dezynfekcyjnego do strzykawki **z NaCl osobno?**

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w zadaniu 1 poz. 13 strzykawki 3-częściowe, 10 ml z zawartością 5 ml roztworu 0,9 % NaCl, z możliwością dostarczenia korka dezynfekcyjnego do strzykawki **z NaCl osobno?**

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w zadaniu 1 poz. 14 strzykawki 3-częściowe, 10 ml z zawartością 3 ml roztworu 0,9 % NaCl, z możliwością dostarczenia korka dezynfekcyjnego do strzykawki **z NaCl osobno?**

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 26

Czy zamawiający dopuszcza do zaoferowania w zadaniu 1 poz. 15 strzykawkę jednorazowego użytku, 3-częściowa typ luer-lock, **z bezbarwnym lub białym**, kontrastującym tłokiem?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Zadaniu nr 1 poz. 1 strzykawki do tuberkuliny, 3 – częściowe o pojemności 1 ml z igłą jednorazowego użytku, sterylne, z nadrukowaną, wyraźną, czarną podziałką co 0,01ml, tłok wyposażony w czarną, gumową nasadkę zwiększającą szczelność strzykawki oraz płynne przesuwanie. Nazwa strzykawki oraz nazwa producenta umieszczone na opakowaniu pojedynczej sztuki, pakowane jednostkowo, papier-folia. Opakowanie a'100 szt.?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Zadaniu nr 1 poz. 2 strzykawki do insuliny, 3-częściowa o pojemności 1 ml (40 I.U/ml) z igłą jednorazowego użytku, z wyraźną i czytelną skalą ułatwiającą dokładne dawkowanie leku. Tłok wyposażony w gumowe pierścienie gwarantujące całkowite podanie środka oraz płynny przesuw. Nazwa strzykawki oraz nazwa producenta umieszczone na opakowaniu pojedynczej sztuki, pakowane jednostkowo, papier-folia. Opakowanie a'100 szt. ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Zadaniu nr 1 poz. 3 strzykawki jednorazowego użytku, 3 – częściowe, sterylne z wyraźną czytelną skalą koloru czarnego ułatwiającą dawkowanie odpowiednio: 2ml – o 0,1ml, 5ml – 0,2ml, 10ml – 0,5ml, 20 – 1,0ml, przezroczysty cylinder umożliwiający kontrolę wizualną przezroczysty lub biały kontrastujący tłok, uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka, płynny przesuw tłoka dzięki gumowemu uszczelnieniu, zakończenie stożkowe typu luer, nazwa strzykawki lub logo producenta umieszczone na korpusie strzykawki z widoczną datą sterylizacji, z datą ważności, pakowanie 1 szt. papier-folia, opakowanie a'100 szt. w rozmiarach 2ml, 5ml, 10ml i a'50 szt. w rozmiarze 20ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Zadaniu nr 1 poz. 3 strzykawki z rozszerzoną skalą?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 31

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Zadaniu nr 1 poz. 4, 5, 6, 7 strzykawki

jednorazowego użytku, 2-częściowe z przedłużoną skalą uwzględniająca minimum 20 % rozszerzenie pojemności nominalnej?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 32

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Zadaniu nr 1 poz. 11 strzykawki do pomp bursztynowe Luer Lock 50-60ml?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Zadaniu nr 1 poz. 15 strzykawki jednorazowego użytku, 3-częściowa typ luer-lock, sterylna Przezroczysty cylinder umożliwia pełną kontrolę wizualną zawartości, kontrastujący tłok zakończenie typ Luer-lock; Uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka; Płynny przesuw tłoka dzięki gumowemu uszczelnieniu; Kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka; Wyraźna, czytelna i trwała skala koloru czarnego ułatwiająca dawkowanie; Jednorazowego użytku; Niepirogenna, nietoksyczna; Bez zawartości lateksu; Bez zawartości ftalanów; Sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu; Pakowanie 1 szt. blister – pack Opakowanie a'100 szt.?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 34

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Zadaniu nr 2 poz. 6 kieliszki na leki, niesterylne pakowane w opakowania a'80 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości opakowań i zaokrągleniem do pełnego opakowania?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 35

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Zadaniu nr 2 poz. 7 Jednorazową myjkę do mycia ciała w formie rękawicy nasączonej jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonanej w 100% z włókien poliestrowych. Rozmiar 16cm x 23cm, gramatura 80gr/m2. Opakowanie jednostkowe a'50 sztuk z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości opakowań i zaokrągleniem do pełnego opakowania?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Zadaniu nr 2 poz. 22 pojnik dla chorych z dzióbkiem o

pojemności min. 200ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 37

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Zadaniu nr 2 poz. 26 szynę do palców aluminiową w

rozmiarze 500x40 zamiast 500x400?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Zadaniu nr 2 poz. 28 pojemniki histopatologiczne z 10% zbuforowaną formaliną o pojemności 150ml w miejsce 120ml, zakręcane niebieską zakrętką?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Zadaniu nr 2 poz. 28 pojemniki histopatologiczne z 10% zbuforowaną formaliną o pojemnościach 1000ml, 500ml, 250ml i 150ml?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Zadaniu nr 2 poz. 28 pojemniki histopatologiczne z 10% zbuforowaną formaliną zamykane pokrywką wciskaną?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Zadaniu nr 2 poz. 30 jednorazowy czepek do bezwodnego mycia głowy bezzapachowy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 42

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Zadaniu nr 2 poz. 30 jednorazowy czepek do bezwodnego mycia głowy zarejestrowany jako kosmetyk?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 43

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Zadaniu nr 2 poz. 38 wyrób niesterylny?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 44

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w Zadaniu nr 3 poz. 1 przyrządu bez zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 45

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w Zadaniu nr 3 poz. 2 przyrządu do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych wykonany z PCV, bez DEHP, dodatkowy, niezależny regulator przepływu z możliwością ustalenie dokładnego przepływu w zakresie 5-250ml/h (dla gęstości 10%) i 5-200 ml/h (dla gęstości 40%) przeznaczony do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych i lipidów, skala w kolorze zielonym, dren o długości 150cm, dodatkowy post do wstrzyknięć na drenie, jałowy, opakowania folia-papier?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 46

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Zadaniu nr 3 poz. 3 przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z możliwością pomiaru OCŻ, wykonany z PCV, ze skalą -3 do 36m, bez komory kroplowej, kranik trójdrożny umożliwiający zamienne podłączenie przyrządów, opakowanie folia-papier? Opisany oryginalnie przez Zamawiającego wyrób jest nieosiągalny, jego produkcja została zakończona w 1 połowie roku 2024?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga przyrządu z komorą kroplową.

Pytanie nr 47

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Zadaniu nr 3 poz. 8 przyrząd do szybkiego przetaczania krwi wyposażony w pompkę ręczną. Długość ok. 160cm, zacisk rolkowy do regulacji przepływu, szczelinowy zacisk do szybkiego zamknięcia przepływu. Przyrząd bez portu do dodatkowych wstrzyknięć, niepirogenny, sterylny, jednorazowego użytku, bezftalanowy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 48

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Zadaniu nr 4 poz. 2 pojemnik do dobowej zbiórki moczu typu słój, pojemność 2000-2500ml, bez raczki, podziałka co 100ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 49

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Zadaniu nr 4 poz. 3 dreny Thorax dostępne w rozmiarach CH12 – CH36 o długości 490 – 555mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 50

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Zadaniu nr 4 poz. 17 cewniki Foley bez zastawki uniemożliwiającej cofanie moczu do cewnika, natomiast posiadające zastawkę w kanale do napełniania balonu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 51

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Zadaniu nr 4 poz. 18 cewniki Foley z zastawką plastikową, z balonami odpowiednio 3ml w rozmiarze CH6, 3/5ml w rozmiarach CH8 i CH10 (rozmiary CH6, CH8 i CH10 z prowadnicą) oraz 5-10ml w rozmiarach CH12-24?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 52

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Zadaniu nr 4 poz. 26 woreczki na mocz dla dzieci:

dziewczynek i chłopców bez gąbki, ze skalą pomiarową?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 53

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Zadaniu nr 4 poz. 34 port bezigłowy do

iniekcji - bezigłowa zastawka, objętość wypełnienia 0,09 ml. Przepływ >1000 ml/ 10 min przy 0,9% roztworze NaCl. Przestrzeń martwa: 0,001 ml. Wytrzymuje ciśnienie 3,1 bara (45PSI)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 54

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Zadaniu nr 4 poz. 38 precyzyjny regulator ze skalą w kolorze zielonym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 55

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Zadaniu nr 4 poz. 38 precyzyjny regulator z drenem o długości ok. 50cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 56

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Zadaniu nr 4 poz. 43 przyrząd do aspiracji Mini – Spike produkowany przez firmę B.Braun bez zaworu bezigłowego ale z zastawką bezzwrotną?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 57

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Zadaniu nr 4 poz. 46 elektrody do EKG jednorazowego użytku ze stykiem Ag/AgCl i podłożem piankowym, specjalny żel stały do długotrwałego użytku, rozmiar 45x22, złącze zatrzaskowe?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 58

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Zadaniu nr 4 poz. 49 elektrody do EKG jednorazowego użytku do Holtera ze stykiem Ag/AgCl i podłożem piankowym, zawiera żel stały lub półpłynny (do wyboru Zamawiającego), silnie przylepna, rozmiar 52x46, złącze zatrzaskowe?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 59

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Zadaniu nr 5 poz. 1 kaniule dożylnie wykonane z FEP i PUR (do wyboru przez zamawiającego przy każdorazowym zamówieniu - dotyczy rozmiarów 14- 22G), z zastawką antyzwrotną lub filtrem hydrofobowym, z dodatkowym portem iniekcyjnym zabezpieczonym koreczkiem, koreczek w kolorze odpowiadającym międzynarodowemu kodowi rozmiarów. Cewnik kontrastujący w RTG, dopasowujący się do naczynia pod wpływem temperatury. Na opakowaniu umieszczone wszystkie parametry kaniuli : rozmiar , średnica zew., długość kaniuli. Opakowanie jednostkowe typu TYVEK lub blister-pack. Wszystkie rozmiary jednego producenta. W rozmiarach:

14G, 2,1x 45mm, przepływ min. 270ml/min kolor pomarańczowy;

26G, 0,6x19mm, przepływ max. 10ml/min kolor fioletowy;
24G, 0,7x19mm, przepływ max. 18ml/min kolor żółty;
22G, 0,9x25mm, przepływ max. 33ml/min kolor niebieski;
20G, 1,1x32mm, przepływ min. 55ml/min kolor różowy;
18G, 1,3x45mm, przepływ min. 85ml/min kolor zielony;
17G, 1,5x45mm, przepływ min. 140ml/min kolor biały;
16G, 1,8x45mm, przepływ min. 200ml/min kolor szary?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 60

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Zadaniu nr 5 poz. 2 kaniule dożylnie obwodowe wykonane z poliuretanu, posiadające port boczny, samozamykający się zawór portu górnego, jałowa, nietoksyczna z kontrastem RTG (6 linii RTG), posiadające filtr hydrofobowy, kod identyfikujący na opakowaniu, wbudowany plastikowy lub metalowy element bezpieczeństwa pasywnego nakrywający igłę po wyjęciu w celu zapobiegania przypadkowemu nakłuciu w rozmiarach:

- 24G, 0,7x19mm, przepływ max. 18ml/min kolor żółty;
22G, 0,9x25mm, przepływ max. 33ml/min kolor niebieski;
20G, 1,1x32mm, przepływ min. 55ml/min kolor różowy;
18G, 1,3x45mm, przepływ min. 85ml/min kolor zielony;
16G, 1,8x45mm, przepływ min. 200ml/min kolor szary?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 61

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Zadaniu nr 5 poz. 3 kaniule dożylnie obwodowe wykonane z poliuretanu, bez portu bocznego, jałowa, nietoksyczna z kontrastem RTG (6 linii RTG), posiadające filtr hydrofobowy, kod identyfikujący, wbudowany plastikowy przezroczysty lub metalowy element bezpieczeństwa pasywnego nakrywający igłę po wyjęciu w celu zapobiegania przypadkowemu zakłuciu, 24G-żółta (0,7x19mm) przepływ 18ml/min.; 22G-niebieska (0,9x25mm) przepływ 36ml/min.; 20G-różowa (1,1x32mm) przepływ 55ml/min. ; 18G-zielona (1,3x45mm) przepływ 85ml/min. ; 16G-szara (1,8x45mm) przepływ 200ml/min. ; 14G-pomarańczowa (2,1x45mm) przepływ 270ml/min. Opakowanie jednostkowe typu blister-pack. Wszystkie rozmiary jednego producenta. Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 62

Zadanie 1, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową 2ml z rozszerzeniem skali do 3ml?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 63

Zadanie 1, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową 5ml z rozszerzeniem skali do 6ml?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 64

Zadanie 1, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową 10ml z rozszerzeniem skali do 12ml?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 65

Zadanie 1, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową 20ml z rozszerzeniem skali do 24ml?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 66

Zadanie 1, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'100 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 67

Zadanie 1, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'25 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 68

Zadanie 1, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'25 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 69

Zadanie 1, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do pomp infuzyjnych z rozszerzeniem do 60ml?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 70

Zadanie 1, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'25 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 71

Zadanie 1, pozycja 14 - Czy Zamawiający może uściślić czy w tej pozycji wymaga strzykawki 10 ml z zawartością 5ml czy strzykawkę 10 ml z zawartością 3ml?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga strzykawki 10 ml z zawartością 3 ml.

Pytanie nr 72

Zadanie 2, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści wyłącznie folię ratunkową 160x210cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 73

Zadanie 2, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści patyczki do wymazów pakowane pojedynczo?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 74

Zadanie 2, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'1 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 75

Zadanie 2, pozycja 10- Czy Zamawiający dopuści patyczki do wymazów pakowane a'2?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 76

Zadanie 2, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'2 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 77

Zadanie 2, pozycja 10- Czy Zamawiający dopuści patyczki do wymazów pakowane a'10?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 78

Zadanie 2, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'10 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 79

Zadanie 2, pozycja 26 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'10 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 80

Zadanie 2, pozycja 27 - Czy Zamawiający dopuści szyny 150cm w miejsce szyn 180cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 81

Zadanie 2, pozycja 30 - Czy Zamawiający dopuści jednorazowy czepek do bezwodnego mycia głowy zarejestrowany jako wyrób kosmetyczny?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 82

Zadanie 2, pozycja 34 - Czy Zamawiający dopuści papierki podbródkowe o długości 12cm oraz z rozstawem otworów 9cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 83

Zadanie 2, pozycja 39 - Czy Zamawiający dopuści etui na rejestratory Holtera bez możliwości regulacji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 84

Zadanie 2, pozycja 40 - Czy Zamawiający dopuści kompres w rozmiarze:

19x12cm zamiast 18x12cm,

16x26cm zamiast 18x 20cm,

12x29cm zamiast 18x28cm,

30x40cm zamiast 18x48cm,

7,5x 52cm zamiast 18x48cm,

21x38cm zamiast 28x34cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 85

Zadanie 2, pozycja 41 - Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii o parametrach:

- Zapewniają optymalną ochronę przed promieniowaniem poprzez specjalną osłonę na oczy chroniącą je przed szkodliwym działaniem światła
- Doskonale dopasowują się do każdego kształtu główki, dzięki specjalnym, regulowanym zakładkom
- Odpowiedni kształt okularów (litera Y) uniemożliwia ich przesuwanie się podczas fototerapii
- Wykonane z miękkiego materiału, zmniejszają ryzyko podrażnienia delikatnej skóry dziecka
- Dostępne w 3 rozmiarach S, M, L
- Bez lateksu
- Bez ftalanów
- Niesterylne
- Opakowanie jednostkowe: papier/folia
- Pakowane a'100 szt.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 86

Zadanie 2, pozycja 41

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'100 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 87

Zadanie 3, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji pakowany folia-papier?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 88

Zadanie 3, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych o parametrach:

1. wykonany z wysokiej jakości materiałów, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, co gwarantuje bardzo wysoką jakość i bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie
2. dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami
3. regulacja od 5 do 250 ml/h (granatowe cyfry na białym tle) dla lepkości poniżej 10% oraz regulacja od 5 do 200 ml/h (białe cyfry na granatowym tle) dla lepkości 10%-40%
4. możliwość całkowitego zamknięcia (OFF) i otwarcia (ON) przepływu
5. odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (niebieską) klapką
6. komora kroplowa oraz dren wykonane z PCV bez zawartości ftalanów
7. kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml $\pm$ 0,1 ml;
8. filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15 μ m
9. miękki i elastyczny dren o długości min. 180 cm z dodatkowym portem do podawania leków
10. uniwersalne zakończenie luer-lock zabezpieczone koreczkiem AirPass z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu
11. precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą i zaczep na dren do podwieszenia
12. oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami
13. jednorazowego użytku
14. niepirogenny, nietoksyczny
15. nie zawiera lateksu

- 16. nie zawiera ftalanów
- 17. sterylizowany tlenkiem etylenu
- 18. termin ważności: 3 lata
- 19. opakowanie jednostkowe typu folia-papier z kolorowym kodem(niebieskim) identyfikującym rodzaj przyrządu

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 89

Zadanie 3, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści przedłużacz pakowany w opakowanie papier-folia?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 90

Zadanie 3, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do szybkiego przetaczania krwi o łącznej długości około 160cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 91

Zadanie 4, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści pojemnik do dobowej zbiórki moczu skalowany co 100ml?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 92

Zadanie 4, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści cewnik typu THORAX podwójnie pakowany: zewnątrz papier/folia, wewnątrz folia?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 93

Zadanie 4, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści cewnik typu THORAX z nitką RTG na całej długości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 94

Zadanie 4, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści cewnik typu THORAX w rozmiarach CH16-CH 22 o długości 49cm oraz CH24 – CH36 o długości 55cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 95

Zadanie 4, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści cewnik wykonany z poliamidu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 96

Zadanie 4, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści cewnik do kontrolowanego odsysania z łącznikiem jak poniżej



?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 97**Zadanie 4, poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści cewniki z otworami naprzemianległymi, spełniające pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 98**Zadanie 4, poz. 16-17**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przedłużaczy z osobno pakowanym uniwersalnym łącznikiem schodkowym  ? Dwa produkty o zakończeniu lejkwatym



nie są w stanie się połączyć.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 99**Zadanie 4, poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz tlenowy o długości 4260mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 100**Zadanie 4, poz. 16**

Czy Zamawiający dopuści cewniki urologiczne dla noworodków w rozmiarach CH 4, CH 6 i CH 8 (są to cewniki dostarczane dotychczas)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 101**Zadanie 4, poz. 16**

Czy Zamawiający dopuści cewniki urologiczne dla noworodków w rozmiarach CH 4, CH 6 (są to cewniki dostarczane dotychczas) ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 102**Zadanie 4, poz. 18**

Czy Zamawiający dopuści cewnik urologiczny typu Foley lateks obustronnie silikonowany, z przewodnicą wyłącznie dla rozmiarów od CH 6 do CH 10, balon 5-10 ml dla rozmiarów CH 8 do CH 10?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 103**Zadanie 4, poz. 20**

Czy Zamawiający dopuści dren T-Khera pakowany podwójnie: papier-folia oraz perforowana folia?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 104**Zadanie 4, poz. 21**

Czy Zamawiający dopuści dren Redona pakowany podwójnie: folia-papier oraz folia?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 105**Zadanie 4, poz. 23**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'50 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 106

Zadanie 4, poz. 25

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'10 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 107

Zadanie 4, poz. 26

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'100 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 108

Zadanie 4, poz. 28

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania z drenem o średnicy 5,6/8,0 mm, bez opaski stabilizującej dren, natomiast opakowanie wewnętrznie skutecznie uniemożliwia przesuwanie się drenu wewnątrz opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 109

Zadanie 4, poz. 29

Czy Zamawiający dopuści dren łączący do odsysania z drenem o średnicy 5,6/8,0 mm, bez opaski stabilizującej dren, natomiast opakowanie wewnętrznie skutecznie uniemożliwia przesuwanie się drenu wewnątrz opakowania, podwójnie pakowany: folia, folia-papier?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 110

Zadanie 4, poz. 30

Czy Zamawiający dopuści dren łączący do odsysania z drenem o średnicy 5,6/8,0 mm, bez opaski stabilizującej dren, natomiast opakowanie wewnętrznie skutecznie uniemożliwia przesuwanie się drenu wewnątrz opakowania, podwójnie pakowany: folia, folia-papier?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 111

Zadanie 4, poz. 31

Czy Zamawiający dopuści dren łączący do odsysania bez opaski stabilizującej dren, natomiast opakowanie wewnętrznie skutecznie uniemożliwia przesuwanie się drenu wewnątrz opakowania, podwójnie pakowany: folia, folia-papier?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 112

Zadanie 4, poz. 32

Czy Zamawiający dopuści dren łączący do odsysania z drenem o średnicy 5,6/8,0 mm, bez opaski stabilizującej dren, natomiast opakowanie wewnętrznie skutecznie uniemożliwia przesuwanie się drenu wewnątrz opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 113

Zadanie 4, poz. 33

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'250 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 114

Zadanie 4, poz. 34

Czy Zamawiający dopuści porty bezigłowe

- Obudowa wykonana z transparentnego materiału – poliwęglanu

- Wysokiej jakości silikonowa membrana pozwala na wielokrotne iniekcje portu
- Płaska powierzchnia wstrzyknięcia – gładko i równo zakończona membrana portu ułatwiająca dezynfekcję
- Nie zawiera metalu, może być stosowany podczas badania MRI
- Zakończenie męskie portu typu transparentny zabezpieczone aplikatorem umożliwiającym jałowe wyciągnięcie z opakowania
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Czas użytkowania 7 dni lub 350 aktywacji
- Okres ważności: 3 lata
- Objętość wypełnienia 0,09ml
- Wysoki przepływ 350ml/min
- Wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego 3 bary (44 PSI)
- Wytrzymałość na ciśnienie zwrotne 2 bary (29 PSI)
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Opakowanie jednostkowe: papier-folia
- Ilość w opakowaniu : 100 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 115

Zadanie 4, poz. 38

Czy Zamawiający dopuści precyzyjny regulator przepływu z granatowymi cyframi na białym tle oraz z białymi cyframi na granatowym tle?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 116

Zadanie 4, poz. 41

Czy Zamawiający dopuści kraniki trójdrożne z wyraźnym optycznym identyfikatorem pozycji otwarty-zamknięty?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 117

Zadanie 4, poz. 42

Czy Zamawiający dopuści kraniki trójdrożne z wyraźnym optycznym identyfikatorem pozycji otwarty-zamknięty?

Pytanie nr 118

Zadanie 4, poz. 41-42

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'50 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 119

Zadanie 4, poz. 43

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do aspiracji leków z opakowań wielodawkowych z filtrem 0,1 µm

Łatwy w obsłudze, ergonomiczny kształt
 Korpus z ABS-u (Chemo – kopolimer) z radełkowaną powierzchnią, zapewniającą pewny chwyt
 Ostry kolec biorczy o dł. 20 mm, umożliwiający szczelne i bezpieczne połączenie z pojemnikami o różnej pojemności
 Wyżłobienie kolca biorczego na dł. 10 mm, gwarantujące całkowite opróżnienie pojemnika
 Szczelna zatyczka samozatraskowa z PP zabezpieczająca łącznik przed zanieczyszczeniem
 Dostępny w wersji z filtrem bakteryjnym (powietrza) oraz w wersji z filtrem bakteryjnym (powietrza) i cząsteczkowym (płynu)
 Filtr bakteryjny chroni przed skażeniem mikrobiologicznym oraz przed działaniem szkodliwych aerozoli
 Filtr cząsteczkowy stanowi skuteczną barierę chroniącą leki, płyny przed zanieczyszczeniem
 Łącznik luer lock żeński kompatybilny z wyrobami o zakończeniu luer lub luer lock męski
 Pozbawiony lateksu, PCV oraz ftalanów
 Wyrób niepirogenny
 Jednorazowego użytku
 Sterylizowany tlenkiem etylenu
 Pakowanie: 1 sztuka/ papier-folia

?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 120

Zadanie 4, poz. 43

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do aspiracji leków z opakowań wielodawkowych z filtrem 0,45 µm

- Łatwy w obsłudze, ergonomiczny kształt
- Ostry kolec biorczy o dł. 20 mm, który zapewnia szczelne i bezpieczne połączenie z pojemnikami o różnej pojemności
- Wyżłobienie kolca biorczego na dł. 10 mm, co gwarantuje całkowite opróżnienie pojemnika
- Korpus z radełkowaną powierzchnią, zapewniający pewny chwyt
- Szczelna zatyczka samozatraskowa zabezpieczająca łącznik przed zanieczyszczeniem
- Zastawka zabezpieczająca przed wyciekami płynu z pojemnika po odłączeniu strzykawki
- Wersja z zieloną zatyczką wyposażona jest w filtr bakteryjny 0,45µm, który chroni przed skażeniem mikrobiologicznym oraz przed działaniem szkodliwych aerozoli
- Wersja z niebieską zatyczką wyposażona jest w filtr bakteryjny 0,45µm oraz filtr cząsteczkowy 5µm, który stanowi skuteczną barierę chroniącą leki, płyny przed zanieczyszczeniem
- Pasuje do standardowych złączy luer oraz luer-lock
- Wyrób apirogenny
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Nie zawiera PVC
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Jednorazowego użytku
- Pakowanie: 1 sztuka/ papier-folia
- Termin przydatności do użycia: 5 lat od daty produkcji

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 121

Zadanie 4, poz. 45

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'50 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 122

Zadanie 4, poz. 46

Czy Zamawiający dopuści elektrodę do EKG w rozmiarze 48 x 36mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 123

Zadanie 4, poz. 46

Czy Zamawiający dopuści elektrodę do EKG okrągłą o średnicy 36mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 124

Zadanie 4, poz. 48

Czy Zamawiający dopuści elektrodę do EKG okrągłą o średnicy 48mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 125

Zadanie 4, poz. 48

Czy Zamawiający dopuści elektrodę do EKG okrągłą o średnicy 54mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 126

Zadanie 4, poz. 49

Czy Zamawiający dopuści elektrodę do EKG z żelem mokrym i stałym 34 x 48mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 127

Zadanie 4, poz. 49

Czy Zamawiający dopuści elektrodę do EKG żelem mokrymi stałym 42 x 56 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 128

Zadanie 4, poz. 51

Czy Zamawiający dopuści elektrody typ LIFEPAK dla dorosłych o powierzchni aktywnej 148cm², rozmiar 150 mm x 120 mm, dla dzieci o powierzchni aktywnej 75cm², rozmiar 105mm x 90 mm oraz z odpornością do 5 kolejnych obciążeń defibrylacji na 360J?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 129

Zadanie 4, poz. 52

Czy Zamawiający dopuści elektrody typ LIFEPAK dla dorosłych o powierzchni aktywnej 148cm², rozmiar 150 mm x 120 mm, dla dzieci o powierzchni aktywnej 75cm², rozmiar 105mm x 90 mm oraz z odpornością do 5 kolejnych obciążeń defibrylacji na 360J?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 130

Zadanie 4, poz. 53

Czy Zamawiający dopuści filtr bakteryjno-wirusowy dla dorosłych

Tworzywa:

- obudowa: SBC / PP
- medium filtracyjne: PP
- zatyczka portu CO₂: PE

Parametry:

- objętość oddechowa (V_T): 300 – 1500 ml
- przestrzeń martwa: 45 ml
- waga: 29 g
- skuteczność bakteryjna: 99,9999%
- skuteczność wirusowa: 99,9995%
- opór przepływu:

wartość przepływu	faza wdechu	faza wydechu
0,5 l / s	1,4 hPa	1,3 hPa
1,0 l / s	3,3 hPa	3,2 hPa
1,5 l / s	5,5 hPa	5,4 hPa

- połączenia: 22F / 15M – 22M / 15F
- port CO₂ zabezpieczony koreczkiem luer lock
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- jednorazowego użytku
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- opakowanie: folia / papier

?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 131

Zadanie 4, poz. 54

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy

- Wykonany z wysokiej jakości EVA oraz PP
- Uniwersalne połączenie 22M/15F oraz 22F umożliwiające podłączenie do kompatybilnych produktów oraz urządzeń do wentylacji mechanicznej lub aparatu do znieczulenia
- Regulowana długość obwodu umożliwiająca dopasowanie długości układu oddechowego oraz optymalizację przestrzeni martwej
- Rozciągliwe ramiona o długości maksymalnej 160 cm, połączone łącznikiem Y
- Rozłączalne kolanko z portem Luer-Lock z koreczkiem
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka / papier-folia

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 132

Zadanie 4, poz. 55

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy o długości 200cm, dodatkowa rura o długości 160cm oraz wykonany z PP i EVA?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 133

Zadanie 4, poz. 57

Czy Zamawiający dopuści resuscytator o parametrach:

W skład zestawu wchodzi:

- resuscytator
- maska anestetyczna z nadmuchiwanym kołnierzem
- rezerwuuar tlenu
- przewód tlenowy
- Worek samorozprężalny
- Ergonomiczny kształt oraz porowata powierzchnia worka umożliwiając pewny chwyt
- Konstrukcja umożliwiająca zmniejszenie rozmiaru podczas przechowywania/transportu
- Zastawki wykonane z silikonu
- Wszystkie modele wyposażone w zawór ograniczający ciśnienie wykonany z wytrzymałego poliwęglanu
- Maska anestetyczna z nadmuchiwanym kołnierzem z zaworem umożliwiającym dostosowanie stopnia wypełnienia maski do indywidualnych potrzeb pacjenta
- Przezroczyste sklepienie maski pozwala na ciągłą obserwację stanu pacjenta
- Rezerwuuar tlenu wykonany z EVA i PP o pojemności 1600 ml dla rozmiarów pediatrycznych, 2000 ml dla dorosłych
- Dren tlenowy o długości 210 cm wzmocniony paskami wzdłużnymi na całej długości, odporny na zagięcia
- Wystandaryzowane złącze pacjenta 15F/22M
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Jednorazowego użytku
- Niesterylne
- Termin ważności: 3 lata
- Pakowanie podwójne: 1 sztuka/folia i kartonik

>33 kg
5
≥600 ml
1600 ± 200 ml
320 x 132 mm
600 g
60 cm H ₂ O
(zgodnie z ISO 10651-4
40-60 cm H ₂ O)

?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**Pytanie nr 134****Zadanie 4, poz. 58**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator o parametrach:

W skład zestawu wchodzi:

- resuscytator
- maska anestetyczna z nadmuchiwanym kołnierzem
- rezerwuuar tlenu
- przewód tlenowy
- Worek samorozprężalny
- Ergonomiczny kształt oraz porowata powierzchnia worka umożliwiając pewny chwyt
- Konstrukcja umożliwiająca zmniejszenie rozmiaru podczas przechowywania/transportu
- Zastawki wykonane z silikonu
- Wszystkie modele wyposażone w zawór ograniczający ciśnienie wykonany z wytrzymałego poliwęglanu
- Maska anestetyczna z nadmuchiwanym kołnierzem z zaworem umożliwiającym dostosowanie stopnia wypełnienia maski do indywidualnych potrzeb pacjenta
- Przezroczyste sklepienie maski pozwala na ciągłą obserwację stanu pacjenta
- Rezerwuuar tlenu wykonany z EVA i PP o pojemności 1600 ml dla rozmiarów pediatrycznych, 2000 ml dla dorosłych
- Dren tlenowy o długości 210 cm wzmocniony paskami wzdłużnymi na całej długości, odporny na zagięcia
- Wystandaryzowane złącze pacjenta 15F/22M
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Jednorazowego użytku
- Niesterylne
- Termin ważności: 3 lata
- Pakowanie podwójne: 1 sztuka/folia i kartonik

10 kg ~ 33 kg
2
≥150 ml
500 ± 200 ml
245 x 95 mm
410 g
40 cm H ₂ O
(zgodnie z ISO 10651-4
30-45 cm H ₂ O)

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**Pytanie nr 135****Zadanie 4, poz. 59**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator o parametrach:

W skład zestawu wchodzi:

- resuscytator
- maska anestetyczna z nadmuchiwanym kołnierzem
- rezerwuár tlenu
- przewód tlenowy
- Worek samorozprężalny
- Ergonomiczny kształt oraz porowata powierzchnia worka umożliwiającą pewny chwyt
- Konstrukcja umożliwiająca zmniejszenie rozmiaru podczas przechowywania/transportu
- Zastawki wykonane z silikonu
- Wszystkie modele wyposażone w zawór ograniczający ciśnienie wykonany z wytrzymałego poliwęglanu
- Maska anestetyczna z nadmuchiwanym kołnierzem z zaworem umożliwiającym dostosowanie stopnia wypełnienia mankieta do indywidualnych potrzeb pacjenta
- Przezroczyste sklepienie maski pozwala na ciągłą obserwację stanu pacjenta
- Rezerwuár tlenu wykonany z EVA i PP o pojemności 1600 ml dla rozmiarów pediatrycznych, 2000 ml dla dorosłych
- Dren tlenowy o długości 210 cm wzmocniony paskami wzdlużnymi na całej długości, odporny na zagięcia
- Wystandaryzowane złącze pacjenta 15F/22M
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Jednorazowego użytku
- Niesterylny
- Termin ważności: 3 lata
- Pakowanie podwójne: 1 sztuka/folia i kartonik

≤10 kg
1
≥20 ml
340 ± 100 ml
240 x 75 mm
350 g
40 cm H ₂ O (zgodnie z ISO 10651-4 30-45 cm H ₂ O)

?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**Pytanie nr 136****Zadanie 5, poz. 1.1**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną wykonaną z FEP 14G 2,0 x 45mm, przepływ 305ml/min oraz kaniulę wykonaną z PUR z filtrem hydrofobowym 14G 2,0 x 45, przepływ 305ml/min?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**Pytanie nr 137****Zadanie 5, poz. 1.2**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną wykonaną wyłącznie z FEP 26G 0,6 x 19mm, przepływ 175ml/min?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**Pytanie nr 138****Zadanie 5, poz. 1.2**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną wykonaną z FEP 26G 0,6 x 19mm, przepływ 17ml/min oraz kaniulę dożylną wykonaną z PUR z filtrem hydrofobowym 24G 0,7 x 19, przepływ 23ml/min?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**Pytanie nr 139****Zadanie 5, poz. 1.3**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną wykonaną z FEP 24G 0,7 x 19mm, przepływ 23ml/min oraz kaniulę dożylną wykonaną z PUR z filtrem hydrofobowym 24G 0,7 x 19, przepływ 23ml/min?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**Pytanie nr 140****Zadanie 5, poz. 1.4**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną wykonaną z FEP 22G 0,9 x 25mm, przepływ 36ml/min oraz kaniulę dożylną wykonaną z PUR z filtrem hydrofobowym 22G 0,9 x 25, przepływ 36ml/min?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**Pytanie nr 141****Zadanie 5, poz. 1.5**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną wykonaną z PUR z filtrem hydrofobowym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 142

Zadanie 5, poz. 1.6

Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną wykonaną z FEP 17G 1,5 x 45mm, przepływ 142ml/min oraz kaniulę dożylną wykonaną z PUR z filtrem hydrofobowym 22G PUR 17G 1,5 x 45mm, przepływ 142ml/min?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 143

Zadanie 5, poz. 1.7

Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną wykonaną z PUR z filtrem hydrofobowym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 144

Zadanie 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'100 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 145

Zadanie 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'120 szt. wraz z przeliczeniem ilości

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 146

Zadanie 9, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści podstawkę pod basen głęboki z możliwością dezynfekcji powszechnie używanymi do tego celu środkami, bez powłoki przeciwbakteryjnej zawierającej dodatek na bazie srebra?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 147

Zadanie 9, poz. 4

Czy Zamawiający pisząc „podstawka pod basen głęboki typu Biomaster” ma na myśli podstawkę z powłoką antybakteryjną zawierającą dodatek na bazie srebra?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje podstawki z powłoką zawierającą dodatek na bazie srebra.

Pytanie nr 148

Zadanie 10, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści lusterko laryngologiczne bez możliwości podgrzania i formowania i pakowane a'100 szt.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 149

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 11?

Próżnościąg położniczy jednorazowego użytku, jałowy, do zastosowania przy wspomaganym porodzie drogą pochwową oraz przy cesarskim cięciu. Posiada ergonomiczny uchwyt ze wskaźnikiem wartości wytworzonej próżni w postaci podziałki i zawór zwalniający próżnię oraz atraumatyczną półtwardą miseczkę o średnicy 50mm, która wygina się do 90° w każdym kierunku.

Po prawidłowym ustawieniu urządzenia, pompka ręczna połączona z uchwytem wytwarza podciśnienie, które jest przykładane do głowy płodu. Kolorowy stopniowany wskaźnik

podciśnienia znajdujący się w uchwycie daje precyzyjne wskazanie podciśnienia. Elastyczna linka zapewnia swobodę ruchów i orientację, zapewniając skuteczną trakcję w tempie skurczów matki.

skład zestawu:

- pompka ręczna,
- wbudowany przycisk zwalniania próżni: położenie przycisku uniemożliwia przypadkowe zwolnienie próżni,
- czytelny wskaźnik siły ciągnięcia z podziałką umożliwiającą odczyt siły ciągnięcia w dwóch skalach: kg i lbs;
- czytelny wskaźnik wartości próżni w postaci obrotowego prostopadłościanu z podziałką; na każdej z 4 ścian wskaźnika znajduje się inna skala; wymagane są cztery skale: mm Hg, in Hg, kPa, bar;
- na słupku z podziałkami wyraźnie zaznaczone zakresy ciśnienia: początkowego(kolorem żółtym): służącego do sprawdzenia, czy mocowanie jest prawidłowe, operacyjnego (kolorem zielonym), ciśnienia zbyt wysokiego (kolorem czerwonym),
- cięgło giętkie, elastyczne, pozwalające na swobodne wykonywanie ruchów
- końcówka w kształcie miseczki o niskim profilu, delikatnych brzegach w celu zabezpieczenia przed ewentualnym zranieniem płodu (uniwersalna dla wszystkich rodzajów przodowania) z rączką zaciskową w celu ułatwienia jej wkładania;
- przewód ssący znajdujący się w tej samej płaszczyźnie co miseczka, pozwalający na odpowiednie umieszczenie miseczki przy nieprawidłowych ułożeniach płodu.



Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 150

Zadanie nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opakowanie folia-papier?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 151

Zadanie nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści skalę w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 152

Zadanie nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści skalę 5-35 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 153

Zadanie nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści komorę kroplową o długości min. 4 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 154

Zadanie nr 3 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści komorę kroplową o wielkości min. 45 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 155

Zadanie nr 3 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści komorę bez skrzydełek dociskowych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 156

Zadanie nr 3 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści opakowanie folia-papier?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 157

Zadanie nr 3 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści przyrząd o długości 160 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 158

Zadanie nr 4 poz. 13

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania przedłużacza tlenowego o długości 2100 mm oraz 3000 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 159

Zadanie nr 4 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści cewnik w rozmiarach 3,5CH, 4CH, 5CH?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 160

Zadanie nr 4 poz. 29, 30, 31, 32

Czy Zamawiający dopuści pakowane tak jak w pozycji 28, tj. opakowanie foliowe + opakowanie folia/papier oraz dren dodatkowo zabezpieczony opaską foliową?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 161

Zadanie nr 4 poz. 51

Wnioskujemy o określenie ilości asortymentu opisanego w pozycji 51.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 30 opakowań. Opakowanie powinno zawierać 2 sztuki.

Pytanie nr 162**Zadanie nr 5 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 20G 1,1x32mm zamiast 1,1x33mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 163**Zadanie nr 6 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści obwód ramienia 23-37 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 164Pakiet 1Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawk do tuberkuliny z igłą 0,5 x 16 mm, logo producenta na cylindrze

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 165Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawk do insuliny z igłą 0,5 x 16 mm, logo producenta na cylindrze

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 166Poz. 3

1)Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Strzykawki jednorazowego użytku, 3 – częściowej sterylnej z wyraźną czytelną skalą koloru czarnego ułatwiającą dawkowanie odpowiednio: 3ml – o 0,1ml, 5ml – 0,2ml, 10ml – 0,2ml, 20 – 1ml, przezroczysty cylinder umożliwiający kontrolę wizualną tłok przezroczysty z polipropylenu, uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka, płynny przesuw tłoka dzięki gumowemu uszczelnieniu, zakończenie stożkowe typu luer, logo producenta umieszczone na opakowaniu strzykawki, pakowanie 1 szt. papier-folia, opakowanie a'100 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

2)Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawk 20 ml pakowanych po 100 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w formularzu asortymentowo-cenowym

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 167Poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawk 50/60 ml żaneta pakowanych po 45 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 168Poz.9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawk 100 ml z końcówką ściętą prosto

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 169Poz.11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawk do pomp infuzyjnych 50/60 ml

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 170

Poz. 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z przezroczystym tłokiem

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 171

Pakiet 3

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania bursztynowego przyrządu do przetoczeń z komorą wolną od PCV

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje przyrządów wolnych od PCV

Pytanie nr 172

Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania z precyzyjnym regulatorem przepływu o poniższych parametrach:

Zestaw do podaży grawitacyjnej z regulatorem przepływu z podwójną skalą pomiarową

- długość 200 cm
- komora kroplowa z filtrem 15 μ , z odpowietrzeniem, z zatyczką, 20 kropli/1 ml
- zacisk rolkowy
- niezależnie obracająca się nakrętka , łącznik luer lock
- precyzyjny regulator przepływu z podwójną skalą pomiarową: 10 % -5-250 ml/h; 40% 5-200 ml/h
- dodatkowy dostęp do iniekcji
- bez zawartości lateksu , DEHP, Bisfenolu A
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- pakowany pojedynczo
- opakowanie 100 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 173

Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową z polimeru bez PCV o długości 60 mm w części przezroczystej bez skrzydełek dociskowych –z pierścieniem na komorze umożliwiającym wygodne wbicie do pojemnika z lekiem

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że powyższe pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.