



**SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH  
ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO  
WARSZAWA PRAGA POŁUDNIE**

04-082 Warszawa, ul. Krypska 39

Dyrektor tel/fax 22 810-06-04  
Centrala tel. 22 813-30-51, fax 22 810-11-63



AZ.26.758.2023

Warszawa, dnia 14.06.2023 r.

**Dot. Zapytania ofertowego nr 15/23 dostawa chłodziarki farmaceutycznej**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

W związku z otrzymanymi pytaniami do postępowania Zamawiający publikuje ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Czy zamawiający dopuści do oceny ofertę na chłodziarkę farmaceutyczną, o parametrach zbliżonych do opisanej w specyfikacji (załącznik nr 4)? Różnice w pytaniach poniżej.

**Pytanie nr 1.** Otwór o średnicy 10mm do wprowadzenia zewnętrznego czujnika temperatury lub wilgotności?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie nr 2.** Pojemność komory 130 litrów?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie nr 3.** Zakres temperatury pracy +2 / +8 st. C?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 4.** Bez ochrony nadtemperaturowej klasy 1.0 zgodnie z DIN12880? Według naszej wiedzy zabezpieczenie to jest podstawowym rodzajem zabezpieczenia suszarki przez przekroczeniem temperatury maksymalnej. W chłodziarkach farmaceutycznych stosuje się dodatkowy termostat chroniący przed spadkiem temperatury poniżej 2 st. C.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie nr 5.** Materiał komory tworzywo ABS?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 6.** Wysokość zewnętrzna 961 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie nr 7.** Użytkowe wymiary komory szer. 404mm, gł. 389 mm, wys. 769mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie nr 8.** Czynniki chłodzące R600a?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania  $GWP \leq 1$

Zatwierdził Dyrektor  
SZPZLO Warszawa Praga Południe  
Ewa Łagodźka  
w dniu 14.06.2023 r.