

# SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

w Poznaniu

im. prof. Ludwika Bierkowskiego



## Dział Zamówień Publicznych

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań

tel. 61-846-47-70,

www.szpitalmswia.poznan.pl

zamowienia@szpitalmswia.poznan.pl

ZP/p/33/2024

Poznań, dnia 28.10.2024 roku

**Do wszystkich Wykonawców  
ubiegających się udzielenie  
zamówienia publicznego**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych II”.

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ Nr 1

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320.), Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego, informuje, że w przedmiotowym zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi wyjaśnieniami.

#### Zestaw pytań nr 1

1. Ad par 6 ust. 1 pkt. c wzoru umowy  
Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:  
"§ 6  
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający naliczał będzie kary umowne w wysokości:  
c) za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 2 Umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto należnego za niedostarczoną część zamówienia, za każdy dzień zwłoki."

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### Zestaw pytań nr 2

1. **Pytanie nr 1 dot.: Część 24: Akcesoria do laparoskopii urologicznej, Punkt 1:**  
Czy zamawiający wymaga: Jednorazowy worek automatyczny z aplikatorem do ewakuacji preparatu umieszczony na metalowych widełkach, materiał nie ulegający pękaniu i zrywaniu się, dno dodatkowo wzmocnione podwójną warstwą materiału, dodatkowo separator tkankowy w postaci koralika umożliwiający łatwą ewakuację worka. Oznaczenie kolorystyczne i graficzne określające położenie światła worka, kompatybilny z trokarem 12 mm lub większym. Objętość 1600 ml. Opakowanie po 5 szt.  
Jednorazowy worek automatyczny z aplikatorem do ewakuacji preparatu umieszczony na metalowych widełkach, materiał nie ulegający pękaniu i zrywaniu się, dno dodatkowo wzmocnione podwójną warstwą materiału, dodatkowo separator tkankowy w postaci koralika umożliwiający łatwą ewakuację worka. Oznaczenie kolorystyczne i graficzne określające położenie światła worka, kompatybilny z trokarem 10 mm lub większym. Objętość 225 ml. Opakowanie po 10 szt.

**Odpowiedź Zamawiającego W związku z pytaniami do Części 24 Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 2 do SWZ.**

**2. Pytanie nr 2 dot.: Część 24: Akcesoria do laparoskopii urologicznej, Punkt 2:**

Czy zamawiający wymaga: Jednorazowe, sterylne nożyczki laparoskopowe o atraumatyczne ostrzu o długości 16 mm i rowarciu szczęk 12 mm, z uniwersalnym, obrotowym, złączem monopolarnym, niskoprofilowym zawiasem oraz w pełni izolowanym, obrotowym 360° trzonem o średnicy 5 mm, długości 35 lub 45 cm do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia. Opakowanie 10 szt.

**Odpowiedź Zamawiającego W związku z pytaniami do Części 24 Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 2 do SWZ.**

**3. Pytanie nr 3 dot.: Część 24: Akcesoria do laparoskopii urologicznej, Punkt 3:**

Czy zamawiający wymaga: Jednorazowy, sterylny trokar optyczny 5 mm o długości 100mm lub 150mm bez noża ani plastikowych ostrych krawędzi. Obturator - atraumatyczny separator tkankowy wyprofilowany skrętnie z otworem pozwalającym na bezpośrednią insuflację. Kaniula – system fiksacji w powłokach, złożony z symetrycznego bezlateksowego balonu o pojemności 5 ml oraz dysku retencyjnego lub żebrowanie atraumatyczne w kształcie litery Z. Dwustopniowy zawór gazowy, z dodatkowym zaworem automatycznym do napompowania balonu. Odłączana obudowa uszczelki ułatwia usuwanie próbek oraz szybką desuflację. Do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia. Opakowanie 6 szt.

Jednorazowy, sterylny trokar optyczny 12 mm o długości 100 mm lub 150 mm, bez noża ani plastikowych ostrych krawędzi. Obturator - atraumatyczny separator tkankowy wyprofilowany skrętnie z otworem pozwalającym na bezpośrednią insuflację. Kaniula – system fiksacji w powłokach, złożony z symetrycznego bezlateksowego balonu o pojemności 5 ml oraz dysku retencyjnego lub żebrowanie atraumatyczne w kształcie litery Z. Dwustopniowy zawór gazowy, z dodatkowym zaworem automatycznym do napompowania balonu. Odłączana obudowa uszczelki ułatwia usuwanie próbek oraz szybką desuflację. Do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia. Opakowanie 6 szt.

**Odpowiedź Zamawiającego: W związku z pytaniami do Części 24 Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 2 do SWZ.**

**Zestaw pytań nr 3**

**1. Pytanie nr 1 do pakietu nr 15**

Czy Zamawiający dopuści taśmy podcewkowe :

Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą TVT i TOT

Wykonana jest niewchłaniałnego polipropylenu monofilamentowego. Parametry:

- szerokość: 1,1 cm
- długość: 45 cm
- grubość: 0,50 mm
- gramatura: 57 g/m<sup>2</sup>
- wielkość porów: 0,90 mm

Taśma w plastikowej osłonce, brzegi taśmy zakończone pętelkami.


**Odpowiedź Zamawiającego: W związku z pytaniami do Części 15 Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 2 do SWZ.**

**Zestaw pytań nr 4**

1. pyt. 1 .

Czy Zamawiający dopuści w części nr 15?

Taśmę urologiczną stosowaną w chirurgicznym leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Materiał: monofilament, polipropylen, plastikowa osłona na taśmie - wymóg zapewnienia sterylności, osłonki nie mogą na siebie zachodzić, w środku taśmy brak osłonki na odcinku 1,5 cm (dla lepszego pozycjonowania taśmy), gramatura 45 g/m<sup>2</sup> (+/- 0,02 g/m<sup>2</sup>), grubość siatki 0,34 mm (+/- 1%), porowatość 1500-1950 μm (+/- 10μm), grubość nitki 150μm (+/- 0,5μm), rozmiar: dł. 45 cm (+/- 0,5 cm) szer. 1,1 cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami.



**Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądaný efekt terapeutyczny.**

**Zwracamy się z prośbą o przyjęcie oferty w powyższym składzie jako opcję/zamiennik -dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.**

**Istniejący zapis pakietu wskazuje na zasoby danego Wykonawcy bez opcji złożenia oferty konkurencyjnej, co jest jednoznaczne z ograniczeniem konkurencji.**

**Odpowiedź Zamawiającego: W związku z pytaniami do Części 15 Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 2 do SWZ.**

2. pyt. 2 .

Czy Zamawiający wydzieli z części nr 24 do odrębnego zadania i dopuści?

3. Poz. 1

worki laparoskopowe w dwóch rozmiarach (endobag) do ekstrakcji tkanek / narządów z jamy brzusznej 1200ml 200 ml

4. Poz. 2

jednorazowe nożyczki laparoskopowe z możliwością podłączenia monopolarnej koagulacji

5. Poz.3

Trokary jednorazowe z balonem i kołnierzem o średnicy 5 i 12 mm.  
5 mm i 12 mm

Lub

6. czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 24 poz. 4

**Istniejący zapis pakietu wskazuje na zasoby danego Wykonawcy bez opcji złożenia oferty konkurencyjnej, co jest jednoznaczne z ograniczeniem konkurencji.**

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z części 24. W związku z pytaniami, Zamawiający dokonuje modyfikacji Części 15.**

#### **Zestaw pytań nr 5**

1. **Część nr 16, poz. 1-18**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez polietylenu?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego materiału.**

2. **Część nr 16, poz. 18**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez podkładki?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego materiału.**

3. **Część nr 16, poz. 18-20**

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty z pominięciem ww. pozycji?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza pominięcia ww. pozycji.**

4. **Część nr 16, poz. 18-20**

Czy Zamawiający wykreśli ww. pozycje z Części nr 16?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ww. pozycji.**

5. **Część nr 17, poz. 13-14**

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty z pominięciem ww. pozycji?

**Odpowiedź Zamawiającego: W związku z zadaniem pytaniem Zamawiający dokonuje modyfikacji Części nr 17**

6. **Część nr 17, poz. 13-14**

Czy Zamawiający wykreśli ww. pozycje z Części nr 17?

**Odpowiedź Zamawiającego: W związku z zadaniem pytaniem Zamawiający dokonuje modyfikacji Części nr 17**

7. **Część nr 27**

Czy Zamawiający dopuści opakowania zbiorcze zawierające 12 saszetek?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowane opakowanie.**

8. **Część nr 27, poz. 16**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu igły odczepialnej?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany produkt.**

9. **Część nr 28, poz. 1-15**

Czy Zamawiający dopuści nić wchłaniającą, syntetyczną, jednowłóknową, niepowlekaną, barwioną, wykonaną z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktanu, o okresie wchłaniania 90-120 dni, 70% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 7 dniach oraz 40% po 14 dnia?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego produktu.**

10. **Część nr 28, 16-21**

Czy Zamawiający dopuści nić wchłaniającą, syntetyczną, jednowłóknową, niepowlekaną, barwioną, wykonaną z polidiodksanonu, o okresie wchłaniania 180-210 dni, 75% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 2tygodniach oraz 65-70% po 4 tygodniach?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego produktu.**

11. **Część nr 28, poz. 22-28**

Czy Zamawiający dopuści opakowania zbiorcze zawierające 12 saszetek?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowane opakowanie.**

**Zestaw pytań nr 6**

1. Czy Zamawiający rozszerzy zakres rozmiarów cewników diagnostycznych w pozycji nr. 2 pakietu 14 o średnicę 4F? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga także średnicy 4F w pozycji nr. 2 i dokonuje modyfikacji Części nr 14.**

**Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.**

Wyk. w 1 egz.  
1/ strona internetowa  
2/ a/a  
Druk: J. Śmietańska

Inspektor  
ds. Zamówień Publicznych  
mgr Joanna Śmietańska