



Goczałkowice - Zdrój dn. 14.02.2025r.

ZP.382.1.2025.AW

ZD/ 374 /2025

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego (w tym rehabilitacyjnego) oraz mebli medycznych dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice -Zdrój Sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach Zdroju (znak sprawy: ZP.382.1.2025)

Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie do SWZ na które udziela następujących odpowiedzi:

Pytania do pakietu nr 1 poz. 5

Opis przedmiotu zamówienia pochodzi ze strony producenta wag SECA i dotyczy modelu Seca799 co zawęży do jednej marki możliwość zaoferowania innych wag, jednocześnie ograniczając dostęp wyspecjalizowanych podmiotów. Działanie takie może razić Zamawiającego na wyższe koszty realizowanego zamówienia i niegospodarność przy wydatkowaniu środków publicznych. Proponowane przez naszą firmę rozwiązania i sprzęt posiada nie gorsze parametry oraz i jest sprzętem medycznym klasy III.

Czy w związku z powyższym Zamawiający rozważy zmianę Opisu przedmiotu zamówienia na taki, który nie wskazuje konkretnego produktu lub dopuści wagi o parametrach jak poniżej.

1. Czy Zamawiający dopuści wagę kolumnową o wym. 360 mm x 480 mm x (1100 mm wysok.), co zwiększy stabilność wagi względem podłoża i bezpieczniejsze zajęcie pozycji przez pacjenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dopuści również.

2. Czy Zamawiający dopuści wagę kolumnową o wym. platformy 360 x 310 x (70 mm wysok.)? proponowana przez naszą firmę waga posiada znacznie praktyczniejszy rozmiar platformy co umożliwia znacznie stabilniejsze zajęcie pozycji podczas pomiaru, szczególnie u pacjentów rośniejszych i z większym rozmiarem stóp?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dopuści również.

3. Czy Zamawiający dopuści wagę o masie 7,4 kg? Waga posiada kółka transportowe i nieznaczna różnica w masie wagi nie ma wpływu na komfort podczas przemieszczania urządzenia z miejsca na miejsce. Natomiast podczas używania zapewnia lepszą stabilność wagi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dopuści również.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę z dokładnością odczytu: 100g w całym zakresie?



UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
43-230 Goczałkowice-Zdrój • ul. Uzdrowska 54 • woj. śląskie

• Sekretariat: tel. (32) 449 21 01, fax.: (32) 449 21 17 • www.gozdroj.pl • e-mail: sekretariat@gozdroj.pl
• Centrala telefoniczna.: (32) 449 20 00

NIP 6381811134 • Regon 000291888 • Nr KRS 0000527775 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 112 696 000,00 zł wniesiony w całości ING Bank Śląski S. A. O/Pszczyna Nr 14 1050 1315 1000 0001 0136 6839



Rozwiązanie bardziej precyzyjne i korzystniejsze od wymaganego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dopuści również.

5. Czy Zamawiający dopuści szerszy zakres pomiaru wzrostu w przedziale 60-210cm. Co jest korzystniejsze dla Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dopuści również.

6. Czy Zamawiający dopuści wzrostomierz, gdzie skala pomiarowa jest umieszczona z przodu, z wyraźnymi i czytelnymi oznaczeniami pomiaru, tak że umożliwia odczyt osobie stojącej z boku?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, z boku i z przodu zgodnie z SWZ.

7. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu wykonywania co najmniej 1 przeglądu serwisowego w każdym roku gwarancji, jeśli producent nie wymaga wykonywania corocznych przeglądów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie.

8. Czy Zamawiający dopuści wagę z funkcją HOLD, która blokuje pomiar po użyciu tej funkcji tj. po jej naciśnięciu HOLD i po wykonaniu pomiaru? Rozwiązanie jest równoważne z tym jakie oczekuje Zamawiający.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie.

Pytania do pakietu nr 1 poz. 6

Opis przedmiotu zamówienia pochodzi ze strony producenta wag SECA i dotyczy modelu Seca677 co zawęży do jednej marki możliwość zaoferowania innych wag, jednocześnie ograniczając dostęp wyspecjalizowanych podmiotów. Działanie takie może razić Zamawiającego na wyższe koszty realizowanego zamówienia i niegospodarność przy wydatkowaniu środków publicznych. Proponowane przez naszą firmę rozwiązania i sprzęt posiada nie gorsze parametry oraz i jest sprzętem medycznym klasy III.

Czy w związku z powyższym Zamawiający rozważy zmianę Opisu przedmiotu zamówienia na taki, który nie wskazuje konkretnego produktu lub dopuści wagi o parametrach jak poniżej.

1. Czy Zamawiający dopuści wagę do wózków o masie niższej niż 38 kg tj. 28.6 kg, czyli o blisko 10 kg lżejszą niż opisana w SWZ, co przełoży się łatwość przenoszenia w razie potrzeby zmiany miejsca?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dopuści również.

2. Czy Zamawiający dopuści wagę do wózków o głębokości 800 mm i podobnych rozmiarów platformę (900x66x740)? Waga zajmuje stosunkowo mało miejsca co przekłada się na bardziej komfortową pracę szczególnie w przypadku mniejszych lub mniej ustawnych pomieszczeń.

Odpowiedź Zamawiającego:



UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

43-230 Goczałkowice-Zdrój • ul. Uzdrowska 54 • woj. śląskie

• Sekretariat: tel. (32) 449 21 01, fax.: (32) 449 21 17 • www.gozdroj.pl • e-mail: sekretariat@gozdroj.pl

• Centrala telefoniczna.: (32) 449 20 00

NIP 6381811134 • Regon 000291888 • Nr KRS 0000527775 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS

Kapitał Zakładowy: 112 696 000,00 zł wniesiony w całości ING Bank Śląski S. A. O/Pszczyna Nr 14 1050 1315 1000 0001 0136 6839

WKR
PUP



Tak. Zamawiający dopuści również.

3. Czy Zamawiający dopuści wagę z obciążeniem max 300 kg w jednym zakresie? Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego. Pozwala obniżyć koszty eksploatacyjne związane z legalizacją.

Odpowiedź Zamawiającego:


Tak. Zamawiający dopuści również.

4. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu wykonywania co najmniej 1 przeglądu serwisowego w każdym roku gwarancji, jeśli producent nie wymaga wykonywania corocznych przeglądów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o.

Bogusława
Kupeczak-Wiśniowska



UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

43-230 Goczałkowice-Zdrój • ul. Uzdrowska 54 • woj. śląskie

• Sekretariat: tel. (32) 449 21 01, fax.: (32) 449 21 17 • www.gozdroj.pl • e-mail: sekretariat@gozdroj.pl

• Centrala telefoniczna.: (32) 449 20 00

NIP 6381811134 • Regon 000291888 • Nr KRS 0000527775 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS

Kapitał Zakładowy: 112 696 000,00 zł wniesiony w całości ING Bank Śląski S. A. O/Pszczyna Nr 14 1050 1315 1000 0001 0136 6839





