



Wrocław dn. 09.09.2021 r.

## **Uczestnicy postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa materiałów zużywalnych z podziałem na 33 części – na podstawie umowy ramowej”, sprawa nr: PO.271.30.2021

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 284 ustawy PZP (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniem.

### **Pytanie 3:**

Proszę o udzielenie dodatkowych informacji nt przedmiotu zamówienia część 22

poz. 2 czy Zamawiający zaakceptuje próbówki z PP? Probówki z PE obecnie są niedostępne. Jeśli nie proszę o wskazanie produktu spełniającego Państwa wymagania.

poz. 5. Czy Zamawiający zaakceptuje próbówki w workach? Jeśli nie, proszę o wskazanie produktu referencyjnego.

poz. 8 Czy Zamawiający ma na myśli próbówki stożkowe z kołnierzem, tzw. stojące, czy rzeczywiście wymagacie Państwo płaskiego dna? Proszę o wskazanie w tym wypadku produktu referencyjnego.

poz. 21 próbówki są dostępne wyłącznie w zestawach 20x25szt. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie ilości na 33 opak?

poz. 24 Czy Zamawiający ma na myśli próbówki stożkowe z kołnierzem, tzw. stojące, czy rzeczywiście wymagacie Państwo płaskiego dna? W drugim przypadku proszę o wskazanie produktu referencyjnego.

poz. 28 Zamawiający wymaga próbek niesterylnych, ale jednocześnie wolnych od DNAz/RNAz. Proszę o zweryfikowanie opisu. Jeśli mają być niesterylne, to nie będą spełniać 2 warunku. Jeśli będą wolne od DNAz/RNAz to muszą być sterylne.

## **Strona 1 z 2**





**Łukasiewicz**  
PORT  
Polski Ośrodek  
Rozwoju  
Technologii

poz. 34 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w opak po 300 szt z przeliczeniem ilości na 17 opak?

**Odpowiedź 3:**

Zamawiający akceptuje próbówki z PP dla pozycji 2 część 22.

Zamawiający akceptuje próbówki w workach dla pozycji 5 część 22.

Zamawiający wymaga próbówek z płaskim dnem dla pozycji 8 część 22.

Zamawiający nie precyzuje numerów katalogowych dla tej pozycji. Szczegółowy opisany przedmiot zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

Zamawiający wyraża zgodę na przeliczenie ilości dla pozycji 21 część 22.

Dla pozycji 24 części 22 Zamawiający nie doprecyzowuje opisu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 2 do SWZ.

Zamawiający wymaga próbek niesterylnych dla poz. 28 część 22. zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.

Zamawiający wyraża zgodę dla pozycji 34 część 22.

Sporządziła: Aleksandra Orzechowska

**Strona 2 z 2**

