

Centrum Zamówień Publicznych
Dział Zamówień Publicznych

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ
zestaw nr 1

Dotyczy: postępowania nr 5B10.291.1.76.2025.BR prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa chłodziarki laboratoryjnej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.”

W odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, przesłany do przedmiotowego postępowania, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 z późn. zm.), udziela wyjaśnień uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Czy Zamawiający dopuści drzwi z ramą z aluminium?	Zamawiający wyraża zgodę i zmienia treść opisu przedmiotu zamówienia w pkt 8 załącznika nr 6 do SWZ.
2.	Czy Zamawiający dopuści obciążenie półki maks. 25 kg?	Zamawiający wyraża zgodę i zmienia treść opisu przedmiotu zamówienia w pkt 11 załącznika nr 6 do SWZ.
3.	Czy zamawiający dopuści chłodziarkę z drzwiami ze szkła izolacyjnego, z ramą wykonaną z aluminium lakierowanego ?	Zamawiający wyraża zgodę i zmienia treść opisu przedmiotu zamówienia w pkt 8 załącznika nr 6 do SWZ.
4.	Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o pojemności netto 238L?	Zamawiający wyraża zgodę i zmienia treść opisu przedmiotu zamówienia w pkt 1 załącznika nr 6 do SWZ.
5.	Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę z zakresem temperatury otoczenia od +10 do 32°C?	Zamawiający wyraża zgodę i zmienia treść opisu przedmiotu zamówienia w pkt 3 załącznika nr 6 do SWZ.
6.	Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę z zakresem temperatury pracy od +2 do 8°C?	Zamawiający wyraża zgodę i zmienia treść opisu przedmiotu zamówienia w pkt 4 załącznika nr 6 do SWZ.
7.	Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę z poziomem szumów 55 dB?	Zamawiający wyraża zgodę i zmienia treść opisu przedmiotu zamówienia w pkt 6 załącznika nr 6 do SWZ.
8.	Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę z max. obciążeniem półek 30kg?	Zamawiający wyraża zgodę i zmienia treść opisu przedmiotu zamówienia w pkt 11 załącznika nr 6 do SWZ.
9.	Ze względu na fakt, iż jest to urządzenie z czynnikiem chłodniczym i musi być transportowane drogą morską, czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin dostawy do 10 tygodni?	Zamawiający nie wyraża zgody.
10.	Posiadamy w ofercie produkt spełniający parametry techniczne. Natomiast gwarancja to 24 miesiące. Czy akceptują Państwo produkt z gwarancją 2-letnią?	Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapis w pkt 5 rozdziału III SWZ oraz w § 7 ust. 1 Projektu umowy – załącznika nr 5 do SWZ.
11.	Prosimy Zamawiającego o informację jak wygląda droga transportowa do miejsca posadowień urządzeń	a. III piętro. b. Wymiary windy: szerokość 108 cm, głębokość 250 cm, wysokość 208 cm, nośność 1275 kg.

	a. Prosimy o wyjaśnienie, na którym poziomie będzie umieszczone urządzenie? b. Czy jest winda towarowa/osobowa w budynku i jakie są jej wymiary -szer. głębokość, wysokość i nośność ? c. Czy będzie konieczność przemieszczenia urządzenia po schodach ? d. Jakiej wielkości są otwory drzwiowe? e. Czy są jakieś inne ograniczenia architektoniczne na drodze transportu urządzenia ? Informacja ta jest niezbędna do wyceny oferty oraz zaplanowania logistycznej obsługi kontraktu.	c. Nie. d. Wielkość otworów drzwiowych: 198x96 cm. e. Nie.
12.	Prosimy o zgodę o zgodę na temp. od +2 do +8 C i temp. otoczenia od +16 do +32 C.	Zamawiający wyraża zgodę i zmienia treść opisu przedmiotu zamówienia w pkt 3 załącznika nr 6 do SWZ.

W związku z udzieleniem wyjaśnień, Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, następująco:

1. Rozdział III pkt 5 SWZ:

było:

Zamawiający wymaga gwarancji na sprzęt na okres 36 miesięcy. Szczegóły dotyczące gwarancji zawarte są w § 7 Projektu umowy – załączniku nr 5 do SWZ.

zapis zostaje zmieniony na:

Zamawiający wymaga gwarancji na sprzęt na okres **24** miesięcy. Szczegóły dotyczące gwarancji zawarte są w § 7 Projektu umowy – załączniku nr 5 do SWZ.

2. Rozdział XII pkt 4 SWZ:

było:

Ofertę należy złożyć w terminie **do dnia 29.05.2025 r. do godz. 9:00:00.**

zapis zostaje zmieniony na:

Ofertę należy złożyć w terminie **do dnia 03.06.2025 r. do godz. 9:00:00.**

3. Rozdział XIII pkt 1:

było:

Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 29.05.2025 r. o godz. 9:05:00**, jednak nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert wskazany w rozdziale XII pkt 4 SWZ.

zapis zostaje zmieniony na:

Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 03.06.2025 r. o godz. 9:05:00**, jednak nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert wskazany w rozdziale XII pkt 4 SWZ.

4. § 7 ust. 1 Projektu umowy – załącznika nr 5 do SWZ:

było:

Sprzęt jest objęty gwarancją przez okres 36 miesięcy, na warunkach określonych w art. 577-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.), zwanej dalej „Kc”.

zapis zostaje zmieniony na:

Sprzęt jest objęty gwarancją przez okres **24** miesięcy, na warunkach określonych w art. 577-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.), zwanej dalej „Kc”.

5. Punkt 1 Opisu przedmiotu zamówienia – załącznika nr 6 do SWZ:

było:

Pojemność netto co najmniej 250 l.

zapis zostaje zmieniony na:

Pojemność netto co najmniej **235 l.**

6. Punkt 3 Opisu przedmiotu zamówienia – załącznika nr 6 do SWZ:

było:

Zakres temp. otoczenia co najmniej od +10°C do +35°C.

zapis zostaje zmieniony na:

~~Zakres~~ temp. otoczenia ~~co najmniej~~ od ~~max.~~ **+16°C** do ~~co najmniej~~ **+30°C**.

7. Punkt 4 Opisu przedmiotu zamówienia – załącznika nr 6 do SWZ:

było:

Zakres temp. pracy co najmniej od +3°C do +10°C.

zapis zostaje zmieniony na:

Zakres temp. pracy co najmniej od +3°C do **+8°C**.

8. Punkt 6 Opisu przedmiotu zamówienia – załącznika nr 6 do SWZ:

było:

Poziom szumu nie większy niż 50dB.

zapis zostaje zmieniony na:

Poziom szumu 50dB **+/-10%**.

9. Punkt 8 Opisu przedmiotu zamówienia – załącznika nr 6 do SWZ:

było:

Drzwi ze szkła izolacyjnego, z ramą z tworzywa sztucznego.

zapis zostaje zmieniony na:

Drzwi ze szkła izolacyjnego.

10. Punkt 11 Opisu przedmiotu zamówienia – załącznika nr 6 do SWZ:

było:

Maksymalne obciążenie półek – co najmniej 40 kg.

zapis zostaje zmieniony na:

Maksymalne obciążenie półek – co najmniej **25 kg**.

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert w następujący sposób:

- ofertę należy złożyć w terminie do dnia **03.06.2025 r.** do godz. 09:00:00.
- otwarcie ofert nastąpi w dniu **03.06.2025 r.** o godz. 09:05:00, jednak nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert wskazany w rozdziale XII pkt 4 SWZ.

Tym samym zmianie ulega również termin związania ofertą, określony w rozdz. XIV pkt 1 SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmodyfikowane następujące dokumenty:

- 1) SWZ o nazwie „SWZ po zmianie z dnia ²³.....05.2025 r.”, która zastępuje dotychczasową SWZ,
- 2) Załącznik nr 4 do SWZ – Projekt umowy o nazwie „Projekt umowy po zmianie z dnia ²³.....05.2025 r.”, który zastępuje dotychczasowy Załącznik nr 4 do SWZ – Projekt umowy,
- 3) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ o nazwie „Opis przedmiotu zamówienia po zmianie z dnia ²³.....05.2025 r.”, który zastępuje dotychczasowy Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ.

Wprowadzone nowe dokumenty są obowiązujące dla prawidłowo złożonej oferty.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

prof. dr hab. Wiesław Laskowski