



Warszawa, dnia 03.06.2025 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający – 2. Regionalna Baza Logistyczna zawiadamia, iż w postępowaniu nr 368/RZ/2025 na **dostawa produktów leczniczych, medycznych środków materiałowych oraz sprzętu medycznego do Wydziału Medycznego 2.Regionalnej Bazy Logistycznej**, wpłynęły pytania oraz dokonuje następujących zmian treści ogłoszenia o zamówieniu:

I. WYJAŚNIENIA:

WNIOSEK NR 1:

DOTYCZY ZADANIA NR 2

Pytanie nr 1:

„OPATRUNEK NA RANY PENETRACYJNE KLATKI PIERSIOWEJ - poz. 4.
Prosimy o potwierdzenie, że zapis „oznaczenie sterylności” na opatrunku oznacza, że opatrunek ma być WYŁĄCZNIE sterylny?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż opatrunek ma być WYŁĄCZNIE sterylny.

Pytanie nr 2 :

„Czy Zamawiający dopuści w zakresie pozycji nr 7 apteczki o wymiarach Wysokość: 400 mm, Szerokość:240 mm, Głębokość: 110 mm?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy i dokona stosownej zmiany.

DOTYCZY ZADANIA NR 3

Pytanie nr 3:

„Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy do 30.06.2025 r.? Część pozycji z zadania pochodzi z importu, więc dostawa do 9.06 jest nierealna.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy w zakresie zadania nr 3 i dokona stosownej zmiany.

Pytanie nr 4:

„Do jakiego ssaka ma być przeznaczony cewnik z pozycji nr 9?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż cewnik przeznaczony jest do ssaka OB. 2012 elektrycznego i dokona stosownej zmiany.

Pytanie nr 5:

„Czy w pozycji nr 17 Zamawiający dopuści produkt równoważny?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy i dokona stosownej zmiany.

DOTYCZY ZADANIA NR 4

Pytanie nr 6:

„Czy w pozycji nr 2 Zamawiający dopuści produkt równoważny?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy i dokona stosownej zmiany.

Pytanie nr 7:

„Czy w pozycji nr 5 Zamawiający dopuści worki o standardowej pojemności 35l?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuści worki o standardowej pojemności 35l i dokona stosownej zmiany.

Pytanie nr 8:

„Czy w pozycji nr 8 Zamawiający dopuści produkt równoważny sklasyfikowany jako wyrób medyczny? Gaziki Leko są lekiem i nie mogą być oferowane poza apteką czy hurtownią medyczną.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy i dokona stosownej zmiany.

Pytanie nr 9:

„Czy w pozycji nr 13 Zamawiający dopuści produkt równoważny?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy i dokona stosownej zmiany.

Pytanie nr 10:

„Jaki rozmiar rękawiczek jest wymagany w poz. 16?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga rękawiczek w rozmiarze 7,5. Zamawiający dokona stosownej zmiany.

Pytanie nr 11:

„Czy w pozycji nr 17,24 Zamawiający dopuści produkt równoważny?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy i dokona stosownej zmiany.

Pytanie nr 12:

„Jaki rozmiar plastrs jest wymagany w poz. 31?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymagany rozmiar plastra to 25 mm x 5 m. Zamawiający dokona stosownej zmiany.

DOTYCZY ZADANIA NR 5

Pytanie nr 13:

„Czy w pozycji nr 7 Zamawiający dopuści produkt równoważny? Bioseptol nie jest już produkowany od roku.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy i dokona stosownej zmiany.

Pytanie nr 14:

„Czy filtr z pozycji nr 10 ma być elektrostatyczny czy mechaniczny?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga filtra antybakteryjnego mechanicznego. Zamawiający dokona stosownej zmiany.

Pytanie nr 15:

„Czy resuscytator z pozycji nr 11 ma być silikonowy czy z pcv?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga resuscytatora pediatrycznego silikonowego.

Zamawiający dokona stosownej zmiany.

Pytanie nr 16:

„Czy w poz. 15 Zamawiający wymaga jednorazowego zestawu do przetaczania płynów czy wielorazowego mankietu z manometrem?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga jednorazowego zestawu do przetaczania płynów.

Zamawiający dokona stosownej zmiany.

Pytanie nr 17:

„Czy w poz. 19 wymagany jest kołnierz dla dorosłych czy dla dzieci?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga kołnierza dla dorosłych. Zamawiający dokona stosownej zmiany.

Pytanie nr 18:

„Czy w poz. 23 wymagana jest strzykaka do rurki krtaniowej? Czy strzykawka 5ml Luer? Są to dwa zupełnie różne produkty?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga strzykawki do rurki krtaniowej 5 ml Luer i dokona stosownej zmiany.

Pytanie nr 19:

„Czy w poz. 26 Zamawiający dopuści opatrunek indywidualny spełniający WET dla zestawów ratownictwa taktycznego jako produkt równoważny?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy i dokona stosownej zmiany.

Pytanie nr 20:

„Czy w poz. 27 Zamawiający dopuści opatrunek brzuszny spełniający WET dla zestawów ratownictwa taktycznego jako produkt równoważny?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy i dokona stosownej zmiany.

Pytanie nr 21:

„Czy w poz. 33 Zamawiający dopuści produkt równoważny tj. opatrunek typu W, gdyż opatrunek typ A ni jest produkowany już od kilku lat.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy i dokona stosownej zmiany.

Pytanie nr 22:

„Czy w poz. 50 Zamawiający dopuści rurkę LTS-D, gdyż rurka LTD nie jest produkowana od kilku lat.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy i dokona stosownej zmiany.

DOTYCZY ZADANIA NR 6

Pytanie nr 23:

„Czy w pozycji nr 1 Zamawiający dopuści opatrunek typu W duży gdyż opatrunek typ W mały wskazany przez Zamawiającego jest niedostępny do roku 2026.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy i dokona stosownej zmiany.

WNIOSEK NR 2:

DOTYCZY ZADANIA NR 1

Pytanie nr 1:

„Lp. 3 Glucosum 5% 500ml – na rynku jest tylko produkt importowany o nazwie DEKSTROZ SUDAKI 5% POLIFLEKS*500ML/w workach. Czy Zamawiający dopuszcza wskazany zamiennik?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy i dokona stosownej zmiany.

Pytanie nr 2:

„Lp. 5 Polopiryna S op. 10 tabletek, obecnie na rynku jest Polopiryna S op. 20 tabletek. Czy Zamawiający dopuszcza taką ilość tabletek w opakowaniu?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy i dokona stosownej zmiany.

Pytanie nr 3:

„Lp. 10 Natrium chloratum 500ml flakon – na rynku jest tylko produkt importowany o nazwie NATR.CHLOR.BIOFLEKS 0,9%*500ML/w worach. Czy zamawiający dopuszcza wskazany zamiennik?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy i dokona stosownej zmiany.

Pytanie nr 4:

„Lp. 12 Pantoprozolium 20mg (Controloc) op. – 14 tabletek – Wykonawca proponuje zamiennik NOLPAZA 20MG * 28 TABL, który zawiera tą samą substancję czynną. Czy Zamawiający dopuszcza wskazany zamiennik oraz ilość tabletek w opakowaniu?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy i dokona stosownej zmiany.

Pytanie nr 5:

„Lp. 17 Bioseptol 80 dezynf. rąk 250ml – niestety nie prowadzimy sprzedaży tego produktu, brak zamiennika. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tej pozycji z zadania nr 1?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy i dokona wykreślenia.

Pytanie nr 6:

„Lp. 26 No-spa op. 20 tabletek, obecnie na rynku jest No-spa op. 24 tabletek. Czy Zamawiający dopuszcza taką ilość tabletek w opakowaniu?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy i dokona stosownej zmiany.

Pytanie nr 7:

„Lp. 33 Prontosan 250ml, obecnie na rynku jest Prontosan 350ml. Czy zamawiający dopuszcza taką pojemność?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy i dokona stosownej zmiany.

Pytanie nr 8:

„Lp 37 Skinman soft 500ml z pompką – posiadamy w sprzedaży tylko produkt z krótkim terminem ważności 09.2025 r. Czy Zamawiający dopuszcza produkt z krótki terminem ważności?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy i dokona wykreślenia danej pozycji.

Pytanie nr 9:

„Lp 40 Salbutamol 0,5ml/ml 10 amp. - posiadamy w sprzedaży tylko produkt z krótkim terminem ważności 09.2025 r. Brak innego na rynku. Czy Zamawiający dopuszcza produkt z krótki terminem ważności?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy i wykreśla podaną pozycję.

Pytanie nr 10:

„Lp 42 Tramadol Aurovitas 50mg 20 kaps - Wykonawca proponuje zamiennik TRAMAL 50MG * 20 KAPS, który zawiera tą samą substancję czynną . Czy Zamawiający dopuszcza wskazany zamiennik?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy i dokona stosownej zmiany.

Pytanie nr 11:

„Lp. 43 Velox spray 1 l - niestety nie prowadzimy sprzedaży tego produktu, brak zamiennika. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tej pozycji z zadania nr 1?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy i dokona wykreślenia.

II. ZMIANY:

Zamawiający anuluje załącznik nr 1 oraz 2 (Opis przedmiotu zamówienia oraz wzór formularza oferty) opublikowany w dniu 27.05.2025r. i wprowadzi nowy załącznik nr 1 oraz 2 do ogłoszenia o zamówieniu po zmianie z dnia 03.06.2025r.

Ponadto Zamawiający dokonuje następujących zmian treści Ogłoszenia o zamówieniu:

W ogłoszeniu o zamówieniu w pkt. 6 jest:

6. Wymagany termin realizacji zamówienia:

Do zadania nr 1-5: Zamówienie winno być zrealizowane w terminie **do dnia 09.06.2025 r.**

Do zadania nr 6: Zamówienie winno być zrealizowane w terminie **do dnia 09.06.2025 r.** na ilość 120 szt. asortymentu, a 178 szt. asortymentu **do 30.09.2025 r.**

ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA TREŚĆ PRZYTACZANEGO ZAPISU I NADAJE MU NOWE BRZMIENIE:

6. Wymagany termin realizacji zamówienia:

Do zadania nr 1, 2 4, 5: Zamówienie winno być zrealizowane w terminie **do dnia 09.06.2025 r.**

Do zadania nr 3: Zamówienie winno być zrealizowane w terminie **do dnia 30.06.2025 r.**

Do zadania nr 6: Zamówienie winno być zrealizowane w terminie **do dnia 09.06.2025 r.** na ilość 120 szt. asortymentu, a 178 szt. asortymentu **do 30.09.2025 r.**

Zamawiający informuję, iż w wyniku złożonych wyjaśnień i dokonanych zmian termin składania ofert pozostaje bez zmian.

W wyniku złożonych wyjaśnień i dokonanych zmian Zamawiający wymaga, aby w przypadku zaoferowania produktu równoważnego Wykonawca w formularzu oferty wskazał nazwę handlową i producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

Pozostałe warunki składania ofert pozostają bez zmian.

**Z UPOWAŻNIENIA KOMENDANTA
2.REGIONALNEJ BAZY LOGISTYCZNEJ
SZEF WYDZIAŁU MEDYCZNEGO**

/-/ wz. por. lek. Barbara BALICKA-CZYŻ